

Lubań, dnia 19 listopada 2024 r.

### Wszyscy Wykonawcy

### PYTANIA I WYJAŚNIENIA Nr 30

#### do treści SWZ na „Dostawy asortymentu jednorazowego użytku dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”, nr postępowania ZP/15/2024

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

#### **Pytanie 1 - Pakiet nr 14 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 strzykawki 3-częściowej strzykawka, jałowa, końcówka luer koncentryczna - 3 ml, tłok i cylinder z polipropylenu ,długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 0,1 ml, logo marki strzykawki/logo producenta na cylindrze, sterylne, jednorazowego użytku , wolne od lateksu, DEHP, PCV, Bisphenolu A, korek (uszczelniając tłoka) w kolorze czarnym, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 2 - Pakiet nr 14 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 strzykawki 3-częściowej strzykawka , jałowa, końcówka luer koncentryczna - 5 ml, tłok i cylinder z polipropylenu ,długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 0,1 ml, logo marki strzykawki/logo producenta na cylindrze, sterylne, jednorazowego użytku, wolne od lateksu, DEHP, PCV, Bisphenolu A, korek (uszczelniając tłoka) w kolorze czarnym, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne),sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### **Pytanie 3 - Pakiet nr 14 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 3 strzykawki 3-częściowej, jałowa, końcówka luer koncentryczna, 10 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 0,1 ml, logo marki strzykawki/logo producenta na cylindrze, sterylne, jednorazowego użytku, wolne od lateksu, DEHP, PCV, Bisphenolu A, korek (uszczelniając tłoka w kolorze czarnym), opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### **Pytanie 4 - Pakiet nr 14 poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 4 strzykawki 3-częściowej, jałowa, końcówka luer ekscentryczna (mimośrodowa) - 20ml, tłok i cylinder z polipropylenu ,długość skali na cylindrze



NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE**  
W LUBANIU SP. Z O.O.



odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 0,1 ml, logo marki strzykawki/logo producenta na cylindrze, sterylne, jednorazowego użytku, wolne od lateksu, DEHP, PCV, Bisphenolu A, korek (uszczelniając tłoka w kolorze czarnym), opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 5 - Pakiet nr 29**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowy pojemnik ze sterylną wodą 650 ml (z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym tj. Zaoferowanie 500 sztuk opakowań o pojemności 650 ml) sterylizowany gorącą parą wodną (A) ze sterylnym adapterem fabrycznie zapakowane w jedno opakowanie. Zestaw do nawilżania tlenu do włączenia w linię gazową, który utrzymuje system zamknięty podczas procedury. Na dnie zbiornika minimum 20 drożnych otworów zapewniających wydajność nawilżania min. 4,55 ml/godz. przy przepływie 5 L/min. Adapter w rozmiarze 9/16 cala. Sterylna woda o wysokim stopniu czystości: destylowana, dejonizowana, odchlorowana, minimum 2 razy filtrowana, apirogenna, zgodna ze standardem USP. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 6 - Pakiet nr 29**

Czy Zamawiający oczekuje, aby ciśnieniowa zastawka upustowa w zestawie miała czułość od 5 PSI z uruchomieniem dźwiękowego alarmu, co zapobiega uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**MAŁGORZATA KOZAK**

**ANNA USYK – KRZESZOWIEC**

**PROKURENT**

**PROKURENT**