



Nr sprawy: 32/PNE/SW/2021

Sosnowiec, 10.12.2021r.

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa bielizny i odzieży ochronnej jednorazowego użytku”

Zgodnie z art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1129), udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Zestaw nr 1

Pytanie 1

Część 6 poz.1

Czy Zamawiający pisząc „Warstwa przylegająca do skóry chorego powinna być miękka, o dużej absorpcji płynów, zapewniać komfort choremu, nie może powodować odczynów alergicznych na skórze” miał na myśli absorbent żelujący wilgoć, dzięki czemu powierzchnia podkładu pozostaje sucha i nie powoduje odczynów oraz odleżyn na skórze?

Odpowiedź:

TAK

Zestaw nr 2

Pytanie 1

Czy zamawiający wydzieli maski FFP do oddzielnego pakietu ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści maski FFP płasko składane ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuści maski z zaworkiem odkrytym ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuści maski z zaworkiem pakowane po 30 szt. w opakowaniu zbiorczym kartonowym, z odp. przeliczeniem do pełnego opakowania w górę ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.





Zestaw nr 3

Pytanie 1

Czy w pakiecie 4 poz.1 Zamawiający dopuszcza kombinezon Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości C i D? Pozostałe zapisy bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Zestaw nr 4

Pytanie 1

Czy zamawiający w celu uzyskania najkorzystniejszej cenowo oferty oraz przy zachowaniu zasad konkurencyjności wyrazi zgodę na wyodrębnienie w pakiecie 4 poz. 2 do osobnego pakietu co umożliwi udział w postępowaniu większej ilości podmiotów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Zestaw nr 5

Pytanie 1

Część 4 Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści- Półmaska trójpanelowa z zaworem oddechowym w klasie ochrony kategorii III (standardy klasy ochrony FFP3). Skuteczność filtracji bakteryjnej większa bądź równa 98%). Pakowana indywidualnie. Maskę wyposażoną w zawór ułatwiający oddychanie. Maskę zgodną z normą EN 149:2001+ A1:2009; ISO 9001:2008 Quality Management System; ISO 13485: 2003 Medical Device Manufacturing Quality Management System; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie 2

Część.6 Poz. 4

Czy zamawiający dopuści fartuch o długości 116cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Zestaw nr 6

Pytanie 1

Część 5 Poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych myjek w formie rękawicy pokrytych środkiem myjącym po jednej stronie rękawicy mydłem o neutralnym PH, wykonana z miękkich włókien poliestrowych, pakowane po 20szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Zestaw nr 7

Pytanie 1

Część 1, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem przylepnym o średnicy 7 cm?

Odpowiedź:



Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 2

Część 1, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem przylepnym 6 x 8 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 3

Część 1, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem przylepnym 6 x 8 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 4

Część 1, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50 x 75 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 5

Część 1, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 45 x 45 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 6

Część 1, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 120 x 150 cm z otworem przylepnym o średnicy 7 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 7

Część 1, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 75 x 90 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 8

Część 1, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem przylepnym 6 x 8 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 9

Część 1, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem przylepnym o średnicy 7 cm?

Odpowiedź:





Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 10

Część 1, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści trzyczęściowy zestaw na ramię C zawierający:

- osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm
- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm
- 2 szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm?

Oslony zakończone elastyczną gumką do stabilizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 11

Część 1, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Pytanie 12

Część 1, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny polipropylenowej podfoliowaną o gramaturze 45g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 13

Część 1, poz. 14, 15

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 14

Część 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w rozmiarze „L” (długość 120 cm, szerokość 70 cm), gdyż z doświadczenia wiemy, że jest to rozmiar najczęściej używany?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 15

Część 2, poz. 1 i 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 16

Część 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny SMS 33g/m² w kolorze niebieskim, umożliwiającą zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakładana od przodu), wiązaną,





z białym trokiem w pasie o długości całkowitej 178cm oraz 2 na szyi o długości 48cm, z krótkim rękawem o obwodzie 43cm, o długości koszuli 110cm oraz szerokości 140 cm? Zdjęcie poglądowe obok.



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 17

Część 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze niebieskim, z krótkim rękawem bez obszycia, wiązaną na troki przy szyi oraz w pasie, bez rozcięcia na plecach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Pytanie 18

Część 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Pytanie 19

Część 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny w rozmiarach S-XXL?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 20

Część 3, poz. 3, 5, 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 21


Część 3, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą okulistyczną wzmocnioną o wymiarach 120 cm x 170 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, wy-





posażona w jeden sztywnik ze wzmocnieniem, oraz zintegrowana z 2 torbami do zbiórki płynów (rozmiar jednej torby 20 x 25 cm, usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki). Serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu, w rozmiarze 100 x 150 cm.



120x170cm
1szt./pc.



100x150cm
1szt./pc.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 22

Część 3, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do chirurgii barku o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie 75 x 100 cm

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wzmocnienie o wymiarze 50cm x 80cm


1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm bez wzmocnienia

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm


1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm


2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm



200x260cm
1szt./pc.



170x180cm
1szt./pc.



150x180cm
1szt./pc.



30x30cm
4szt./pcs



10x50cm
1szt./pc.



30x60cm
1szt./pc.



80x140cm
1szt./pc.



150x190cm
1szt./pc.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 23

Część 3, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do chirurgii biodra z serwetą operacyjną z wycięciem „U” 230 x 260 cm, wycięcie „U” 20 x 100 cm, z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym 75cm x 140cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 24

Część 3, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do chirurgii biodra z miską nerkową o pojemności 700 ml?

Odpowiedź:





Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 25

Część 3, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do chirurgii biodra z pojemnikiem okrągłym o pojemności 1000 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 26

Część 3, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji ręki o składzie:

1 x serweta o wymiarach 200x300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm, wzmocnienie 75x100 cm


1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 27

Część 3, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet jałowych uniwersalnych ze wzmocnieniem o wym. 25 x 60 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 28

Część 3, poz. 5, 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z miską nerkową o pojemności 700 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 29

Część 3, poz. 5, 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z pojemnikiem okrągłym o pojemności 1000 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.





Pytanie 30

Część 3, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do chirurgii biodra o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego


1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 31

Część 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe myjki do mycia ciała w formie rękawicy nie wymagające splukiwania oraz namaczania, w rozmiarze 15 cm x 22cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (30 sek. w 800W), wykonane w 60% z PET i 40% z wiskozy, zawierające w składzie m.in. dimetikon, poli-sorbat 20, Capryl/Capramidopropyl Betaine, zapachowe, pakowane w opakowania a'8 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 32

Część 5, poz. 3 i 5

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu? Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej cenowo oferty, a tym samym będzie korzystniejsza dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 33

Część 5, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.





Pytanie 34

Część 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 60 x 90 cm z wkładem chłonnym 55 cm x 78 cm, wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 7,02 g, dwóch warstw celulozy 14,5 g, pulpy celulozowej 42,1 g, niebieskiej folii PE 11,9 g, o chłonności 1177 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 35

Część 6, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'25 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 36

Część 6, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści podkład papierowo-foliowy w rolce o szerokości 50 cm, i długości 50 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 37

Część 6, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z 2 warstw celulozy i 1 warstwy folii?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 38

Część 6, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy w rozmiarze uniwersalnym o długości 116 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 39

Część 6, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy w rozmiarze uniwersalnym o długości 180 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 40

Część 6, poz. 4 i 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 41

Część 7, poz. 1 i 2





Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 42

Część 7, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści poszwę w rozmiarze 160x210cm wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 43

Część 7, poz. 3 i 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 44

Część 7, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści poszewkę w rozmiarze 60x80cm wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 45

Część 8, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Zestaw nr 8

Pytanie 1

Dotyczy Część nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym L o długości 115 cm i szerokości 130 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy Część nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym XL o długości 130 cm i szerokości 150 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.





Pytanie 3

Dotyczy Część nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści koszulę z wycięciem półokrągłym pod szyją? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 4

Dotyczy Część nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny polipropylenowej typu SMS? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy Część nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym (dł. 110 cm, szer. 140 cm)? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 6

Dotyczy Część nr 6, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 50 m z przeliczeniem zamawianej ilości do pełnych rolek w górę? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 7

Dotyczy Część nr 6, poz. 6

Czy doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający oczekuje 120 opakowań po 100 szt., czy 120 szt. rękawic foliowych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z udzielonymi odpowiedziami z dnia 18.11.2021 (dokonano modyfikacji Załącznik nr 7 do SWZ)

Pytanie 8

Dotyczy Część nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany w całości z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25 g/m²? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 9

Dotyczy Część nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany w opakowanie foliowe? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.



Pytanie 10

Dotyczy Część nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek typu furażerka wiązany na troki? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 11

Dotyczy Część nr 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany w opakowanie foliowe? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Zestaw nr 9

Pytanie 1

Dotyczy Część nr 1, poz. 14

Czy Zamawiający wydzieli z Części nr 1 pozycję 14 do osobnego pakietu? Wyrażenie zgody na powyższe rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy Część nr 1, poz. 15

Czy Zamawiający wydzieli z Części nr 1 pozycję 15 do osobnego pakietu? Wyrażenie zgody na powyższe rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3

Dotyczy Część nr 1,

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert na poszczególne pozycje w Części nr 1? Wyrażenie zgody na powyższe rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Zestaw nr 10

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 3 Pozycja 1 serwety okulistycznej 160x240cm z oknem 10x10cm wypełnionym folią chirurgiczną (z wycięciem 6,5x4cm). Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:





Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga aby w Części 3 Pozycja 3, 4 i 6 obłożenie wykonane było z laminatu dwuwarstwowego na całej powierzchni, a dodatkowa warstwa chłonna w polu krytycznym wykonana była z laminatu czterowarstwowego o gramaturze min. 105g/m², pochłaniającego materiał biologiczny i płyny, który po wchłonięciu płynu pozostaje na powierzchni suchy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 3 Pozycja 3 serwety z wycięciem „U” w rozmiarze 200x260cm, dodatkowa warstwa chłonna w rozmiarze min. 80x95cm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 3 Pozycja 3 dwóch misek o pojemności 1L zamiast 0,7L.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga aby w Części 3 Pozycja 3 serwety operacyjny 45x45cm posiadały trok i znacznik RTG?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga aby w Części 3 Pozycja 5 obłożenie wykonane było z laminatu dwuwarstwowego na całej powierzchni, a dodatkowa warstwa chłonna w polu krytycznym wykonana była z laminatu trzywarstwowego o gramaturze min. 105g/m². Łączna gramatura w miejscu padu chłonnego min. 154g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 7

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 3 Pozycja 5 dwóch serwet samo-
przyklepnych o wymiarze min. 70x90cm chłonnych na całej powierzchni serwety.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 3 Pozycja 5 i 6 jednej miski o pojemności 1L zamiast 0,7L.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9





Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z Części 3 Pozycji 7 oraz umieszczenie jej w osobnym pakiecie. Umożliwi to złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 10

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 3 Pozycja 7 serwety z wycięciem U w rozmiarze 200x310cm, wycięcie 9x115cm z dodatkowym padem chłonnym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Zestaw nr 11

Pytanie 1

Część 2 poz.2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z trokami już przy fartuchu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 2

Część 2 poz.3

Czy Zamawiający dopuści koszulę zakładaną przez głowę?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Pytanie 3

Część 2 poz.3

Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 4

Część 2 poz.4

Czy Zamawiający dopuści komplet wykonany z włókniny typu SMMS?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 5

Część 4 poz.1

Czy Zamawiający dopuści kombinezon o gramaturze 65g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6

Część 4 poz.1

Czy Zamawiający dopuści kombinezon o gramaturze 55g/m²?

Odpowiedź:



Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 7

Część 4 poz.4

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze wykonane z włókniny PP oraz laminatu PE?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8

Część 4 poz.4

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze o gramaturze 55-60g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9

Część 4 poz.4

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze o długości podeszwy 31cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 10

Część 7 poz.1

Czy Zamawiający dopuści czepek ze wstawką pochłaniającą pot w okolicy czoła?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 11

Część 7 poz.1

Czy Zamawiający dopuści czepek wiązany na troki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 12

Część 7 poz.1

Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany po 100szt. w folię?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 13

Część 7 poz.2

Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 18g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Pytanie 14

Część 7 poz.2

Czy Zamawiający dopuści czepek ściągany gumką?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.



Pytanie 15

Część 7 poz.2

Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany po 100szt w folię?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 16

Część 7 poz.3

Czy Zamawiający dopuści poszwę o wymiarach 160x200cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 17

Część 7 poz.4

Czy Zamawiający dopuści poszewkę o wymiarach 60x80cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 18

Część 7 poz.4

Czy Zamawiający dopuści poszewkę o wymiarach 90x80cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 19

Część 7 poz.3,4

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 25g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Zestaw nr 12

Pytanie 1

Dotyczy części nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści koszule z krótkim rękawem tworzącym się wykroju koszuli?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy części nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści koszule w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy części nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści koszule z rękawami bez obszycia wokół krawędzi?





Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4

Dotyczy części nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 40g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy części nr 2, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert na poszczególne pozycję w pakiecie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Pytanie 6

Dotyczy części nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek typu furażerka wiązany na troki, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20g/m²? Czepek posiada wstawkę przeciw potną na całym obwodzie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 7

Dotyczy części nr 7, poz. 1 -2

Czy Zamawiający dopuści opakowanie foliowe zapewniające higieniczne przechowywanie i wyjmowanie pojedynczych sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Zestaw nr 13

Pytanie 1

Część nr 6, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści podkład bibułowy o wymiarach 50cm x 50m?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2

Część nr 6, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści podkład bibułowo-foliowy o wymiarach 50cm x 50m?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.



Zestaw nr 14

Pytanie 1

część 2, poz. 4

Czy zamawiający dopuszcza ubrania wykonane z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m² z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuszcza : bluza z okrągłym wycięciem pod szyją,?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3

cz.2,poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 4

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 5

cz.6, poz. 4-5

Czy zamawiający wydzieli poz.4-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 6

cz.6, poz. 4

- Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?
- Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
- Czy zamawiający dopuści fartuch o wymiarach:
 - o Mankiet 5 cm
 - o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)
 - o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko
 - o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.





Pytanie 7

cz.7, poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 8

Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 9

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 10

cz.7, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze ok 16 g/m², w kolorze niebieskim, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 11

Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 12

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 13

cz.7-poz. 1-2

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konku-





rencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Pytanie 14

cz.8, poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 50 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczego pakowany w karton.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Zestaw nr 15

Pytanie 1

Pakiet 1: Poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie serwety 50x60cm z otworem owalnym 6x8cm otoczonym przylepcem? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 2

Pakiet 1: Poz. 7

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie serwety 100x150cm z otworem owalnym 9x11cm otoczonym przylepcem lub serwety 90x150cm z otworem o średnicy 8 cm otoczonym przylepcem? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe, (100x150cm z otworem 9x11cm).

Pytanie 3

Pakiet 1: Poz. 8

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie serwety 90x75cm z otworem okrągłym o średnicy 5 cm otoczonym przylepcem? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 4

Pakiet 1: Poz. 9

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie serwety 90x75cm z przylepcem? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 5

Pakiet 1: Poz. 11

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie sterylnej osłony na ramię C wykonany z folii PE o grubości 0,041mm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:





Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 6

Pakiet 1: Poz. 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania osłonę foliową na przewody o wymiarze 15x250cm? Po-
zostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż dopuszcza.

Pytanie 7

Pakiet 1: Poz. 13

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie sterylnej taśmy samoprzylepnej o wymiarze 9x50cm,
która nie rozpuszcza się w procesie prania ? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 8

Pakiet 1: Poz. 14

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie serwety z włókniny SMS nieprześwitującej o dużej wy-
trzymałości na rozerwanie o gramaturze 35g/m².Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 9

Pakiet 1: Poz. 15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania spodenki do kolonoskopii w rozmiarze XL tj:

Połowa obwodu pasa (bez rozciągania) 40 cm

Długość spodni mierzona po zewnętrznej linii nogawki (od pasa) 78 cm

Długość otworu z tyłu spodni 28 cm

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż dopuszcza.

Pytanie 10

Pakiet 2: Poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuch posiadający pasek wszyty na linii pasa służący do
zamocowania fartucha na sylwetce w miejsce wiązania z tyłu na troki ? Pozostałe wymagania zgodne
z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż dopuszcza.

Pytanie 11

Pakiet 2: Poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania koszulę dla pacjenta w rozmiarze uniwersalnym tj: Całko-
wita długość koszuli (mierzona od najwyższego punktu ramienia)

110 cm, długość rękawa: 27 cm oraz szerokość koszuli na dole (w rozłożeniu) 140 cm Koszule posia-
dają krótki rękaw, podkroj szyi wykończony plisą, która jest jednocześnie wiązaniem oraz posiadają
rozcięcie na całej długości, a na linii pasa doszyte są troki do wiązania regulujące obwód.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż dopuszcza.



Pytanie 12

Pakiet 3: Poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu serwet jałowych do operacji okulistycznych z serwetą okulistyczną 180x280cm z oknem(15x10cm) wypełnionym folią chirurgiczną (z wycięciem 6x4cm) i 2 kieszeniami foliowymi do gromadzenia płynów ze sztywnikiem umożliwiającym formowanie?

Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 13

Pakiet 3: Poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu serwet jałowych do chirurgii barku o składzie:

- 1 szt. serweta samoprzylepna 240 x 200 cm, z wycięciem „U” 7cm x 60 cm i przyłepcem przy wycięciu - warstwa wysoko chłonna na całej powierzchni serwety min.560%
- 1 szt. osłona na kończynę o wym.37 x 75 cm
- 1 szt. serweta operacyjna o wym.150 x 180 cm
- 1 szt. obłożenie stolika Mayo o wym. 80 x 145 cm w formie worka
- 1 szt. serweta o wym.150 cm x 240 cm z przyłepcem 60 cm w części centralnej dłuższego boku
- 1 szt. serweta o wym. 150 x 190 cm ,służąca jako owinięcie zestawu
- 2 szt. taśmy samoprzylepne o wym. 9 x 50 cm
- 2 szt. serwetki do rąk

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 14

Pakiet 3: Poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu serwet jałowych do chirurgii biodra z serwetą główną o wym. 260x230cm?

W miejsce 2 szt. taśmy samoprzylepnej 10x50cm dopuści 2 szt. taśmy przylepnej 9x50cm?

Pozostałe wymagania SWZ spełnia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 15

Pakiet 3: Poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu serwet jałowych do operacji ręki o składzie:

- 1 szt. serweta o wym. 225 x 300 cm z samouszczelniającym się otworem ośr. 4 cm z dodatkowym elementem chłonnym w okolicy pola operacyjnego owym. 50 x100 cm,
- 1 szt. serweta o wym. 100 x 150 cm
- 1 szt. serweta na stolik narzędziowy o wym. 150 x 190 cm
- 1 szt. obłożenie na stolik MAYO o wym. 80 x 145 cm formie worka
- 4 szt. serwetki do rąk
- 1 szt. Osłona na dłoń
- 2 szt. taśma samoprzylepna 9 x 50 cm
- 1 szt. uchwyt typu rzep

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.





Pytanie 16

Pakiet 3: Poz. 5

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu sterylnych serwet uniwersalnych, wykonany w całości z wysoko chłonnego laminatu trzywarstwowego (warstwa chłonna na całej powierzchni serwet

- 824%chłonności) o gramaturze 73 g/m² o składzie:
- 1 szt. serweta z przylepcem 240 x 180 cm
- 1 szt. serweta z przylepcem 180 x 170 cm
- 2 szt. serweta z przylepcem 90 x 75 cm
- 1 szt. serweta na stół instrumentarialny 150 cm x 190 cm, służąca jako owinięcie zestawu
- 1 szt. obłożenie na stolik MAYO o wym. 80 x 145 cm w formie worka
- 1 szt. taśma samoprzylepna 9 x 50 cm
- 4 szt. serwetki do rąk
- 1 szt. miska plastikowa nerkowa o pojemności 700 ml
- 2 szt. serweta operacyjna z gazy 17 nitkowej 4 warstwowej z nitką RTG45x45cm

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 17

Pakiet 3: Poz. 6

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu serwet jałowych do zabiegów na kończynie dolnej (artroskopia, endoproteza kolana) z dodatkowymi łatami chłonnymi.

Materiał serwet wykonany z dwóch warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze 56g/m² na całej powierzchni + elementy chłonne. Zestaw wykonany z materiału spełniającego wymogi normy EN13795-1-3.

Skład zestawu:

- 1 szt. serweta o wym. min. 240 x 320 cm z otworem samouszczelniającym się 6 cm oraz workiem do przechwytywania płynów z zaworem w dolnej części umożliwiającym podłączenie odpływu, w okolicach otworu dodatkowym elementem chłonnym o wym. 120 x 80 cm
- 1 szt. osłona na kończynę w formie worka – wym. 37 x 75 cm
- 1 szt. obłożenie na stolik Mayo o wym. 80 x 145 cm formie worka
- 2 szt. serweta operacyjna z przylepcem o wym. 100 x 150 cm
- 2 szt. serweta operacyjna z o wym. 75 cm x 90 cm
- 1 szt. serweta na stół instrumentarialny o wym. 150 x 190 cm, służąca jako owinięcie zestawu
- 1 szt. miska nerkowa o pojemności 0,7 L
- 2 szt. taśma samoprzylepna 9 x 50 cm
- 2 szt. uchwyt typu rzep 2x25cm

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 18

Pakiet 3: Poz. 7

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu serwet jałowych do chirurgii biodra o składzie:

- 1 szt. serweta samoprzylepna o wym. 180 x 240 cm
- 1 szt. serweta samoprzylepna z wycięcie „U” o wym. 300 x 240 cm, wycięcie „U” o wym. 20x100 cm z dodatkowym elementem chłonnym o wym. 80 x 120 cm
- 2 szt. serweta o min. wym. 100 x 150 cm
- 2 szt. serweta samoprzylepna o min. wym. 100 x 150 cm
- 1 szt osłona na kończynę– wym. 37x120cm
- 1 szt. serweta o min. 150 cm x 190 cm, służąca jako owinięcie zestawu





- 1 szt. obłożenie na stolik MAYO o wym. 80 x 145 cm formie worka
- 2 szt. taśma samoprzylepna 9 x 50 cm
- 4 szt. serwetki do rąk

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 19

Czy Zamawiający udostępni załącznik do postępowania w formie edytowalnej ?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni wersję edytowalną na każdą prośbę wykonawcy za pomocą platformy zakupowej.

Pytanie 20

Czy Zamawiający może doprecyzować do rozumie poprzez:

1.Przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:

d) analiza porównawcza dotycząca równoważności zaoferowanego sprzętu zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.W przypadku składania oferty na pakiety 1,2 lub 3 ?

Czy należy to rozumieć jako opis oferowanych rozwiązań równoważnych (określonych w formularzu cenowym jako **Równoważne**) tj. opisanie co zaoferowano w związku np. z pozytywnymi odpowiedziami na pytania związane z dopuszczeniem równoważnego asortymentu opisywanego w pytaniu do Zamawiającego ?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje zgodnie z treścią SWZ rozwiązań równoważnych w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza pewne rozwiązania w toku pytań zadawanych przez wykonawcę.

Pytanie 21

Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 22

Czy Zamawiający zgodzi się aby w § 8 pkt 2 zmieniono zwrot „Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji umowy” na „Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jednakże przed odstąpieniem wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy na piśmie” ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Zestaw nr 16

Pytanie 1

Część 2, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrania chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMS o gramaturze 40 g/m², pozostałość zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.





Pytanie 2

Część 2, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrania chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m², pozostałość zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Pytanie 3

Część 7, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m², część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m². Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 4

Część 7, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie okrągłego czepka w kształcie beretu ściągnięty nieuciskającą gumką w rozmiarze ± 53 cm z włókniny polipropylenowej Spunbond o gramaturze max. 12 g/m². Pakowany po 100 szt. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 5

Część 7, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poszewki medycznej na kołdrę o rozmiarze 200 x 140 cm, gramatura max. 35 g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 6

Część 7, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poszewki medycznej na poduszkę o rozmiarze 80 x 80 cm, gramatura max. 35 g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Zestaw nr 17

Pytanie 1

Część 4 Poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje aby w poz. 1 wykonawca zaoferował dodatkowo kaptur (osłonięcie głowy)?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 2

Część 5 Poz. 1





Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania miękkie i grube myjki w formie rękawicy, zapewniające higieniczną pielęgnację skóry, nasączone środkami myjącymi i nawilżającymi. Zawierają delikatny, oczyszczający, odświeżający i nawilżający preparat, z dodatkowymi właściwościami ochronnymi skóry. Stosowane bezpośrednio po wyjęciu z opakowania do codziennych procedur mycia całego ciała pacjenta. Możliwość wcześniejszego podgrzania w mikrofalówce (20 sekund przy mocy 700W). Nie wymagają użycia dodatkowej wody. Przeznaczone do wszystkich rodzajów skóry. Opakowanie z możliwością wielokrotnego zamykania. Opakowanie zawiera 10 myjek. Wykonane z włókniny 85g. Wymiary myjki: 17cm x 23,5 cm. W składzie m.in.: Dimetikon, Prowitamina B5, Alantoina, wyciąg z aloesu, Polisorbat 20, Witamina E, Chlorheksydyna, Gliceryna, Wyciąg z rumianku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie 3

Część 5 Poz. 1

Czy Zamawiający a poz. 1 miał na myśli myjki niewymagające aktywacji wodą?

Odpowiedź:

Tak

**Z poważaniem
Dyrektor
Krzysztof Bestwina**

