

Katowice, dn. 23.09.2022r.

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatu do elektrokoagulacji,  
Nr sprawy: ZP-22-131BN**

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1** do opis przedmiotu zamówienia (Diatermia) poz.68 Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający opisując instrument w pozycji nr 68 miał na myśli Jednorazowy sterylny instrument do zamykania dużych naczyń do 7mm zakrzywiony 36mm, długość 220 mm z kablem przyłączeniowymi o dł.4mm oraz z wtyczką MF-2 ? Instrument na początku swojej długości posiada średnicę 10mm jednakże na końcu posiada już średnicę ponad 20mm . Instrument przeznaczony do zabiegów otwartych

**Odp: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ, jednak dopuszcza również taki instrument, takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 2** do opis przedmiotu zamówienia (Diatermia) poz 88 Prosimy o doprecyzowanie czy w pozycji 88 zamawiający miał na myśli Wielorazowy wąż do odprowadzania dymu z przyłączem śr. 22 mm, długości 2,1 m.

**Odp.: Nastąpiła pomyłka pisarska. Zamawiający koryguje zapis w poz. 88: Wielorazowy wąż do odprowadzania dymu z przyłączem śr. 22 mm, długości 2,1 m.**

**Pytanie nr 3** do opis przedmiotu zamówienia (Diatermia) poz 91 Czy zamawiający dopuści do postępowania uchwyty opisane przez zamawiającego jednakże pakowane po 25 szt. w opakowaniach zbiorczych. Ze względu na zachowanie sterylności producent nie może rozpakowywać i wydzielać opakowania.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza uchwyty pakowane po 25 szt. w opakowaniach zbiorczych.**