

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
Nr sprawy: ZP-20-087UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 2019, poz.175), udzielam następujących odpowiedzi:

Pytanie 1) Pakiet nr 4 poz. 2a

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do trudnych intubacji o rozmiarze 3,3 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2) Pakiet nr 4 poz. 3a

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę intubacyjną o rozmiarze 3,3 mm / długości 340 mm?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3) Pakiet nr 4 poz. 3b

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę intubacyjną o rozmiarze 4,7 mm / długości 340 mm?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4) Pakiet nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę z kanałem wewnętrznym do podawania tlenu z jednym łącznikiem 15 mm o rozmiarze 5,0 mm / 70 cm?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5) Pakiet nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych z możliwością stosowania do 72h, przesuwna zamykająca zastawka, z możliwością wykonania bronchoskopii po zastosowaniu dodatkowej złączki? Czy Zamawiający dopuści również cewnik z dwoma otworami bocznymi z martwą przestrzenią dołączaną osobno o długości 60 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ