

EZP/589/20

Wrocław, 16.07.2020r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę drobnego sprzętu i wyrobów jednorazowego użytku do diagnostyki laboratoryjnej przez 12 miesięcy; postępowanie znak: ZP/PN/29/20/LZDL/JG.

W związku z wpłynięciem pytań do SIWZ w przetargu nr ZP/PN/29/20/LZDL/JG, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm. *zwaną dalej* ustawą) Prawo zamówień publicznych odpowiada:

Pytanie nr 1

Uprzejmie prosimy o **wydzielenie pozycji 19 oraz 20** z pakietu zbiorczego i utworzenie z nich odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści próbówki typu Falcon o wymiarach 30x115mm i pakowane po 50szt.? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści próbówki typu Falcon o wymiarach 30x115mm, pozostałe parametry, w tym maksymalna wielkość opakowania, pozostają bez zmian.

Pytanie nr 3

Poz. 13 Czy Zamawiający mógłby sprecyzować, jakiej pojemności końcówki mają być w pudełkach?

Odpowiedź: Kończówki typ Gilson 100-1000 µl

Pytanie nr 4

Poz. 21 Czy Zamawiający dopuści kapilary gazometryczne z heparyną litową o pojemności 120ul, średnicy 1,6mm, a długości 125mm?


Odpowiedź: Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 5

Poz. 27 Czy Zamawiający dopuści płyty do oznaczania grup krwi wykonane z polimeru? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści płyty do oznaczania grup krwi wykonane z polimeru, obok istniejących zapisów

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
tel.: 71 36-89-601, 71 36-89-602;
faks: 71 36-89-219
NIP: 899-22-28-100, Regon: 000290096, KRS: 0000087868



Pytanie nr 6

Poz. 37 Czy Zamawiający dopuści wymazówki pakowane osobno + próbkę o wymiarach 16x100mm i pakowane po 10szt.? reszta parametrów pozostaje bez zmian.

Odpowiedź: Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 7

Poz. 39-50 Czy Zamawiający mógłby wydzielić te pozycje i utworzyć z nich osobny pakiet? Biorąc pod uwagę specyfikę asortymentu, pozwoli to na złożenie większej ilości korzystnych ofert.

Odpowiedź: Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 8

Pakiet 1 poz. 19,20

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

Pakiet 1 poz. 19,20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w nakuwaczy pakowanych po 200szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ Zamawiający dopuszcza wielkość opakowania 200 szt.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

mgr Krzysztof Stachiewicz

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
J. Głombowicz
mgr Joanna Głombowicz

Przygotowała:
Joanna Głombowicz