



Wrocław, 22 sierpnia 2023r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**

ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznych materiałów medycznych wraz z najmem systemu do mappingu trójwymiarowego i najmem 7 szt. programatorów dla Pracowni Elektrofizjologii, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.70.2023

**WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 15:

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu dla Pakietu nr 15 – sprzęt do usuwania elektrod.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2:

Czy w przypadku jeśli jednorazowy sprzęt do zabiegu/wszczepu produkowany jest i dostarczany przez Wykonawcę w opakowaniach zbiorczych np. typu „trzy-pak” (pakowane po 3 szt.) Zamawiający wyrazi zgodę na zamawianie u Wykonawcy wielokrotności 3 szt. takiego jednorazowego sprzętu do zabiegu/wszczepu oraz fakturowania go w postaci wielokrotności 3 szt. Pragniemy wyjaśnić, że niektóre towary są produkowane i dostarczane w taki właśnie sposób a co za tym idzie w procesie logistyczno-finansowym figurują w takiej postaci w systemach Zamawiającego jako 3-paki i nie ma możliwości ich rozdzielnego dostarczania oraz fakturowania. Wiemy, że takie przypadki „wielopaków” są dość powszechne wśród producentów medycznego sprzętu jednorazowego- dlatego uprzejmie prosimy Zamawiającego o zgodę na taki charakter dostaw i fakturowania przez Wykonawcę w konkretnych przypadkach.

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu powiadamiania Wykonawcy o zużyciu jednorazowego sprzętu do zabiegu/wszczepu opisanego w proponowanych zapisach umowy w § 1 „Przedmiot zamówienia” w p. 3 na powiadamianie za pomocą poczty e-mail na adres wskazany przez Wykonawcę? Znacznie ułatwiłoby to sposób komunikacji między Wykonawcą a Zamawiającym. Proponowane brzmienie punktu:

„Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty zużycia towaru, o którym mowa w ust. 4 poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie poprzez przesłanie „protokołu zużycia jednorazowego sprzętu do zabiegu/wszczepu” za pomocą poczty e-mail na adres: Informacja – „protokół zużycia jednorazowego sprzętu do zabiegu/wszczepu” (załącznik nr 3b do SWZ) zawierać będzie numer historii choroby, ilości, rodzaj i numer seryjny zużytego towaru. Zawiadomienie to będzie stanowiło podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.”

Odpowiedź na pytanie nr 3: W odpowiedzi na pytanie zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 3 do SWZ. Załącznik nr 3 do SWZ po modyfikacji do pobrania poniżej.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu powiadamiania Wykonawcy o zamówieniach jednorazowego sprzętu do zabiegu/wszczepu opisanego w proponowanych zapisach umowy w § 1 „Przedmiot zamówienia” w p. 4. na powiadamianie za pomocą poczty e-mail na adres wskazany przez Wykonawcę? Znacznie ułatwiłoby to sposób komunikacji między Wykonawcą a Zamawiającym. Proponowane brzmienie punktu:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą w terminie ... dni roboczych (min. 2 dni robocze - max. 5 dni roboczych – zgodnie ze złożoną ofertą) od daty potwierdzonego otrzymania i zamówienia drogą mailową na adres, pełny komplet towaru określonego w: pakietach nr 3-15, nr 16 poz. 1-10, nr 17, nr 18 (rozmiary i ilości zostaną podane w „protokole przekazania towaru/sprzętu medycznego” - załącznik nr 3a do SWZ), określone w §11 umowy, które będą fakturowane dopiero po zużyciu/przeprowadzeniu wszczepu. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Osobami upoważnionymi do odbioru są: Pielęgniarka Koordynująca Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej tel. 261 660 223 oraz wyznaczony pracownik Wydziału Zaopatrzenia Medycznego.

Odpowiedź na pytanie nr 4: W odpowiedzi na pytanie zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 3 do SWZ. Załącznik nr 3 do SWZ po modyfikacji do pobrania poniżej.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu powiadamiania Wykonawcy o zamówieniach jednorazowego sprzętu do zabiegu/wszczepu opisanego w proponowanych zapisach umowy w § 1 „Przedmiot zamówienia” w p. 5. na powiadamianie za pomocą poczty e-mail na adres wskazany przez Wykonawcę? Znacznie ułatwiłoby to sposób komunikacji między Wykonawcą a Zamawiającym. Proponowane brzmienie punktu:

„Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty zużycia towaru, o którym mowa w ust. 4 poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie poprzez przesłanie „protokołu zużycia jednorazowego sprzętu do zabiegu/wszczepu” za pomocą poczty e-mail na adres Informacja – „protokół zużycia jednorazowego sprzętu do zabiegu/wszczepu” (załącznik nr 3b do SWZ) zawierać będzie numer historii choroby, ilości, rodzaj i numer seryjny zużytego towaru. Zawiadomienie to będzie stanowiło podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.”

Odpowiedź na pytanie nr 5: W odpowiedzi na pytanie zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 3 do SWZ. Załącznik nr 3 do SWZ po modyfikacji do pobrania poniżej.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu powiadamiania Wykonawcy o zamówieniach/reklamacjach jednorazowego sprzętu do zabiegu/wszczepu opisanego w proponowanych zapisach umowy w § 1 „Przedmiot zamówienia” w p. 11 na powiadamianie za pomocą poczty e-mail na adres wskazany przez Wykonawcę? Znacznie ułatwiłoby to sposób komunikacji między Wykonawcą a Zamawiającym. Proponowane brzmienie punktu:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni roboczych od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z §7 ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nri pocztą e-mail na adres:.....”

Odpowiedź na pytanie nr 6: W odpowiedzi na pytanie zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 3 do SWZ. Załącznik nr 3 do SWZ po modyfikacji do pobrania poniżej.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu powiadamiania Wykonawcy o zamówieniach/reklamacjach jednorazowego sprzętu do zabiegu/wszczepu opisanego w proponowanych zapisach umowy w § 1 „Przedmiot zamówienia” w p. 12 na powiadamianie za pomocą poczty e-mail na adres wskazany przez Wykonawcę? Znacznie ułatwiłoby to sposób komunikacji między Wykonawcą a Zamawiającym. Proponowane brzmienie punktu:

„Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je mailem z tego dnia.”

Odpowiedź na pytanie nr 7: W odpowiedzi na pytanie zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 3 do SWZ. Załącznik nr 3 do SWZ po modyfikacji do pobrania poniżej.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu powiadamiania Wykonawcy o zamówieniach/reklamacjach/ zgłoszeniach gwarancyjnych jednorazowego sprzętu do zabiegu/wszczepu opisanego w proponowanych zapisach umowy w § 7 „Gwarancja” w p. 7 na powiadamianie za pomocą poczty e-mail na adres wskazany przez Wykonawcę? Znacznie ułatwiłoby to sposób komunikacji między Wykonawcą a Zamawiającym. Proponowane brzmienie punktu:

„W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar, o którym mowa w ust. 3 i §1 ust. 11 w terminie w terminie 2 dni roboczych od daty potwierdzonego zwrotne wezwania e-mailem na adres”

Odpowiedź na pytanie nr 8: W odpowiedzi na pytanie zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 3 do SWZ. Załącznik nr 3 do SWZ po modyfikacji do pobrania poniżej.

Pytanie nr 9:

dot. § 10 umowy– prosimy o weryfikację postanowień dot. kar umownych, obecnie przewidują ustanowienie kar za opóźnienie, natomiast kary powinny być naliczane za zwłokę, która jest kwalifikowanym typem opóźnienia powstałym z winy wykonawcy – wymagane na podstawie art. 433 pkt 1 Pzp; ponadto brakuje określenia łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, co jest wymagane na podstawie art. 436 pkt 3 Pzp.

Odpowiedź na pytanie nr 9: Zapisy SWZ bez zmian. Ewentualna kara umowna będzie nałożona jeżeli przyczyna leżeć będzie po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 10 dotyczy pakietu nr 2 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści również introducery o długości 150 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający dopuszcza.

Załączniki:

1. *Załącznik nr 3 do SWZ po modyfikacji*

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ lub modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data wyjaśnień lub modyfikacji i nr pytania).

Z upoważnienia KOMENDANTA
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SP ZOZ we Wrocławiu
mgr Piotr STRĄK
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych