

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/58/22

Sucha Beskidzka, dnia 30.06.2022r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego Dostawa sprzętu medycznego (szyna rehabilitacyjna, pompy infuzyjne, materac ogrzewający pacjenta, laser na statywie, aparat KTG, aparat do magnetoterapii, insuflator, holter ciśnieniowy, holter do pomiaru KTG, pojemniki sterylizacyjne, wózek do transportu zwłok, autoklaw)

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Materac ogrzewający stół operacyjny

Pakiet nr 3,

Czy Zamawiający będzie wymagał czasu nagrzewania materaca do 10 minut?

Odp. TAK.

Pakiet nr 3,

Czy Zamawiający będzie wymagał aby jednostka sterująca nie emitowała dźwięku poprzez wbudowany wentylator?

Odp. TAK.

Pakiet nr 3, poz. 26

Prosimy o dopuszczenie następującego rozmiaru kosza: 60x40x22 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

PAKIET 3 POZ. 16

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli wartość punktacji: Materac z pianką 310 pkt, tak jak to zawarł w

opisie *Załącznika nr 1c Pakiet nr 3.*

Czy może wartość punktacji powinna być: Materac z pianką 30 pkt lub Materac z pianką 10 pkt

16	Materac posiadający wbudowaną przeciwdleżynową piankę lepkością o właściwościach przeciwdleżynowych	Materac z pianką 310 pkt Materac bez pianki 0 pkt
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

Odp. Zamawiający informuje o zmianie punktacji:

16	Materac posiadający wbudowaną przeciwdleżynową piankę lepkością o właściwościach przeciwdleżynowych	Materac z pianką 10 pkt Materac bez pianki 0 pkt
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

z poważaniem:

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

mgr Sabina Steczek

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr inż. Bączewski