

Milicz, dnia 13.09.2022r.

Zamawiający:

Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 1
56-300 Milicz

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dostawa materiałów opatrunkowych dla Milickiego Centrum Medycznego.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania z dnia 09.09.2022

Pytanie 1: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 8 poz. 3 - Zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwuświatłowy pediatryczny 4F/8-10cm Prowadnica odporna na zaginanie.

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Pytanie 2: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 9 igieł do znieczulenia o długości: poz. 3 i 5 - 100 mm w miejsce wymaganych 103 mm; w poz. 6, 7, 8 o długości: 120 mm w miejsce wymaganych 115 mm; w pozycji 7 z igłą prowadzącą o średnicy 22G x 38 mm w miejsce wymaganej 20G x 38 mm oraz w poz. 10 półautomatycznej igły do biopsji o długości 150 mm w miejsce wymaganych 160 mm

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Czy Zamawiający w Pakiecie 18 dopuści: Czyściwo w odcinkach perforowanych nawiniętych w rolkę przeznaczone do mycia ciała pacjenta, kolor biały, włóknina; rodzaj włókna: wysokogatunkowa włóknina będąca mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy, ilość warstw 1, gramatura 70g/m²; wymiary 30 x 34cm . Opakowanie 100szt?

JĘŚLI ZAMAWIAJĄCY WYRAZI ZGODĘ CHCIELIBYŚMY PRZELICZYĆ ILOŚĆ I NASZYCH OPAKOWAŃ WYSZŁOBY: 405op.

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie – dopuszcza więc również przeliczenie ilości

Pakiet nr 47, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego systemu bezigłowego :

Zamknięty system bezigłowy o wytrzymałości do 7 dni i 720 aktywacji. Przezroczysty (obudowa i membrana), umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową, bezbarwną i przezroczystą membraną typu Split Septum, o prostym torze przepływu, łatwą do czyszczenia i dezynfekcji, zmniejszającą ryzyko kontaminacji dzięki precyzyjnemu osadzeniu w konektorze. Posiadający małą objętość wypełnienia wynoszącą max 0,07ml. Przepływ grawitacyjny 170ml/min, maksymalny do 600 ml/min (36L/h). Wytrzymały na ciśnienie do 24 barów. System może być używany w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. System powinien dawać możliwość wstrzyknięć, infuzji oraz aspiracji. Sterylny, nie zawiera ftalanów oraz latexu.

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Pakiet nr 47, pozycja nr 2

Zamknięty system bezigłowy o wytrzymałości do 7 dni i 720 aktywacji. Przezroczysty (obudowa i membrana), umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową, bezbarwną i przezroczystą membraną typu Split Septum, o prostym torze przepływu, łatwą do czyszczenia i dezynfekcji, zmniejszającą ryzyko kontaminacji dzięki precyzyjnemu osadzeniu w konektorze. Dedykowany do linii tętnicznych, w celu łatwej identyfikacji obudowa zabarwiona na czerwono. Posiadający małą objętość wypełnienia wynoszącą max 0,07ml. Przepływ grawitacyjny 170ml/min, maksymalny do 600 ml/min (36L/h). Wytrzymały na ciśnienie do 24 barów. System może być używany w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. System powinien dawać możliwość wstrzyknięć, infuzji oraz aspiracji. Sterylny, nie zawiera ftalanów oraz latexu.

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Pakiet nr.48. Pyt.1.poz.1,2.

Zgodnie z oczekiwaniem Zamawiającego i ustawą o ZP, oferujemy system równoważny w skutecznym odsysaniu a zarazem bezpieczny ze względu na właściwości antybakteryjne (badania do wglądu Zamawiającego) o następujących cechach szczegółowych - prosimy o dopuszczenie. Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów, przy wymianie wkładów odłączamy dren do próżni z pokrywy wkładów, bez odłączania od źródła ssania. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki, rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy. Wyposażone są w filtr hydrofobowoantybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu, zatyczkę do zabezpieczenia portu pacjenta oraz szeroki otwór do pobierania próbek lub zadawania saszetek z żelem. Wkłady (certyfikowane jako produkt medyczny ze znakiem CE, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych). Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu pakowane w formie częściowo sprasowanej dla zmniejszenia objętości. Wkłady oraz kanistry o pojemności 1000ml,2000ml. Kanistry (okrągłe) kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową (która umożliwia prowadzenie dokładnego bilansu płynów, bez stosowania dodatkowych urządzeń), z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego i sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone tylko w zaczep do mocowania. Kanistry z przezroczystego tworzywa, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, certyfikowane jako produkt medyczny, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych. Wkłady i pojemniki są oznakowane znakiem CE (do wglądu deklaracja zgodności). Zgodą Zamawiającego umożliwi zaoferowanie nowoczesnego systemu, ze względu na cechy użytkowe (szczelność, prostotę użytkowania) oraz na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196 – do wglądu dla zamawiającego). Oferowany system jest konkurencyjny cenowo. W przypadku nie dopuszczenia, prosimy o merytoryczne uzasadnienie. Pyt.2. poz.1,2. Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności (data ważności) i identyfikacji (numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. Fabrycznie nadrukowana data ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Czy w Pakiecie 23 w poz. 2 powinny być zaferowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana?

Odp.

TAK – Zamawiający potwierdza

Uprzejmie prosimy o zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 23 poz. 2 do odrębnego pakietu. Wydzielenie z pakietu pozwoli na wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pytania z dnia 12.09.2022

PYTANIE 1 – dotyczy pakietu nr 33, pozycje 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do moczu z zakrętką o pojemności 120 ml. Większa pojemność pojemnika jest korzystniejsza, ponieważ można zebrać większą ilość moczu do badania.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

PYTANIE 2 – dotyczy pakietu nr 33, pozycji 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na płwocinę o pojemności 30 ml?

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

PYTANIE 3 – dotyczy pakietu nr 33, pozycji 10, 11, 12

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne pojemnik z pokrywą „na wcisk”?

Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

PYTANIE 4 – dotyczy pakietu nr 33, pozycji 10, 11, 12

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na wycinki do badań histopatologicznych o stawce VAT 23%?

Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

PYTANIE 5 – dotyczy pakietu nr 41

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego w pakiecie nr 41 woreczka do transportu i przechowywania materiału biologicznego wykonanych z polietylenu o wymiarach 150 x 180 mm z zamknięciem strunowym i z kieszenią typu „kangur” na dokumenty o wymiarach 150 x 230 mm z oznaczeniem „BIOHAZARD”. Woreczki spełniają wymogi Dyrektywy CE 98/79 dotyczącej wyrobów do diagnostyki in vitro dlatego posiadają stawkę VAT 8%.

Opisany przedmiot zamówienia jest przeznaczony do przechowywania organicznych i nieorganicznych próbek dla badań chemicznych, klinicznych i mikrobiologicznych. Produkt jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (laboratoria, szpitale).

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie