

Konin, 13.06.2023 r.

**WSZ-EP-6/685/2023**

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/  
strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: „Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych”, nr sprawy WSZ-EP-6/2023**

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 25**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Treść pytania nr 1:**

**Pakiet 4, poz. 1-4**

Proszę o doprecyzowanie, czy pod pojęciem „podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka” rozumie podwójną kryzę na cylindrze zabezpieczającą przed wypadaniem?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Treść pytania nr 2:**

**Pakiet 4, poz. 1-3**

Proszę o dopuszczenie wyceny strzykawek za opakowanie 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

**Treść pytania nr 3:**

**Pakiet 4, poz. 4**

Proszę o dopuszczenie wyceny strzykawek za opakowanie 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

**Treść pytania nr 4:**

**Pakiet 4, poz. 5-6**

Proszę o dopuszczenie strzykawek z oświadczeniem o kompatybilności z wymaganą pompą wydanym przez producenta strzykawek. Zarówno w treści oświadczenia jak i na każdym opakowaniu

jednostkowym strzykawkę znajduje się wskazanie na jakim ustawieniu w pompie należy używać strzykawkę.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza strzykawki z oświadczeniem producenta o ich kompatybilności z opisaną przez Zamawiającego pompą. Zamawiający wprowadza wymóg złożenia przez Wykonawcę powyższego oświadczenia wraz z ofertą. W związku z tym Zamawiający zmienia treść:

- SWZ w rozdziale X. „Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych” poprzez dodanie w ust 1 punktu 3) o następującym brzmieniu:

**„3) oświadczenia producenta o kompatybilności strzykawki z pompą Perfusor Space produkcji BBRAUN (jeżeli dotyczy) – dla pakietu 4 poz. 5 i 6.”**

- Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

**Treść pytania nr 5:**

**Pakiet 5, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd bezpośrednio na zaciskaczu rolkowym.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga nazwy producenta na przyrządzie, nie wskazując szczegółowo miejsca oznaczenia.

**Treść pytania nr 6:**

**Pakiet 5, poz. 1**

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaciskacza rolkowego z miejscem na odwieszenie drenu oraz pochewką na igłę biorcza ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie określa powyższego.

**Treść pytania nr 7:**

**Pakiet 5, poz. 3**

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC bez zawartości ftalanów.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

**Treść pytania nr 8:**

**Pakiet 5, poz. 3**

Proszę o dopuszczenie przyrządu z igłą dwukanałową ściętą trójpłaszczyznowo wykonaną ze wzmocnionego ABS.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

**Treść pytania nr 9:**

**Pakiet 5, poz. 3**

Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd bezpośrednio na zaciskaczu rolkowym.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga nazwy producenta bezpośrednio na przyrządzie, nie wskazując szczegółowo miejsca oznaczenia.

**Treść pytania nr 10:**

**Pakiet 5, poz. 4**

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

**Treść pytania nr 11:**

**Pakiet 5, poz. 4**

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą o długości 55 mm w części przezroczystej.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

**Treść pytania nr 12:**

**Pakiet 5, poz. 4**

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą o długości 62 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie określa całkowitej długości komory kroplowej.

**Treść pytania nr 13:**

**Pakiet 5, poz. 4**

Proszę o dopuszczenie przyrządu z igłą dwukanałową ściętą trójpłaszczyznowo wykonaną ze wzmocnionego ABS.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

**Treść pytania nr 14:**

**Pakiet 5, poz. 4**

Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd bezpośrednio na zaciskaczu rolkowym.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga nazwy producenta bezpośrednio na przyrządzie, nie wskazując szczegółowo miejsca oznaczenia.

**Treść pytania nr 15:**

**Pakiet 5, poz. 4**

Proszę o dopuszczenie przyrządu i worka wycenianych osobno ze względu na różne stawki podatku VAT

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

**Treść pytania nr 16:**

**Pakiet 5, poz. 4**

Proszę o odstąpienie od wymogu pakowania przyrządu i worka fabrycznie przez producenta.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza worek pakowany osobno. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

**Treść pytania nr 17:**

**Pakiet 5, poz. 4**

Proszę o dopuszczenie worka w kolorze żółtym

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

**Treść pytania nr 18:**

**Pakiet 5, poz. 4**

Proszę o dopuszczenie worka w rozmiarze 21 cm x 30 cm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

**Treść pytania nr 19:**

**Pakiet 5, poz. 5**

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

**Treść pytania nr 20:**

**Pakiet 5, poz. 5**

Proszę o dopuszczenie przyrządu z igłą dwukanałową ściętą trójpłaszczyznowo wykonaną ze wzmocnionego ABS

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

**Treść pytania nr 21:**

**Pakiet 5, poz. 5**

Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd bezpośrednio na zaciskaczu rolkowym.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga nazwy producenta bezpośrednio na przyrządzie, nie wskazując szczegółowo miejsca oznaczenia.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

*Sporządziła*  
*Elżbieta Marcinkowska*  
*Danuta Mudry-Kowalów*