

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w Białymstoku  
im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego  
15-471 Białystok, ul. Fabryczna 27  
Tel. : (47) 710 41 00 fax: (47) 710 41 01  
NIP 542-25-13-061 REGON 050637922**

Białystok, dn. 07.07.2023 r.

DZP.2347.1.2023

### **Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: Dostawa sprzętu, aparatury medycznej oraz wyposażenia dla Oddziału Kardiologii z przynależnymi pracownikami oraz OINK

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień do złożonych w postępowaniu zapytań do treści SWZ:

#### **Pytanie 1**

##### **Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 25 -Stół operacyjny z pływającym blatem – 1 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu, którego podstawa ma kształt litery "T", niskoprofilowa, dzięki czemu operator ma swobodny dostęp do blatu. Górna powierzchnia podstawy na wysokości poniżej 150mm od podłoża przy stole zablokowanym, dzięki czemu aparat RTG ma nieograniczony dostęp, gdyż nawet przy najniższym ustawieniu aparatu RTG nie będzie on kolidował z podstawą.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego z pływającym blatem – 1 szt. którego podstawa ma kształt litery "T", niskoprofilowa, dzięki czemu operator ma swobodny dostęp do blatu. Górna powierzchnia podstawy na wysokości poniżej 150mm od podłoża przy stole zablokowanym, dzięki czemu aparat RTG ma nieograniczony dostęp, gdyż nawet przy najniższym ustawieniu aparatu RTG nie będzie on kolidował z podstawą. Podstawa pokryta włóknem węglowym lub osłoną ze stali nierdzewnej. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 2**

##### **Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 25 -Stół operacyjny z pływającym blatem – 1 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści stół o szerokości mniejszej niż wymagana o 1 cm (0,5cm na stronę)? Pragniemy zauważyć, że tak mała różnica nie ma wpływu klinicznego na przeprowadzenie zabiegów.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego z pływającym blatem – 1 szt. o szerokości mniejszej niż wymagana o 1 cm (0,5cm na stronę). Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 3**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 25 -Stół operacyjny z pływającym blatem – 1 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 14**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie stołu z szerszym zakresem regulacji wysokości - stół z regulacją wysokości w zakresie 360mm, a najniższa pozycja jaką można uzyskać to 690mm, a najwyższa to 1050mm. Wszystkie pozostałe parametry stołu bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 4**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 20 - Podwieszany system ochrony radiologicznej – 1 szt., Lp. II – Pozostałe wymagania, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie systemu z gwarancją na 12 miesięcy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 5**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 20 - Podwieszany system ochrony radiologicznej – 1 szt., Lp. II – Pozostałe wymagania, poz. 3**

Prosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie czasu reakcji serwisu do max 72 godzin w dni robocze.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 6**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 20 - Podwieszany system ochrony radiologicznej – 1 szt., Lp. II – Pozostałe wymagania, poz. 5 lit. a**

Prosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie czasu naprawy nie wymagającej importu części do 8 dni roboczych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 7**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 20 - Podwieszany system ochrony radiologicznej – 1 szt., Lp. II – Pozostałe wymagania, poz. 5 lit. b**

Prosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie czasu naprawy wymagającej importu części do 21 dni roboczych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 8**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 20 - Podwieszany system ochrony radiologicznej – 1 szt., Lp. II – Pozostałe wymagania, poz. 11**

Prosimy na wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostawy do 12 tygodni.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

### **Pytanie 9**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 20 - Podwieszany system ochrony radiologicznej – 1 szt. oraz treści oświadczenia do podpisu Wykonawcy, znajdującego się w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – w ramach Pakietów nr 20**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 20 przedmiotu zamówienia posiadającego deklarację zgodności UE, certyfikat jednostki notyfikowanej zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2016/425 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego środków ochrony osobistej (PPE), spełniającego odpowiednie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 20 - Podwieszany system ochrony radiologicznej – 1 szt. przedmiotu zamówienia posiadającego deklarację zgodności UE, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 81, str. 51). Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 20 - Podwieszany system ochrony radiologicznej – 1 szt., polegającej na nadaniu nowego brzmienia pozycji 9 w części Lp. II - Pozostałe wymagania, zgodnie z poniższym zapisem:

II	POZOSTAŁE WYMAGANIA	WARTOŚĆ WYMAGANA	WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ
9.	Przedmiot zamówienia jest opatrzony oznakowaniem CE, posiada wymagane dokumenty i instrukcje oraz informacje określone w załączniku II pkt 1.4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 81, str. 51) w języku polskim. Wykonawca załączy do oferty deklarację zgodności UE.	TAK, podać	

Zamawiający dokonuje zmiany treści oświadczenia do podpisu Wykonawcy, znajdującego się w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – w ramach Pakietów nr 20. Oświadczenie, o którym mowa otrzymuje następujące brzmienie:

„Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane środki ochrony indywidualnej są fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad technicznych, materiałowych, fizycznych i prawnych, zgodne z właściwymi normami i przepisami prawa, w tym w szczególności w zakresie udostępnienia na rynku, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 81, str. 51), spełniają zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa określone w załączniku II ww. Rozporządzenia, które mają do nich zastosowanie.”

#### **Pytanie 10**

##### **Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 2 - Szafki przyłóżkowe – 33 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania szafki przyłóżkowej, w której blat wyposażony jest w reling ze stali nierdzewnej – jako rozwiązanie lepsze niż reling aluminiowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafek przyłóżkowych, w których blat wyposażony jest w reling ze stali nierdzewnej. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 11**

##### **Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 2 - Szafki przyłóżkowe – 33 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania szafki przyłóżkowej nie wyposażonej w uchwyt na szklanę.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 12**

##### **Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 2 - Szafki przyłóżkowe – 33 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania szafki przyłóżkowej wyposażonej w haczyk na ręcznik wykonany ze stali nierdzewnej, jako rozwiązanie lepsze niż haczyk tworzywowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafek przyłóżkowych wyposażonych w haczyk na ręcznik wykonany ze stali nierdzewnej, jako rozwiązanie lepsze niż haczyk tworzywowy. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 13**

##### **Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 2 - Szafki przyłóżkowe – 33 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 6**

Czy wymagana wysokość szafki 900 mm (+/- 20 mm) dotyczy wysokości od podłoża do powierzchni blatu, czy do górnej krawędzi relingu zamontowanego na blacie?

Odpowiedź: Podana wysokość szafki 900 mm (+/- 20 mm) dotyczy wysokości szafki mierzonej od podłoża do górnej krawędzi relingu zamontowanego na blacie.

#### **Pytanie 14**

##### **Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 2 - Szafki przyłóżkowe – 33 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 7**

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania szafki przyłóżkowej, w której pod dolną szufladą znajduje się półka na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie) bez dodatków ABS.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafek przyłóżkowych, w których pod dolną szufladą znajduje się półka na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie) bez dodatków ABS. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 15**

##### **Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 2 - Szafki przyłóżkowe – 33 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 2 i poz. 12**

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania szafki przyłóżkowej, w której rozkładany blat boczny posiada ergonomiczne wycięcie umożliwiające wsunięcie dłoni i uniesienie blatu, zamiast tworzywowego uchwytu. Poza rodzajem pochwyty, działanie oferowanego blatu będzie tożsame z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 16**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 8 - Osłona RTG tarczycy – 6 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 2; Pakiet nr 9 - Fartuchy ochronne RTG 2 częściowe - 11 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 2; Pakiet nr 10 - Fartuchy ochronne RTG 1 częściowe - 3 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 2**

Prosimy o odstąpienie od wymogu zawartego w ww. punkcie, ponieważ asortyment nie wymaga przeglądów okresowych.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu określonego w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 8 - Osłona RTG tarczycy – 6 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 2; Pakietu nr 9 - Fartuchy ochronne RTG 2 częściowe - 11 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 2; Pakietu nr 10 - Fartuchy ochronne RTG 1 częściowe - 3 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 2.

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie: Pakietu nr 8 - Osłona RTG tarczycy – 6 szt., Pakietu nr 9 - Fartuchy ochronne RTG 2 częściowe - 11 szt., Pakietu nr 10 - Fartuchy ochronne RTG 1 częściowe - 3 szt., polegającej na wykreśleniu w tych pakietach pozycji 2 w części Lp. II - Pozostałe wymagania.

#### **Pytanie 17**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 8 - Osłona RTG tarczycy – 6 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 3; Pakiet nr 9 - Fartuchy ochronne RTG 2 częściowe - 11 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 3; Pakiet nr 10 - Fartuchy ochronne RTG 1 częściowe - 3 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 3**

Prosimy o odstąpienie od wymogu zawartego w ww. punkcie, ponieważ asortyment nie wymaga serwisowania, nie występują w nim awarie.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie: Pakietu nr 8 - Osłona RTG tarczycy – 6 szt., Pakietu nr 9 - Fartuchy ochronne RTG 2 częściowe - 11 szt., Pakietu nr 10 - Fartuchy ochronne RTG 1 częściowe - 3 szt., polegającej na nadaniu nowego brzmienia pozycji 3 w części Lp. II - Pozostałe wymagania, w zakresie tych pakietów, zgodnie z poniższym zapisem:

<b>II</b>	<b>POZOSTAŁE WYMAGANIA</b>	<b>WARTOŚĆ WYMAGANA</b>	<b>WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ</b>
<b>3.</b>	Czas reakcji autoryzowanego serwisu na zgłoszoną awarię (wadę/uszkodzenie) w okresie gwarancji, rozumiane jako stawienie	TAK, podać	



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do naprawy lub stawienie się upoważnionej przez autoryzowany serwis gwarancyjny osoby w siedzibie Zamawiającego w celu odbioru z siedziby Zamawiającego i naprawy wynosi nie więcej niż 48 godzin w dni robocze.		
---	--	--

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 18**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 8 - Osłona RTG tarczycy – 6 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 4; Pakiet nr 9 - Fartuchy ochronne RTG 2 częściowe - 11 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 4; Pakiet nr 10 - Fartuchy ochronne RTG 1 częściowe - 3 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 4**

Prosimy o odstąpienie od wymogu zawartego w ww. punkcie, ponieważ asortyment nie wymaga serwisowania, a serwisem autoryzowanym jest producent.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 19**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 8 - Osłona RTG tarczycy – 6 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 5; Pakiet nr 9 - Fartuchy ochronne RTG 2 częściowe - 11 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 5; Pakiet nr 10 - Fartuchy ochronne RTG 1 częściowe - 3 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 5**

Prosimy o odstąpienie od wymogu zawartego w ww. punkcie, i dopuszczenie naprawy gwarancyjnej wynoszącej 8 tygodni.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 20**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 8 - Osłona RTG tarczycy – 6 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 7; Pakiet nr 9 - Fartuchy ochronne RTG 2 częściowe - 11 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 7; Pakiet nr 10 - Fartuchy ochronne RTG 1 częściowe - 3 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 7**

Prosimy o odstąpienie od wymogu zawartego w ww. punkcie, szkolenie personelu nie jest wymagane.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu określonego w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 8 - Osłona RTG tarczycy – 6 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 7; Pakietu nr 9 - Fartuchy ochronne RTG 2 częściowe - 11 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 7; Pakietu nr 10 - Fartuchy ochronne RTG 1 częściowe - 3 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 7.

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie: Pakietu nr 8 - Osłona RTG tarczycy – 6 szt., Pakietu nr 9 - Fartuchy ochronne RTG 2 częściowe - 11 szt., Pakietu nr 10 - Fartuchy ochronne RTG 1 częściowe - 3 szt., polegającej na wykreśleniu w tych pakietach pozycji 7 w części Lp. II - Pozostałe wymagania.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

### **Pytanie 21**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 8 - Osłona RTG tarczycy – 6 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 8; Pakiet nr 9 - Fartuchy ochronne RTG 2 częściowe - 11 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 8; Pakiet nr 10 - Fartuchy ochronne RTG 1 częściowe - 3 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 8**

Prosimy o odstąpienie od wymogu zawartego w ww. punkcie, do tego asortymentu nie jest wymagany paszport.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu określonego w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 8 - Osłona RTG tarczycy – 6 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 8; Pakietu nr 9 - Fartuchy ochronne RTG 2 częściowe - 11 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 8; Pakietu nr 10 - Fartuchy ochronne RTG 1 częściowe - 3 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 8.

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie: Pakietu nr 8 - Osłona RTG tarczycy – 6 szt., Pakietu nr 9 - Fartuchy ochronne RTG 2 częściowe - 11 szt., Pakietu nr 10 - Fartuchy ochronne RTG 1 częściowe - 3 szt., polegającej na wykreśleniu w tych pakietach pozycji 8 w części Lp. II - Pozostałe wymagania.

### **Pytanie 22**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 8 - Osłona RTG tarczycy – 6 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 9; Pakiet nr 9 - Fartuchy ochronne RTG 2 częściowe - 11 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 9; Pakiet nr 10 - Fartuchy ochronne RTG 1 częściowe - 3 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 9**

Prosimy o odstąpienie od wymogu zawartego w ww. punkcie, zaproponowany asortyment nie jest wyrobem medycznym tylko jest to Środek Ochrony Indywidualnej klasy III.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie: Pakietu nr 8 - Osłona RTG tarczycy – 6 szt., Pakietu nr 9 - Fartuchy ochronne RTG 2 częściowe - 11 szt., Pakietu nr 10 - Fartuchy ochronne RTG 1 częściowe - 3 szt., polegającej na nadaniu nowego brzmienia pozycji 9 w części Lp. II - Pozostałe wymagania, w zakresie tych pakietów, zgodnie z poniższym zapisem:

<b>II</b>	<b>POZOSTAŁE WYMAGANIA</b>	<b>WARTOŚĆ WYMAGANA</b>	<b>WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ</b>
9.	Przedmiot zamówienia jest opatrzony oznakowaniem CE, posiada wymagane dokumenty i instrukcje oraz informacje określone w załączniku II pkt 1.4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 81, str. 51) w języku polskim. Wykonawca załączy do oferty deklarację zgodności UE.	TAK, podać	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 23**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 8 - Osłona RTG tarczycy – 6 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 10; Pakiet nr 9 - Fartuchy ochronne RTG 2 częściowe - 11 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 10; Pakiet nr 10 - Fartuchy ochronne RTG 1 częściowe - 3 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 10**

Prosimy o odstąpienie od wymogu zawartego w ww. punkcie, do tego asortymentu nie są potrzebne części zamienne.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu określonego w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 8 - Osłona RTG tarczycy – 6 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 10; Pakietu nr 9 - Fartuchy ochronne RTG 2 częściowe - 11 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 10; Pakietu nr 10 - Fartuchy ochronne RTG 1 częściowe - 3 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 10.

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie: Pakietu nr 8 - Osłona RTG tarczycy – 6 szt., Pakietu nr 9 - Fartuchy ochronne RTG 2 częściowe - 11 szt., Pakietu nr 10 - Fartuchy ochronne RTG 1 częściowe - 3 szt., polegającej na wykreśleniu w tych pakietach pozycji 10 w części Lp. II - Pozostałe wymagania.

#### **Pytanie 24**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 8 - Osłona RTG tarczycy – 6 szt., Pakiet nr 9 - Fartuchy ochronne RTG 2 częściowe - 11 szt., Pakiet nr 10 - Fartuchy ochronne RTG 1 częściowe - 3 szt.**

Prosimy o odstąpienie od poniższego zapisu:

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad technicznych, materiałowych, fizycznych i prawnych, zgodne z właściwymi normami i przepisami prawa, w tym w szczególności w zakresie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022, poz. 974) i sposobem klasyfikowania na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010, Nr 215, poz. 1416 z późn. zm.), kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego żadnych dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych.

Asortyment nie jest wyrobem medycznym tylko jest to Środek Ochrony Indywidualnej klasy III.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie: Pakietu nr 8 - Osłona RTG tarczycy – 6 szt., Pakietu nr 9 - Fartuchy ochronne RTG 2 częściowe - 11 szt., Pakietu nr 10 - Fartuchy ochronne RTG 1 częściowe - 3 szt., polegającej na zmianie zapisu oświadczenia w następujący sposób:

#### **Było:**

„Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad technicznych, materiałowych, fizycznych i prawnych, zgodne z właściwymi normami i przepisami prawa, w tym w szczególności w zakresie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022, poz. 974) i sposobem klasyfikowania na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010, Nr 215, poz. 1416 z późn. zm.), kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego żadnych dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych.”

**Jest:**

„Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane środki ochrony indywidualnej są fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad technicznych, materiałowych, fizycznych i prawnych, zgodne z właściwymi normami i przepisami prawa, w tym w szczególności w zakresie udostępnienia na rynku, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 81, str. 51), spełniają zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa określone w załączniku II ww. Rozporządzenia, które mają do nich zastosowanie.”.

**Pytanie 25**

**Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §4 ust. 1 lit. a)**

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 4 ust. 1 lit. a) projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku:

- a) zwłoki w dostarczeniu sprzętu medycznego w wysokości 1% wartości brutto sprzętu medycznego, którego dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki ponad termin wskazany w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zapisów § 2 ust. 7 niniejszej umowy”.

Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 26**

**Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca będzie przekazywał faktury VAT za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, co będzie równoznaczne z realizacją przez Wykonawcę wszystkich wskazanych w projekcie umowy obowiązków w zakresie przekazania faktury VAT (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym)?

Powyższe postulaty zgodne są z art. 4 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy, na jego podstawie Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje, że Wykonawca będzie przekazywał faktury VAT za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

**Pytanie 27**

**Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy**

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 28**

##### **Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §4 ust. 1**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy dostawy w zakresie zapisów § 4 ust. 1 projektu umowy;

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku:

a) zwłoki w dostarczeniu sprzętu medycznego w wysokości **0,5%** wartości brutto **wadliwej części przedmiotu** umowy, o której mowa w § 1 ust. 1, za każdy dzień zwłoki ponad termin wskazany w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zapisów § 2 ust. 7 niniejszej umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy;**

b) zwłoki w czasie reakcji serwisu na zgłoszone uszkodzenie w wysokości 0,5% wartości brutto **wadliwego** sprzętu medycznego za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w §3 ust. 3 niniejszej umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego sprzętu medycznego;**

c) zwłoki w wykonaniu naprawy w wysokości **0,5%** wartości brutto **naprawianego** sprzętu medycznego za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 4 niniejszej umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto naprawianego sprzętu medycznego;**

d) nie wykonania zamówienia lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości **niezrealizowanej części** umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy;

e) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 29**

##### **Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 23 - Pakiet nr 23 –**

##### **Aparat EKG – 2 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w wyświetlacz LCD TFT kolorowy 24 bitowy o przekątnej 7 cali z podświetleniem LED oraz wysokiej rozdzielczości 800 x 480 pikseli?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w wyświetlacz LCD TFT kolorowy 24 bitowy o przekątnej 7 cali z podświetleniem LED oraz wysokiej rozdzielczości 800 x 480 pikseli. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 30**

##### **Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 23 - Pakiet nr 23 –**

##### **Aparat EKG – 2 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wymiarach nie przekraczających 135x361x262 [mm]? Jest to niewielka różnica względem wymaganych rozmiarów, a co więcej sam rozmiar urządzenia nie ma żadnego znaczenia, ponieważ zgodnie z punktem 35 Wymagań Technicznych, aparat EKG

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

będzie zamocowany na wózku jezdnym, który ma zdecydowanie większe wymiary od samego aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści aparat EKG o wymiarach urządzenia nie przekraczających 135x361x262 [mm]. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 31**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 23 - Pakiet nr 23 –**

**Aparat EKG – 2 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w wirtualną, dotykową klawiaturę alfanumeryczną oraz klawisze funkcyjne? Obsługa elektrokardiografu odbywa się z ekranu dotykowego co jest rozwiązaniem prostszym i bardziej naturalnym oraz ułatwia utrzymanie czystości urządzenia – brak problemu ze zbieraniem się zanieczyszczeń.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 32**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 23 - Pakiet nr 23 –**

**Aparat EKG – 2 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 14 i poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o dużo lepszych parametrach niż wymagane, czyli z częstotliwością próbkowania 64 000 Hz i detekcji pików rozrusznika serca na poziomie aż 80 000 Hz? Jest to dużo lepsze rozwiązanie niż aktualnie wymagane.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści aparat EKG z częstotliwością próbkowania 64 000 Hz i detekcji pików rozrusznika serca na poziomie 80 000 Hz. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 33**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 23 - Pakiet nr 23 –**

**Aparat EKG – 2 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 25**

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z wbudowaną w aparat drukarką termiczną drukującą 8 pkt/mm w osi amplitudowej oraz 40 pkt/mm w osi czasu i obsługującą papier w formie składanki, dowolnego producenta o wymiarach 210 x 140 [mm]? Oferowany aparat EKG drukuje zapis EKG w formacie A4, czyli 210 mm x 295 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 34**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 6 – Pulsoksymetr napalcowy – 5 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 5**

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści pulsoksymetr z zakresem pomiaru pulsu 25-240 uderzeń na minutę ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści pulsoksymetr z zakresem pomiaru pulsu 25-240 uderzeń na minutę. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 35**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 6 – Pulsoksymetr napalcowy – 5 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 8**

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści pulsoksymetr bez możliwości współpracy z czujnikami Nellcor?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 36**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 6 – Pulsoksymetr napalcowy – 5 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 10**

Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści pulsoksymetr z zasilaniem z baterii wewnętrznych 24 h oraz z ładowarką sieciową w zestawie ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 37**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 6 – Pulsoksymetr napalcowy – 5 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 16**

Czy Zamawiający w pozycji 16 dopuści pulsoksymetr bez możliwości wysyłania danych do komputera w czasie rzeczywistym poprzez adapter podczerwieni?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 38**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 6 – Pulsoksymetr napalcowy – 5 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 19**

Czy Zamawiający w pozycji 19 dopuści pulsoksymetr bez menu w języku polskim?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 39**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 6 – Pulsoksymetr napalcowy – 5 szt.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pulsoksymetru renomowanej Amerykańskiej Firmy MASIMO CORPORATION - RAD-G, pracujący w technologii Masimo. Technologia Masimo stanowi tzw. „złoty standard” pomiarów pulsoksymetrycznych – pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 40**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 6 – Pulsoksymetr napalcowy – 5 szt.**

Czy Zamawiający wymaga urządzenia z możliwością pomiaru ilości oddechów bez konieczności stosowania dodatkowych czujników?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga urządzenia z możliwością pomiaru ilości oddechów bez konieczności stosowania dodatkowych czujników, ale dopuszcza taki pulsoksymetr. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

**Pytanie 41**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 6 – Pulsoksymetr napalcowy – 5 szt.**

Czy Zamawiający wymaga pulsoksymetru umożliwiającego dodatkowo pomiar temperatury ciała?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga pulsoksymetru umożliwiającego dodatkowo pomiar temperatury ciała, ale dopuszcza taki pulsoksymetr. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Pytanie 42**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 6 – Pulsoksymetr napalcowy – 5 szt.**

Czy Zamawiający wymaga urządzenia umożliwiającego pomiar saturacji w trudnych warunkach u pacjentów z niską perfuzją od 0,02?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga urządzenia umożliwiającego pomiar saturacji w trudnych warunkach u pacjentów z niską perfuzją od 0,02, ale dopuszcza taki pulsoksymetr. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Pytanie 43**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 6 – Pulsoksymetr napalcowy – 5 szt.**

Czy Zamawiający oczekuje pulsoksymetru, który zapewnia 97% wykazanie prawdziwych alarmów i min 95% eliminację fałszywych alarmów, co potwierdzają niezależne badania kliniczne?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 44**

**Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §4 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy na następujące:

„§ 4. Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku:

- a) zwłoki w dostarczeniu sprzętu medycznego w wysokości 0,5% wartości brutto umowy sprzętu, którego dotyczy, za każdy dzień zwłoki ponad termin wskazany w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zapisów § 2 ust. 7 niniejszej umowy;
- b) zwłoki w czasie reakcji serwisu na zgłoszone uszkodzenie w wysokości 0,5% wartości brutto dostarczonego sprzętu medycznego za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w §3 ust. 3 niniejszej umowy;
- c) zwłoki w wykonaniu naprawy w wysokości 0,5% wartości brutto sprzętu medycznego, którego dotyczy, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 4 niniejszej umowy;(…)”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 45**

**Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §2 ust. 4 zdanie 1.**

Prosimy o wykreślenie z treści postanowienia słowa „bezusterkowego” w odniesieniu do podpisywanego protokołu odbioru. Zgodnie z utrwalonym orzecnictwem sądów powszechnych i SN - podstawą odmowy odbioru przedmiotu umowy mogą być tylko wady uniemożliwiające

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

korzystanie zgodnie z przeznaczeniem z przedmiotu umowy (wady istotne). Pozostałe usterki (np. wizualne) powinny być usuwane przez wykonawcę w ramach udzielonej gwarancji lub rękojmi ustawowej (por. wyroki SN II CKN 28/97, II CSK 476/12).

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w treści załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy.

§2 ust. 4 wzoru umowy dostawy otrzymuje następujące brzmienie:

*„4. Za datę dostawy przyjmuje się datę odbioru końcowego bez istotnych zastrzeżeń, potwierdzonego Protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym z udziałem obu Stron, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Odbioru ze strony Zamawiającego dokona przedstawiciel Działu Administracyjno-Technicznego oraz pracownik właściwej pod względem merytorycznym komórki organizacyjnej SP ZOZ MSWiA im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego w Białymstoku. W trakcie odbioru Zamawiający dokona sprawdzenia prawidłowości, instalacji i uruchomienia oraz sprawdzenia zgodności, z wymaganymi parametrami określonymi w załączniku nr 1 do SWZ oraz w złożonej ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy.”*

#### **Pytanie 46**

##### **Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §2 ust. 5**

Stosownie do uwag dot. §2 ust. 4 zd. 1 prosimy o potwierdzenie, że odmowa odbioru, o której mowa w postanowieniu §2 ust. 5 może dotyczyć „wad istotnych” przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że odmowa odbioru, o której mowa w postanowieniu §2 ust. 5 wzoru umowy dostawy, może dotyczyć „wad istotnych” przedmiotu umowy.

#### **Pytanie 47**

##### **Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §2 ust. 6**

Analogicznie do wniosku Wykonawcy dot. §2 ust. 4 prosimy o wykreślenie z postanowienia frazy „bez zastrzeżeń”.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w treści załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy.

§2 ust. 6 wzoru umowy dostawy otrzymuje następujące brzmienie:

*„6. Podpisany przez obie Strony umowy bez istotnych zastrzeżeń Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury.”*

#### **Pytanie 48**

##### **Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §3 ust. 6**

Dostawcy urządzeń medycznych nie świadczą co do zasady usług wypożyczenia/użyczenia sprzętu medycznego (utrzymywania go na stanie w celu oddania do korzystania w razie potrzeby Zamawiającemu). W związku z powyższym tego rodzaju zobowiązanie, jak wynikające z umowy może być trudne do wykonania bądź wiązać się z nadmiernymi (nieproporcjonalnymi do wartości przedmiotu umowy) kosztami, które będą musiały zostać wkalkulowane do ceny oferty Wykonawców. W celu uwzględnienia powyższego - prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że:

*„Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe w ciągu 10 dni od zgłoszenia awarii Wykonawca na **żądanie** zobowiązuje się wstawić sprzęt medyczny zastępczy o takich samych lub podobnych parametrach lub wymianę na nowy, wolny od wad, **o ile w dacie otrzymania żądania Zamawiającego Wykonawca dysponuje urządzeniem zastępczym.**”*

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 49**

##### **Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §3 ust. 7 zd. 2**

Podobnie jak w ust. 6 prosimy o następującą zmianę:

„W przypadku wystąpienia w/w sytuacji na czas naprawy Wykonawca zobowiązuje się **na żądanie** Zamawiającego wstawić na własny koszt urządzenie zastępcze o takich samych lub podobnych parametrach, **o ile w dacie otrzymania żądania Zamawiającego Wykonawca dysponuje urządzeniem zastępczym.**”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 50**

##### **Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §4 ust. 1 lit. a)**

Zgodnie z poglądami sądów powszechnych kara umowna naliczana za zwłokę powinna być naliczana w wartości ułamkowej, zaczynającej się od 0,1% (np. SO Łódź, XII C 698/19). Zaproponowana w ust. 1 pkt a) (a także b) i c) wartość kary (współczynnik odnoszony do wartości brutto wynagrodzenia) jest w ocenie Wykonawcy rażąco wygórowana już w dacie jej zastrzegania (art. 484 §2 k.c.). Z uwagi na powyższe, prosimy o zmianę **współczynnika** kary umownej za zwłokę zgodnie z propozycją:

„a)zwłoki w dostarczeniu sprzętu medycznego w wysokości 0,3% wartości brutto umowy, o której mowa w § 1 ust. 1, za każdy dzień zwłoki ponad termin wskazany w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zapisów § 2 ust. 7 niniejszej umowy;

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 51**

##### **Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §4 ust. 1 lit. b)**

Stosownie do uwag dot. §3 ust. 7 lit. a) (*dopisek Zamawiającego: błąd Wykonawcy w określeniu paragrafu, którego dotyczy pytanie. Prawidłowo powinno być: „stosownie do uwag dotyczących §4 ust. 1 lit. a)”*). Kary Umowne określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy w §4) – uprzejmie prosimy o zmianę wysokości kary ustanowionej pod lit. b):

„b)zwłoki w czasie reakcji serwisu na zgłoszone uszkodzenie w wysokości 0,1% wartości brutto dostarczonego sprzętu medycznego za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w §3 ust. 3 niniejszej umowy;”.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 52**

##### **Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §4 ust. 1 lit. c)**

Analogicznie jak w przypadku §3 ust. 7 lit. a) i b) prosimy o zmianę wysokości kary wynikającej z §3 ust. 7 lit. c):

„c)zwłoki w wykonaniu naprawy w wysokości 0,2% wartości brutto sprzętu medycznego za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 4 niniejszej umowy;”.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

*(dopisek Zamawiającego: błąd Wykonawcy w określeniu paragrafu, którego dotyczy pytanie. Prawdopodobnie powinno być: „Analogicznie jak w przypadku §4 ust. 1 lit. a) i b) prosimy o zmianę wysokości kary wynikającej z §4 ust. 1 lit. c): „.....”. Kary Umowne określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy w §4).*

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 53**

#### **Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §4 ust. 1 lit. d)**

W przypadku **niewykonania zamówienia** – Zamawiający powinien dążyć do usunięcia stanu niepewności co do realizacji kontraktu poprzez np. ewentualne odstąpienie od umowy. Jednocześnie w przypadku zwłoki Wykonawcy Zamawiający ma do dyspozycji karę umowną ustanowioną pod lit. a) – interes Zamawiającego jest zatem zabezpieczony należycie.

W związku z powyższym zwracamy się o wykreślenie z postanowienia frazy: „nie wykonania zamówienia lub”.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 54**

#### **Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §4 ust. 2**

Wnoskujemy o zmianę limitu naliczanych na podstawie umowy kar umownych na 20%. Wskazujemy, iż ryzyka finansowe związane z naliczaniem kar są każdorazowo uwzględniane w kalkulacjach Wykonawców, stąd też nadmierna kumulacja ww. może okazać się zjawiskiem niekorzystnym dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 55**

#### **Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §4 ust. 3**

Prosimy o potraktowanie Wykonawcy symetrycznie w stosunku do Zamawiającego, przywrócenie równowagi kontraktowej stron poprzez zmianę ust. 3:

„W przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją wartości poniesionej szkody, Strona poszkodowana uprawniona będzie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 56**

#### **Dotyczy załącznika nr 3a do SWZ – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych §4 ust. 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o umożliwienie udostępnienia wykazu podprzetwarzających w formie załącznika do umowy, a nie na stronie internetowej, nadając tym samym nowe brzmienie ust. 2: „(...) **lub stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy**”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia wykazu podprzetwarzających w formie załącznika do umowy. Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 3a do SWZ – Wzór



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w następujący sposób: § 4 ust. 2  
otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Wykaz podprzetwarzających, którym Podmiot przetwarzający obecnie zleca czynności, jest dostępny pod adresem: ..... lub stanowi załącznik do niniejszej umowy”.

#### **Pytanie 57**

##### **Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §4 ust. 2**

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto przedmiotu Umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 58**

##### **Dotyczy SWZ - Rozdział X ust. 10 lit. a)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie potwierdzenia, że oferowane w postępowaniu urządzenia medyczne są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz potwierdzają wszystkie oferowane parametry techniczne oświadczeniem autoryzowanego przedstawiciela producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga potwierdzenia parametrów w instrukcjach, katalogach, ulotkach i folderach, z dopisaniem na przedmiotowych materiałach punktu z załącznika nr 1 do specyfikacji, w którym został opisany potwierdzony parametr, jednakże w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach, dopuszcza ich potwierdzenie oświadczeniem podmiotu posiadającego pisemną autoryzację producenta dla sprzedaży i serwisu oferowanego urządzenia medycznego.

#### **Pytanie 59**

##### **Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 2 - Szafki przyłóżkowe – 33 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści korpus szafki, ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, blat szafki wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL oraz czoła szuflad wykonane z formowanego materiału ABS?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 60**

##### **Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 2 - Szafki przyłóżkowe – 33 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w metalowy, lakierowany reling na rącznik pacjenta umieszczony na bocznej ścianie, dwa metalowe relingi przy blacie głównym oraz tworzywowe listwy na krawędziach blatu głównego, pełniące funkcję zabezpieczenia przed zsunięciem się przedmiotów np. szklanki, tym samym szafka nie musi posiadać i nie jest wyposażona w haczyk na rącznik oraz uchwyt na szklankę?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

#### **Pytanie 61**

##### **Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 2 - Szafki przyłóżkowe – 33 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści szafkę składającą się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę – dostęp do półki z dwóch stron szafki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania szafki składającej się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę – dostęp do półki z dwóch stron szafki. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 62**

##### **Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 2 - Szafki przyłóżkowe – 33 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści szufladę górną z odejmowanym tworzywowym wkładem z ABS ułatwiającym mycie i dezynfekcję z podziałem na 2 części, szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach ślizgowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 63**

##### **Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 2 - Szafki przyłóżkowe – 33 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści szufladę dolną wyposażoną w odejmowany tworzywowy wkład z ABS bez podziału na części, nieposiadającą uchwytu na butelki, szufladę wyposażoną w prowadnice ślizgowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 64**

##### **Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 2 - Szafki przyłóżkowe – 33 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 964 mm, szerokości szafki 566mm, szerokości szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym 566mm – szafka szersza ze względu na blat boczny, który zamontowany jest na stałe i chowany z boku w konstrukcji, oraz szerokości przy rozłożonym blacie 1261 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 65**

##### **Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 2 - Szafki przyłóżkowe – 33 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w półkę na rzeczy podręczne pacjenta (np.: obuwie) znajdującą się pod dolną szufladą szafki, półka wykonana z metalowej, lakierowanej siatki, dostęp do półki z dwóch stron szafki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania szafki wyposażonej w półkę na rzeczy podręczne pacjenta (np.: obuwie) znajdującą się pod dolną szufladą szafki, półka wykonana z metalowej, lakierowanej siatki, dostęp do półki z dwóch stron szafki. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Pytanie 66**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 2 - Szafki przyłóżkowe – 33 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści regulacje blatu bocznego w zakresie 775-1056mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania szafki posiadającej regulację blatu bocznego w zakresie 775-1056mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Pytanie 67**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 2 - Szafki przyłóżkowe – 33 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści górną krawędź wyposażoną w metalowy uchwyt wystający poza obrys blatu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 68**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 2 - Szafki przyłóżkowe – 33 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści szafkę posiadającą blat boczny zamontowany na stałe, jednakże z możliwością ustawienia szafki z lewej lub z prawej strony z zachowaniem pełnej funkcjonalności szafki (szafka dwustronna)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 69**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 2 - Szafki przyłóżkowe – 33 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w 4 koła pojedyncze?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 70**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 2 - Szafki przyłóżkowe – 33 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści szafkę, która dzięki swej stabilnej konstrukcji nie wymaga dodatkowego 5ego koła pod blatem bocznym? 5te koło pod blatem bocznym stosowane jest tylko przy szafkach o niestabilnej konstrukcji, jako podparcie dla blatu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 71**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 2 - Szafki przyłóżkowe – 33 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z możliwością wyboru kolorystyki tylko blatu głównego i bocznego spośród 2 dostępnych kolorów: niebieski lub beżowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

### **Pytanie 72**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 23 - Pakiet nr 23 – Aparat EKG – 2 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie wagi 10 kg z baterią i papierem.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 73**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 23 - Pakiet nr 23 – Aparat EKG – 2 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 7**

Prosimy o dopuszczenie wymiarów urządzenia: 420 x 330 x 105 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu EKG o wymiarach urządzenia: 420 x 330 x 105 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 74**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 8 - Osłona RTG tarczycy – 6 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 2,3,7,8,10; Pakiet nr 9 - Fartuchy ochronne RTG 2 częściowe - 11 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 2,3,7,8,10; Pakiet nr 10 - Fartuchy ochronne RTG 1 częściowe - 3 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 2,3,7,8,10**

Specyfika oferowanego asortymentu tj. fartuchy ochronne RTG objęty jest gwarancją producenta obejmującą naprawy. Jednocześnie nie jest wymagane przeprowadzanie przeglądów okresowych, nie możemy też mówić o awarii i serwisowaniu fartuchów ochronnych RTG ani o częściach zamiennych do nich oraz szkoleniu i montażu, nie są również wymagane paszporty. W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od wymogów wskazanych w pkt 2,3,7,8,10

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogów określonych w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 8 - Osłona RTG tarczycy – 6 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 2, 7, 8, 10; Pakietu nr 9 - Fartuchy ochronne RTG 2 częściowe - 11 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 2, 7, 8, 10; Pakietu nr 10 - Fartuchy ochronne RTG 1 częściowe - 3 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 2, 7, 8, 10.

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie: Pakietu nr 8 - Osłona RTG tarczycy – 6 szt., Pakietu nr 9 - Fartuchy ochronne RTG 2 częściowe - 11 szt., Pakietu nr 10 - Fartuchy ochronne RTG 1 częściowe - 3 szt., polegającej na wykreśleniu w tych pakietach pozycji 2, 7, 8, 10 w części Lp. II - Pozostałe wymagania.

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie: Pakietu nr 8 - Osłona RTG tarczycy – 6 szt., Pakietu nr 9 - Fartuchy ochronne RTG 2 częściowe - 11 szt., Pakietu nr 10 - Fartuchy ochronne RTG 1 częściowe - 3 szt., polegającej na nadaniu nowego brzmienia pozycji 3 w części Lp. II - Pozostałe wymagania, w zakresie tych pakietów, zgodnie z poniższym zapisem:

II	POZOSTAŁE WYMAGANIA	WARTOŚĆ WYMAGANA	WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ
3.	Czas reakcji autoryzowanego serwisu na zgłoszoną awarię (wadę/uszkodzenie) w	TAK, podać	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

<p>okresie gwarancji, rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do naprawy lub stawienie się upoważnionej przez autoryzowany serwis gwarancyjny osoby w siedzibie Zamawiającego w celu odbioru z siedziby Zamawiającego i naprawy wynosi nie więcej niż 48 godzin w dni robocze.</p>		
--	--	--

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 75**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 8 - Osłona RTG tarczycy – 6 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 9; Pakiet nr 9 - Fartuchy ochronne RTG 2 częściowe - 11 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 9; Pakiet nr 10 - Fartuchy ochronne RTG 1 częściowe - 3 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, poz. 9**

Fartuchy ochronne RTG nie są wyrobami medycznymi. Należą do grupy materiałów ochronnych i spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej. W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od wymogu oferowania wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie: Pakietu nr 8 - Osłona RTG tarczycy – 6 szt., Pakietu nr 9 - Fartuchy ochronne RTG 2 częściowe - 11 szt., Pakietu nr 10 - Fartuchy ochronne RTG 1 częściowe - 3 szt., polegającej na nadaniu nowego brzmienia pozycji 9 w części Lp. II - Pozostałe wymagania, w zakresie tych pakietów, zgodnie z poniższym zapisem:

<b>II</b>	<b>POZOSTAŁE WYMAGANIA</b>	<b>WARTOŚĆ WYMAGANA</b>	<b>WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAC</b>
<b>9.</b>	<p>Przedmiot zamówienia jest opatrzony oznakowaniem CE, posiada wymagane dokumenty i instrukcje oraz informacje określone w załączniku II pkt 1.4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 81, str. 51) w języku polskim. Wykonawca załączy do oferty deklarację zgodności UE.</p>	TAK, podać	

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

#### **Pytanie 76**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 - System diagnostyki zaburzeń arytmicznych z wykorzystaniem 50 szt. rejestratorów holterowskich z dostępem online do wyników i ciągłego zapisu EKG – 50 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 5, tiret czwarte**

Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający dopuści rozwiązanie zasilane wymiennym akumulatorem. Wykonawca argumentuje powyższą zmianę tym, że nie wszystkie urządzenia operują na dostępnych na rynku bateriach, lecz na przeznaczonych dla urządzenia dedykowanych akumulatorach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązania zasilania wymiennym akumulatorem. Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniami dedykowane akumulatory wraz z ładowarkami. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 77**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 - System diagnostyki zaburzeń arytmicznych z wykorzystaniem 50 szt. rejestratorów holterowskich z dostępem online do wyników i ciągłego zapisu EKG – 50 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 7**

Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający dopuści rozwiązanie nie posiadające wstępnej analizy odchylenia odcinka ST?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązania nie posiadającego wstępnej analizy odchylenia odcinka ST. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 78**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 - System diagnostyki zaburzeń arytmicznych z wykorzystaniem 50 szt. rejestratorów holterowskich z dostępem online do wyników i ciągłego zapisu EKG – 50 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 17, tiret piąte**

Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje komputer z równoważnym lub szybszym dyskiem do SSD M2, czyli np. dyskiem SSD PCIe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania komputera z równoważnym lub szybszym dyskiem do SSD M2, czyli np. dyskiem SSD PCIe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 79**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 - System diagnostyki zaburzeń arytmicznych z wykorzystaniem 50 szt. rejestratorów holterowskich z dostępem online do wyników i ciągłego zapisu EKG – 50 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 17, tiret dziewiąte**

Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy przez szyfrowanie Zamawiający rozumie możliwość wykorzystania funkcji BitLocker, będącej wbudowaną funkcjonalnością Windows, w oparciu o zainstalowany w komputerze moduł TPM?

Odpowiedź: Tak. Przez szyfrowanie Zamawiający rozumie możliwość wykorzystania funkcji BitLocker w oparciu o zainstalowany w komputerze moduł TPM.

#### **Pytanie 80**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 - System diagnostyki zaburzeń arytmicznych z wykorzystaniem 50 szt. rejestratorów holterowskich z dostępem online do wyników i ciągłego zapisu EKG – 50 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 17, tiret dziesiąte**

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy przez SATA, w specyfikacji, Zamawiający rozumie dostępność w zamawianym komputerze wolnego wewnętrznego portu SATA?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga, aby w oferowanym komputerze była dostępność wolnego wewnętrznego portu SATA. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 81**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 - System diagnostyki zaburzeń arytmicznych z wykorzystaniem 50 szt. rejestratorów holterowskich z dostępem online do wyników i ciągłego zapisu EKG – 50 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 17, tiret jedenaste**

Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy spełnienie wymagań „- złącza: 1 x HDMI, 1xDisplaPort, 1 x RJ45, 4 x USB , audio,” jest tożsame ze spełnieniem wymienionego w specyfikacji w późniejszych punktach zapisu „- USB”?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza, że zapisy są tożsame. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 82**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 - System diagnostyki zaburzeń arytmicznych z wykorzystaniem 50 szt. rejestratorów holterowskich z dostępem online do wyników i ciągłego zapisu EKG – 50 szt., Lp. I – Wymagania techniczne, poz. 17, tiret dwunaste i trzynaste**

Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy w związku z wpisaniem w punkcie „Komputer do opisu badań kompatybilny z systemem diagnostyki zaburzeń arytmicznych (..)” wymaganiami, „- przekątna ekranu min. 23” – max 25”matowa, - technologia LED” w specyfikacji, Zamawiający zaakceptuje komputer stacjonarny z zewnętrznym monitorem spełniającym powyższe wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania komputera stacjonarnego z zewnętrznym monitorem o przekątnej ekranu min. 23” – max 25 matowym, technologia LED. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 83**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 - System diagnostyki zaburzeń arytmicznych z wykorzystaniem 50 szt. rejestratorów holterowskich z dostępem online do wyników i ciągłego zapisu EKG – 50 szt., Lp. II – Pozostałe wymagania, poz. 3**

Wykonawca wnosi o zmianę treści „Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do usunięcia wszelkich usterek – max. 48 godzin w dni robocze.”, na „Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji – max. 48 godzin w dni robocze.” Wykonawca argumentuje, że świadczenie usług serwisowych może nie być możliwe w siedzibie Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca (po zmianie wnioskowanego postanowienia) w ciągu 48 godzin podjąłby działania mające na celu przewiezienie przedmiotu zamówienia do odpowiedniego serwisu. Naprawa byłaby dokonana zgodnie z zapisami umowy dołączonej do SWZ - Par. 3, ust 7 „W razie potrzeby wykonania naprawy gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego transport sprzętu medycznego odbywa się z należytą starannością i na ryzyko Wykonawcy. W przypadku wystąpienia w/w sytuacji na czas naprawy Wykonawca zobowiązuje się wstawić na własny koszt urządzenie zastępcze o takich samych lub podobnych parametrach.”.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Po zmianie ww. postanowienia zgodnie z wnioskiem Wykonawcy, przez „czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii” należy rozumieć jako odebrania przedmiotu zamówienia w celu przewiezienia do odpowiedniego serwisu i dokonania naprawy (w terminach umownych).

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 - System diagnostyki zaburzeń arytmicznych z wykorzystaniem 50 szt. rejestratorów holterowskich z dostępem online do wyników i ciągłego zapisu EKG – 50 szt., Lp. II – Pozostałe wymagania, poz. 3, nadając brzmienie: „Czas reakcji autoryzowanego serwisu na zgłoszoną awarię (wadę/uszkodzenie) w okresie gwarancji, rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do naprawy lub stawienie się upoważnionej przez autoryzowany serwis gwarancyjny osoby w siedzibie Zamawiającego w celu odbioru z siedziby Zamawiającego i naprawy wynosi nie więcej niż 48 godzin w dni robocze.”

#### **Pytanie 84**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 - System diagnostyki zaburzeń arytmicznych z wykorzystaniem 50 szt. rejestratorów holterowskich z dostępem online do wyników i ciągłego zapisu EKG – 50 szt., Lp. II – Pozostałe wymagania, poz. 5**

Wykonawca wnosi o zmianę treści „Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia (naprawa) wynosi:

- a) nie wymagającej importu części nie dłużej niż 5 dni robocze,
- b) wymagającej importu części nie dłużej niż 14 dni roboczych.”

na postanowienie o następującej treści: „Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia (naprawa) wynosi maksymalnie 21 dni.”

Wykonawca argumentuje, że podane w SWZ terminy są bardzo restrykcyjne i ich niewypełnienie wiąże się z możliwością dochodzenia przez Zamawiającego kar umownych. Tym samym nakłada dysproporcjonalne obciążenia w stosunku do odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania. Powyższa zmiana pozwoli na uniknięcie pozostawienia postanowienia, w którym na Wykonawcę nakładane jest nadmierne ryzyko kontraktowe, zaburzając zasadę równowagi stron stosunku zobowiązaniowego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 85**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 - System diagnostyki zaburzeń arytmicznych z wykorzystaniem 50 szt. rejestratorów holterowskich z dostępem online do wyników i ciągłego zapisu EKG – 50 szt., Lp. II – Pozostałe wymagania, poz. 10**

Wykonawca wnosi o zmianę treści „Dostępność części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego min. 10 lat od daty uruchomienia.”

na postanowienie o następującej treści: „Dostępność części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego min. 8 lat od daty dostawy sprzętu medycznego.”

Wykonawca wyjaśnia, że z uwagi na rozwój technologii oraz dostęp do komponentów w globalnym łańcuchu produkcji i dostaw, proponowany w projekcie umowy okres może okazać się niemożliwy do realizacji.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



### **Pytanie 86**

#### **Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §3 ust. 3**

Wykonawca wnosi o zmianę treści postanowienia: „Czas reakcji autoryzowanego serwisu na zgłoszoną awarię (rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do usunięcia wszelkich usterek) wynosi nie więcej niż 48 godzin w dni robocze.” na „Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji – max. 48 godzin w dni robocze.” Wykonawca argumentuje, że świadczenie usług serwisowych może nie być możliwe w siedzibie Zamawiającego w przypadku, w którym świadczenie w odniesieniu do danego zgłoszenia realizowane jest przez autoryzowany podmiot zewnętrzny. Brak zmiany postanowienia zgodnie z wnioskiem nakładałby na Wykonawcę w sposób nieuzasadniony obowiązek zapłaty kar umownych przewidzianych w umowie.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany § 3 ust. 3 w załączniku nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy, zgodnie z którą § 3 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Czas reakcji autoryzowanego serwisu na zgłoszoną awarię (wadę/uszkodzenie) w okresie gwarancji, rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do naprawy lub stawienie się upoważnionej przez autoryzowany serwis gwarancyjny osoby w siedzibie Zamawiającego w celu odbioru z siedziby Zamawiającego i naprawy wynosi nie więcej niż 48 godzin w dni robocze.”.

### **Pytanie 87**

#### **Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §3 ust. 4**

Wykonawca wnosi o zmianę treści „Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia (naprawa) wynosi:

- a) nie wymagającej importu części nie dłużej niż 5 dni robocze,
- b) wymagającej importu części nie dłużej niż 14 dni roboczych.”

na postanowienie w następującym brzmieniu: „Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia (naprawa) wynosi maksymalnie 21 dni.”.

Wykonawca argumentuje wniosek tym, iż w przypadku świadczenia usług serwisowych przez autoryzowany podmiot zewnętrzny, zachowanie powyższych terminów obiektywnie może okazać się niemożliwe do realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Naprawa gwarancyjna obejmująca: odbiór sprzętu medycznego będącego przedmiotem zgłoszenia, usunięcie usterki oraz zwrot sprzętu Zamawiającemu byłaby obiektywnie niemożliwa do realizacji z zachowaniem przewidzianego w projekcie umowy terminu. Powyższa zmiana pozwoli na uniknięcie pozostawienia postanowienia umownego, w którym na Wykonawcę nakładane jest nadmierne ryzyko kontraktowe (postanowienie obiektywnie niemożliwe do realizacji), zaburzając zasadę równowagi stron stosunku zobowiązaniowego. Brak zmiany postanowienia zgodnie z wnioskiem nakładałby na Wykonawcę w sposób nieuzasadniony obowiązek zapłaty kar umownych przewidzianych w umowie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 88**

#### **Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §3 ust. 5**

Wykonawca wnosi o usunięcie treści ustępu 5, zgodnie z treścią którego: „Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o czas przerwy w eksploatacji urządzenia związany z usunięciem wady.”.

Wykonawca wskazuje, że przerwa w eksploatacji urządzenia związana z jego naprawą jest normalną częścią procesu serwisowego, projektowane postanowienie umowne przenosi

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

konsekwencje ekonomiczne związane z normalną eksploatacją urządzenia na Wykonawcę w sposób nieuzasadniony, nadmiernie obciążając Wykonawcę.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 89**

##### **Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §3 ust. 6**

Wykonawca wnosi o zmianę treści ust. 6: „Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe w ciągu 10 dni od zgłoszenia awarii Wykonawca zobowiązuje się wstawić sprzęt medyczny zastępczy o takich samych lub podobnych parametrach lub wymianę na nowy, wolny od wad.”

na postanowienie w następującym brzmieniu: „Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe w ciągu 21 dni od zgłoszenia awarii Wykonawca zobowiązuje się wstawić sprzęt medyczny zastępczy o takich samych lub podobnych parametrach lub wymianę na nowy, wolny od wad.”.

Wykonawca argumentuje, że naprawa gwarancyjna obejmuje odbiór urządzenia, usunięcie wady przez autoryzowany podmiot oraz dostarczenie Zamawiającemu sprzętu medycznego, co obiektywnie nie jest możliwe do wykonania w terminach określonych w projekcie umowy. Stąd też Wykonawca powinien być zobowiązany do wstawienia zastępczego sprzętu medycznego po bezskutecznym upływie terminu, w którym zobowiązany był (i realnie mógł zobowiązać się do wykonania) do dokonania naprawy gwarancyjnej. Brak zmiany doprowadzi w ocenie Wykonawcy do zaburzenia zasady równowagi stron stosunku zobowiązaniowego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 90**

##### **Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §3**

Wykonawca wnosi o dodanie do treści umowy w §3 nowego ustępu, po dotychczasowym ustępie 7, o następującej treści:

"Gwarancją nie są objęte:

- a) uszkodzenia i wady dostarczanego przedmiotu dostawy, skutkującego uszkodzeniem płyty głównej sprzętu medycznego, wynikłe na skutek:
  - eksploatacji sprzętu medycznego przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego bądź zalania urządzenia;
  - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Zamawiającego;
- b) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.).

Ileokroć w niniejszym postanowieniu jest mowa o „Zamawiającym” Strony rozumieją przez to: Zamawiającego, uprawnione przez Zamawiającego osoby, pracowników Zamawiającego, pacjentów oraz wszelkie osoby trzecie, którym Zamawiający powierzył sprzęt medyczny, jak również osoby nieuprawnione, które miały dostęp do sprzętu medycznego. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania ww. osób trzecich jak za działania lub zaniechania własne.”.

Wykonawca argumentuje dodanie powyższego zapisu potrzebą doprecyzowania zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy, w taki sposób, żeby nie zobowiązywały go do wymiany urządzeń (sprzętu medycznego) bezpowrotnie uszkodzonych przez Zamawiającego, jego pracowników, lub pacjentów. Uszkodzenie płyty głównej urządzenia (sprzętu medycznego) równa się w opinii Wykonawcy zniszczeniu urządzenia na skutek działań niezawinionych przez Wykonawcę. Zobowiązanie do naprawy gwarancyjnej komponentów przewyższających, lub równych ceną

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

nowemu urządzeniu w rażący sposób przenosiłoby na Wykonawcę nadmierne ryzyko kontraktowe, zaburzając tym samym zasadę równowagi stron stosunku zobowiązaniowego.

Dodanie ostatniego zdania w proponowanym ustępie jest w opinii Wykonawcy oczywistym doprecyzowaniem, gdyż to nie Szpital (Zamawiający), a jego pracownicy czy inne osoby trzecie, którym Zamawiający powierzył sprzęt, będą się tym sprzętem posługiwać.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 91**

##### **Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §1 ust. 3**

Wykonawca wnosi o wykreślenie w ust. 3 §1 słów „w szczególności”. Wykonawca argumentuje powyższe tym, że przedmiotowe postanowienie dotyczy kosztów związanych z wykonaniem zamówienia, do których poniesienia zobowiązany jest Wykonawca. Umowa powinna jasno i precyzyjnie formułować zobowiązania stron, w tym zobowiązanie Wykonawcy do poniesienia kosztów, co jest elementem przedmiotowo istotnym umowy. Słowa „w szczególności” wskazują na otwarty, nieenumeratywny katalog wyliczenia kosztów obciążających Wykonawcę. Zgoda na takie brzmienie postanowienia przenosi nadmierne ryzyko kontraktowe na Wykonawcę.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 92**

##### **Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §1 ust. 3 lit. d)**

Wykonawca wnosi o zmianę pkt d) w §1 ust. 3 poprzez doprecyzowania ilości szkoleń oraz czasu trwania szkoleń, do których przeprowadzenia zobowiązuje się Wykonawca w ramach umowy. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę treści ww. postanowienia poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści:

„d) koszty przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie obsługi w ustalonym z Zamawiającym terminie uwzględniającym czas pracy personelu (w maksymalnym wymiarze: dwa szkolenia, łączna liczba godzin: 8 h). Wykonawca, we własnym zakresie i na swój koszt, zapewni wszelkie materiały niezbędne do pierwszego uruchomienia Sprzętu, jego sprawdzenia, sporządzenia protokołu szkolenia oraz przeprowadzenia na życzenie Zamawiającego drugiego szkolenia personelu w okresie obowiązywania gwarancji sprzętu medycznego”.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 93**

##### **Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §1 ust. 4**

1) Wykonawca wnosi o wykreślenie postanowienia §1 ust. 4 projektu umowy – w całości. Wykonawca wskazuje, że postanowienie jest rażąco niesprawiedliwe i wymaga wykreślenia w całości. Wykreślenie postanowienia pozwoli na uniknięcie pozostawienia postanowienia umownego, w którym na Wykonawcę nakładane jest nadmierne ryzyko kontraktowe, zaburzając zasadę równowagi stron stosunku zobowiązaniowego.

2) W braku zgody Zamawiającego na wykreślenie ww. postanowienia Wykonawca wnosi alternatywnie o zmianę postanowienia §1 ust. 4 projektu umowy poprzez nadania mu nowego brzmienia:

„Jeżeli w ramach złożonej oferty Wykonawca uchybił obowiązkowi poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.) – Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kwotę równą wartości zobowiązania podatkowego obciążającego Zamawiającego.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zapłata należności określonej w zdaniu poprzednim nastąpi w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o podstawie do powstania zobowiązania podatkowego obciążającego Zamawiającego lub od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zapłaty określonej kwoty.”.

Pozostawienie brzmienia ww. postanowienia w pierwotnym brzmieniu w sposób rażąco zaburza równowagę stron, nakładając na Wykonawcę bliżej nieokreślone koszty „obciążeń (zwłaszcza publicznoprawnych)” na skutek „zmiany przepisów lub okoliczności”. W ocenie Wykonawcy postanowienie jest rażąco sprzeczne z zasadami kontraktowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 94**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, w zakresie: Pakietu nr 8 - Ośłona RTG tarczycy – 6 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, Pakietu nr 9 - Fartuchy ochronne RTG 2 częściowe - 11 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania, Pakietu nr 10 - Fartuchy ochronne RTG 1 częściowe - 3 szt., Lp. II - Pozostałe wymagania**

**oraz treści oświadczenia do podpisu Wykonawcy, znajdującego się w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – w ramach Pakietów nr 8, nr 9 i nr 10**

W części "pozostałe wymagania" trzech pakietów środki ochrony indywidualnej rtg (ŚOI) są traktowane tak, jakby były urządzeniami, wiele zapisów tu zawartych jest nieadekwatna do przedmiotu postępowania w tych pakietach. Wymienione są czynności, które należy podjąć, których nie stosuje się do tego rodzaju asortymentu jak na przykład: dostępność części zamiennych, wykonanie przeglądów serwisowych, szkolenie, montaż, "uruchomienie urządzenia", itd. W związku z tym wnosimy o usunięcie lub przeformułowanie poniższych zapisów jako niemających związku z charakterem asortymentu:

II	POZOSTAŁE WYMAGANIA		Uwagi
1.	Gwarancja min. 24 miesięcy, od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu.	TAK, podać 24 – m-ce – 0 pkt. 36 – m-ce – 20 pkt.	Od dnia dostawy, nie instalacji.
2.	Gwarancja obejmująca naprawy, konserwację, przeglądy wraz z materiałami w szczególności częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi użytymi do napraw, przeglądów stanu technicznego, konserwacją, regulacją oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym obciążają Wykonawcę. Częstotliwość przeglądów okresowych zgodnie z zaleceniami producenta, lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku (min. co 12 miesięcy, min. 2 przeglądy w ciągu 24 miesięcy).	TAK, podać	ŚOI nie wymagają żadnych przeglądów okresowych, regulacji i konserwacji po stronie serwisu producenta/wykonawcy. Jedyną konserwacją to utrzymywanie odzieży w czystości przez użytkownika, zgodnie z załączoną instrukcją czyszczenia.
3.	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do usunięcia wszelkich usterek –	TAK, podać	W przypadku wady/uszkodzenia odzieży nie ma technicznie możliwości

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

	max. 48 godzin w dni robocze		wykonania naprawy na miejscu w siedzibie Zamawiającego. Jest to możliwe wyłącznie w szwalni producenta. Proszę więc przeformułować ten zapis.
4.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wpisać lub podać w formie załącznika ilość punktów serwisowych, nazwa serwisu, adres, nr telefonu, fax, adres e-mail	TAK, podać	
5.	Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia (naprawa) wynosi: a)nie wymagającej importu części nie dłużej niż 5 dni robocze, b)wymagającej importu części nie dłużej niż 14 dni roboczych.	TAK, podać	
6.	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana ze sprzętem oraz w formie elektronicznej.	TAK, podać	
7.	Szkolenie personelu medycznego i technicznego wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu obejmujące min: –zasady obsługi; –instrukcje dla użytkowników dotyczące sposobu korzystania ze sprzętu w celu zminimalizowania wpływu na środowisko w czasie instalacji, użytkowania, przeglądu i recyklingu/usunięcia, w tym instrukcje dotyczące sposobu ograniczenia do minimum zużycia energii, wody, zużywanych materiałów/elementów, emisji; –zalecenia dotyczące odpowiedniej konserwacji produktu, w tym informacje dotyczące części zamiennych podlegających wymianie, porady dotyczące utrzymania produktu w czystości; –regulacji i dostrajania parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej (na przykład tryb czuwania) w celu zoptymalizowania zużycia energii.	TAK, podać	Środki ochrony indywidualnej nie wymagają przeprowadzenia szkolenia, montażu i uruchomienia.
8.	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia	TAK, podać	Środki ochrony

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

	wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wypełnionych paszportów technicznych z informacjami zawierającymi datę zainstalowania i termin następnego przeglądu.		indywidualnej nie wymagają paszportu technicznego.
9.	Dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. Wykonawca załączy do oferty deklarację zgodności UE, certyfikat jednostki notyfikowanej.	TAK, podać	Środki ochrony indywidualnej nie podlegają pod Ustawę o wyrobach medycznych. ŚOI podlegają pod ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG
10.	Dostępność części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego min. 10 lat od daty uruchomienia.	TAK, podać	Części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego nie stosuje się przy ŚOI.
11.	Czas dostawy maksymalnie do 8 tygodni	TAK, podać Do 8 tygodni – 0 pkt. Do 4 tygodni – 20 pkt.	

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie: Pakietu nr 8 - Osłona RTG tarczycy – 6 szt., Pakietu nr 9 - Fartuchy ochronne RTG 2 częściowe - 11 szt., Pakietu nr 10 - Fartuchy ochronne RTG 1 częściowe - 3 szt., polegającej na nadaniu nowego brzmienia części Lp. II - Pozostałe wymagania, w zakresie tych pakietów, oraz treści oświadczenia do podpisu Wykonawcy, znajdującego się w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – w ramach Pakietów nr 8, nr 9 i nr 10, zgodnie z poniższym zapisem:

”

II	POZOSTAŁE WYMAGANIA	WARTOŚĆ WYMAGANA	WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ
1.	Gwarancja min. 24 miesiące, od daty dostawy potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym.	TAK, podać 24 – m-ce – 0 pkt. 36 – m-ce – 20 pkt.	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

2.	Gwarancja obejmująca naprawy, konserwację, przeglądy wraz z materiałami w szczególności częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi użytymi do napraw, przeglądów stanu technicznego, konserwacją, regulacją oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym obciążają Wykonawcę. Częstotliwość przeglądów okresowych zgodnie z zaleceniami producenta, lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku (min. co 12 miesięcy, min. 2 przeglądy w ciągu 24 miesięcy).	TAK, podać	
3.	Czas reakcji autoryzowanego serwisu na zgłoszoną awarię (wadę/uszkodzenie) w okresie gwarancji, rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do naprawy lub stawienie się upoważnionej przez autoryzowany serwis gwarancyjny osoby w siedzibie Zamawiającego w celu odbioru z siedziby Zamawiającego i naprawy wynosi nie więcej niż 48 godzin w dni robocze.	TAK, podać	
4.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wpisać lub podać w formie załącznika ilość punktów serwisowych, nazwa serwisu, adres, nr telefonu, fax, adres e-mail	TAK, podać	
5.	Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia (naprawa) wynosi: a)nie wymagającej importu części nie dłużej niż 5 dni robocze, b)wymagającej importu części nie dłużej niż 14 dni roboczych.	TAK, podać	
6.	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana ze sprzętem oraz w formie elektronicznej.	TAK, podać	
7.	Szkolenie personelu medycznego i technicznego wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu obejmujące min. –zasady obsługi; –instrukcje dla użytkowników dotyczące sposobu korzystania ze sprzętu w celu zminimalizowania wpływu na środowisko w czasie instalacji, użytkowania, przeglądu i recyklingu/usunięcia, w tym instrukcje dotyczące sposobu ograniczenia do minimum	TAK, podać	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

	<p>zużycia energii, wody, zużywanych materiałów/elementów, emisji; – zalecenia dotyczące odpowiedniej konserwacji produktu, w tym informacje dotyczące części zamiennych podlegających wymianie, porady dotyczące utrzymania produktu w czystości; – regulacji i dostrajania parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej (na przykład tryb czuwania) w celu zoptymalizowania zużycia energii.</p>		
8.	<p>Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wypełnionych paszportów technicznych z informacjami zawierającymi datę zainstalowania i termin następnego przeglądu.</p>	TAK, podać	
9.	<p>Przedmiot zamówienia jest opatrzony oznakowaniem CE, posiada wymagane dokumenty i instrukcje oraz informacje określone w załączniku II pkt 1.4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 81, str. 51) w języku polskim. Wykonawca załączy do oferty deklarację zgodności UE.</p>	TAK, podać	
10.	<p>Dostępność części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego min. 10 lat od daty uruchomienia.</p>	TAK, podać	
11.	<p>Czas dostawy maksymalnie do 8 tygodni</p>	<p>TAK, podać Do 8 tygodni – 0 pkt. Do 4 tygodni – 20 pkt.</p>	

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane środki ochrony indywidualnej są fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad technicznych, materiałowych, fizycznych i prawnych, zgodne z właściwymi normami i przepisami prawa, w tym w szczególności w zakresie udostępnienia na rynku, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 81, str. 51), spełniają zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa określone w załączniku II ww. Rozporządzenia, które mają do nich zastosowanie.”



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

### Pytanie 95

**Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy - wyłącznie w zakresie Pakietu nr 8 - Ochrona RTG tarczycy – 6 szt., Pakietu nr 9 - Fartuchy ochronne RTG 2 częściowe - 11 szt., Pakietu nr 10 - Fartuchy ochronne RTG 1 częściowe - 3 szt.**

Analogicznie do pytania pierwszego wnosimy o usunięcie z projektu Umowy poniższych zapisów:  
"§ 1. Przedmiot umowy (...)

2. Pozostałe koszty związane z wykonaniem zamówienia ponosi Wykonawca, w tym w szczególności:

- a) cło, koszty opłat celnych, koszty pośrednie (np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej);
- b) koszty pakowania, ubezpieczenia, transportu, rozładunku, wniesienia i montażu w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym;
- c) koszty uzyskania wymaganych przepisami certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych do obrotu sprzętem medycznym;
- d) koszty przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie obsługi w ustalonym z Zamawiającym terminie uwzględniającym czas pracy personelu. Wykonawca, we własnym zakresie i na swój koszt, zapewni wszelkie materiały niezbędne do pierwszego uruchomienia Sprzętu, jego sprawdzenia, sporządzenia protokołu szkolenia oraz przeprowadzenia na życzenie Zamawiającego drugiego szkolenia personelu w okresie obowiązywania gwarancji sprzętu medycznego;
- e) koszty dostarczenia najpóźniej w dniu dostawy sprzętu medycznego dokumentacji technicznej „DTR”, instalacyjnej, instrukcji obsługi w języku polskim, oraz wystawienia paszportu technicznego z wpisaniem danych identyfikacyjnych przedmiotu zamówienia oraz informacji o uruchomieniu.

§ 2. Warunki umowy (...)

~~10. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego i technicznego Zamawiającego, umożliwiające prawidłową obsługę sprzętu medycznego, kontrolę sprawności sprzętu i jego konserwację, w ustalonym z Zamawiającym terminie uwzględniającym czas pracy personelu, nie później niż do 14 dni od dnia dostawy sprzętu medycznego. Z przeprowadzonego szkolenia Wykonawca sporządzi Protokół szkolenia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.~~

~~11. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia na życzenie Zamawiającego drugiego szkolenia personelu w okresie obowiązywania gwarancji sprzętu medycznego.~~

§ 3. Warunki realizacji

2. W okresie gwarancji Wykonawca wykona minimum

nieodpłatne przeglądy gwarancyjne, minimum jeden raz w ciągu 12 miesięcy, wraz z konserwacją zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.

1. Czas reakcji autoryzowanego serwisu na zgłoszoną awarię (rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do usunięcia wszelkich usterek) wynosi nie więcej niż 48 godzin w dni robocze."

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyłącznie w zakresie Pakietu nr 8 - Ochrona RTG tarczycy – 6 szt., Pakietu nr 9 - Fartuchy ochronne RTG 2 częściowe - 11 szt., Pakietu nr 10 - Fartuchy ochronne RTG 1 częściowe - 3 szt., dokonuje zmiany załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy, w następujący sposób:

1. W załączniku nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy § 1 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:  
„3. Pozostałe koszty związane z wykonaniem zamówienia ponosi Wykonawca, w tym w szczególności:

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

- a) cło, koszty opłat celnych, koszty pośrednie (np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej);
- b) koszty pakowania, ubezpieczenia, transportu, rozładunku, wniesienia w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym;
- c) koszty uzyskania wymaganych przepisami certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych do obrotu;
- d) koszty dostarczenia najpóźniej w dniu dostawy sprzętu medycznego, instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.”.

2. W załączniku nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy, w § 2 Zamawiający usuwa ust. 10 i ust. 11.

3. W załączniku nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy § 3 ust. 1-3 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Okres pełnej gwarancji wynosi:

miesiące, liczone od daty określonej w Protokole zdawczo-odbiorczym.

2. /skreślony/

3. Czas reakcji autoryzowanego serwisu na zgłoszoną awarię (wadę/uszkodzenie) w okresie gwarancji, rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do naprawy lub stawienie się upoważnionej przez autoryzowany serwis gwarancyjny osoby w siedzibie Zamawiającego w celu odbioru z siedziby Zamawiającego i naprawy wynosi nie więcej niż 48 godzin w dni robocze.”.

4. W załączniku nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy, Zamawiający usuwa protokół szkolenia, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy.

#### **Pytanie 96**

**Dotyczy wzoru Protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego załącznik nr 2 do projektu Umowy dostawy będącej załącznikiem nr 3 do SWZ – w zakresie Pakietu nr 8 - Osłona RTG tarczycy – 6 szt., Pakietu nr 9 - Fartuchy ochronne RTG 2 częściowe - 11 szt., Pakietu nr 10 - Fartuchy ochronne RTG 1 częściowe - 3 szt.**

Analogicznie do pytania pierwszego wnosimy o usunięcie z protokołu zdawczo odbiorczego poniższych zapisów:

"4. Do dnia podpisania niniejszego protokołu zostały dostarczone Zamawiającemu następujące dokumenty, do ww. sprzętu (\*zaznaczyć właściwe):

instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej;

karty gwarancyjne producenta;

paszporty techniczne (informacje w zakresie daty zainstalowania i terminu następnego przeglądu wypełnione po uruchomieniu sprzętu);

niezbędna dokumentacja techniczna zawierająca zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów technicznych, kalibracji (zakres i terminy);

wykaz wszystkich podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności obsługi serwisowej sprzętu;

wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do poszczególnych typów sprzętu;

pełne oprogramowanie potrzebne do używania Sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i z wykorzystaniem jego wszystkich możliwości, na odpowiednich nośnikach (płyty instalacyjne) – jeżeli dotyczy;

umowy licencyjne oprogramowania – licencje powinny być nieograniczone czasowo ani terytorialnie i upoważniać do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu Umowy – jeżeli dotyczy.”

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w punkcie 4 we wzorze Protokołu zdawczo-

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

odbiorczego, stanowiącego załącznik nr 2 do projektu Umowy dostawy, będącej załącznikiem nr 3 do SWZ – wyłącznie w zakresie Pakietu nr 8 - Osłona RTG tarczycy – 6 szt., Pakietu nr 9 - Fartuchy ochronne RTG 2 częściowe - 11 szt., Pakietu nr 10 - Fartuchy ochronne RTG 1 częściowe - 3 szt., zgodnie z następującym brzmieniem:

„4. Do dnia podpisania niniejszego protokołu zostały dostarczone Zamawiającemu następujące dokumenty, do ww. sprzętu (\*zaznaczyć właściwe):

- instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej;
- karty gwarancyjne producenta;
- wykaz wszystkich podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności obsługi serwisowej sprzętu.”

**Ponadto Zamawiający dokonuje następujących zmian w SWZ:**

1. Zamawiający wyjaśnia, że dokonuje zmiany w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, w zakresie wszystkich pakietów, dotyczącej określenia parametru/wymogu dotyczącego czasu reakcji autoryzowanego serwisu na zgłoszoną awarię, poprzez dokonanie następujących zmian:

**1) w pakietach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 15, nr 16, nr 17, nr 20, nr 23 – Lp. II. Pozostałe wymagania, pozycja 3, otrzymuje brzmienie:**

II	POZOSTAŁE WYMAGANIA	WARTOŚĆ WYMAGANA	WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ
3.	Czas reakcji autoryzowanego serwisu na zgłoszoną awarię (wadę/uszkodzenie) w okresie gwarancji, rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do naprawy lub stawienie się upoważnionej przez autoryzowany serwis gwarancyjny osoby w siedzibie Zamawiającego w celu odbioru z siedziby Zamawiającego i naprawy wynosi nie więcej niż 48 godzin w dni robocze.	TAK, podać	

**2) w pakiecie nr 11 - Lp. V. Pozostałe wymagania, pozycja 3, otrzymuje brzmienie:**

II	POZOSTAŁE WYMAGANIA	WARTOŚĆ WYMAGANA	WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ
3.	Czas reakcji autoryzowanego serwisu na zgłoszoną awarię (wadę/uszkodzenie) w okresie gwarancji, rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i	TAK, podać	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

<p>przystąpienie do naprawy lub stawienie się upoważnionej przez autoryzowany serwis gwarancyjny osoby w siedzibie Zamawiającego w celu odbioru z siedziby Zamawiającego i naprawy wynosi nie więcej niż 48 godzin w dni robocze.</p>		
---	--	--

**3) w pakietach: nr 12, nr 13, nr 14, nr 25 - Lp. III. Pozostałe wymagania, pozycja 3, otrzymuje brzmienie:**

II	POZOSTAŁE WYMAGANIA	WARTOŚĆ WYMAGANA	WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ
3.	<p>Czas reakcji autoryzowanego serwisu na zgłoszoną awarię (wadę/uszkodzenie) w okresie gwarancji, rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do naprawy lub stawienie się upoważnionej przez autoryzowany serwis gwarancyjny osoby w siedzibie Zamawiającego w celu odbioru z siedziby Zamawiającego i naprawy wynosi nie więcej niż 48 godzin w dni robocze.</p>	TAK, podać	

**4) w pakietach nr 18, nr 26 - Lp. VI. Pozostałe wymagania, pozycja 3, otrzymuje brzmienie:**

II	POZOSTAŁE WYMAGANIA	WARTOŚĆ WYMAGANA	WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ
3.	<p>Czas reakcji autoryzowanego serwisu na zgłoszoną awarię (wadę/uszkodzenie) w okresie gwarancji, rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do naprawy lub stawienie się upoważnionej przez autoryzowany serwis gwarancyjny osoby w siedzibie Zamawiającego w celu odbioru z siedziby Zamawiającego i naprawy wynosi nie więcej niż 48 godzin w dni robocze.</p>	TAK, podać	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

**5) w pakiecie nr 19, Lp. VII. Pozostałe wymagania, pozycja 3, otrzymuje brzmienie:**

II	POZOSTAŁE WYMAGANIA	WARTOŚĆ WYMAGANA	WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ
3.	Czas reakcji autoryzowanego serwisu na zgłoszoną awarię (wadę/uszkodzenie) w okresie gwarancji, rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do naprawy lub stawienie się upoważnionej przez autoryzowany serwis gwarancyjny osoby w siedzibie Zamawiającego w celu odbioru z siedziby Zamawiającego i naprawy wynosi nie więcej niż 48 godzin w dni robocze.	TAK, podać	

**6) w pakietach nr 22, nr 24 - Lp. VIII. Pozostałe wymagania, pozycja 3, otrzymuje brzmienie:**

II	POZOSTAŁE WYMAGANIA	WARTOŚĆ WYMAGANA	WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ
3.	Czas reakcji autoryzowanego serwisu na zgłoszoną awarię (wadę/uszkodzenie) w okresie gwarancji, rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do naprawy lub stawienie się upoważnionej przez autoryzowany serwis gwarancyjny osoby w siedzibie Zamawiającego w celu odbioru z siedziby Zamawiającego i naprawy wynosi nie więcej niż 48 godzin w dni robocze.	TAK, podać	

**7) w pakiecie nr 21 – Lp. G. - Pozostałe wymagania (dotyczy wszystkich holterów opisanych w punktach A, B, C, D, E, F), pozycja 3, otrzymuje brzmienie:**

II	POZOSTAŁE WYMAGANIA	WARTOŚĆ WYMAGANA	WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ
3.	Czas reakcji autoryzowanego serwisu na zgłoszoną awarię (wadę/uszkodzenie) w okresie gwarancji, rozumiane jako stawienie	TAK, podać	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do naprawy lub stawienie się upoważnionej przez autoryzowany serwis gwarancyjny osoby w siedzibie Zamawiającego w celu odbioru z siedziby Zamawiającego i naprawy wynosi nie więcej niż 48 godzin w dni robocze.		
---	--	--

## **2. Dotyczy SWZ - Rozdział X ust. 10 lit. b)**

Zamawiający wyjaśnia, że doprecyzowuje zapisy SWZ poprzez dokonanie zmiany w Rozdziale X. SWZ - *Podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia* i nadaje Rozdziałowi XX. ust. 10 lit. b) następujące brzmienie:

„b) dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego sprzętu do obrotu i używania:

- zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022, poz. 974) – (nie dotyczy pakietów nr 8, nr 9, nr 10, nr 20), tj.: deklarację zgodności UE; certyfikat jednostki notyfikowanej;
- zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 81, str. 51), tj. deklarację zgodności UE – (dotyczy pakietów nr 8, nr 9, nr 10, nr 20).”

## **3. Dotyczy SWZ - Rozdział XIV ust. 26 pkt 9 lit. b)**

Zamawiający wyjaśnia, że doprecyzowuje zapisy SWZ poprzez dokonanie zmiany w Rozdziale XIV. SWZ - *Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w SWZ* i nadaje Rozdziałowi XIV. ust. 26 pkt. 9 lit. b) następujące brzmienie:

„b) dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego sprzętu do obrotu i używania:

- zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022, poz. 974) – (nie dotyczy pakietów nr 8, nr 9, nr 10, nr 20), tj.: deklarację zgodności UE; certyfikat jednostki notyfikowanej;
- zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 81, str. 51), tj. deklarację zgodności UE – (dotyczy pakietów nr 8, nr 9, nr 10, nr 20).

Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone podmiotowe środki dowodowe są niekompletne (nie dotyczy formularza ofertowego oraz formularza opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SWZ), zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.”.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku  
im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

*Alicja Skindzielewska*