



Grudziądz, dnia 04.01.2024 r.

ZP-43/24

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/103/PN/23).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku na okres 24 miesięcy**” (znak sprawy: **Z/103/PN/23**), wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie nr 1

Zadanie 1 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 2

Zadanie 1 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 3

Zadanie 1 Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.





Zapytanie nr 4

Zadanie 2 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o parametrach:

Wymiennik ciepła i wilgoci (HME), tzw. „sztuczny nos” przeznaczony jest dla pacjentów z założoną rurką intubacyjną lub tracheostomijną, oddychających samodzielnie

- Ogrzewa i nawilża wdychane przez pacjenta powietrze
- Dodatkowo filtruje wdychane przez pacjenta powietrze zapobiegając dostawaniu się zanieczyszczeń do dróg oddechowych
- Wykonany z plastikowej obudowy, dwóch piankowych filtrów, zastawki bezpieczeństwa oraz króćca do podłączenia tlenu
- Piankowe filtry ogrzewają, nawilżają oraz filtrują wdychane przez pacjenta powietrze
- Zastawka bezpieczeństwa uwalnia nadmiar ciśnienia, np. podczas kaszlu pacjenta, umożliwia odkrztuszanie znacznych ilości wydzieliny
- Króciec umożliwia podłączenie drenu tlenowego

Parametry filtra:

- objętość oddechowa (VT): min. 250 ml
- przestrzeń martwa: 16 ml
- utrata wilgotności: 9,7 mg/l
- waga: 4,5 g
- długość: 33 mm
- opór przepływu:

wartość	faza wdechu	faza
przepływu		wydechu
0,5 l / s	0,30 hPa	0,34 hPa
1,0 l / s	0,69 hPa	0,78 hPa
1,5 l / s	1,12 hPa	1,28 hPa

skuteczność nawilżania:

VT = 500 ml 11,1 mg / l

VT = 750 ml 12,0 mg / l

VT = 1000 ml 13,9 mg / l

połączenie: 15 mm ISO

- czas użycia: maksymalnie 24 h
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- jednorazowego użytku





- sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka / papier-folia?



Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 5

Zadanie 12 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki sterylne?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że **dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 12 jak poniżej** i oczekuje zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z tym opisem.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku na okres 24 miesięcy**” (znak sprawy: Z/103/PN/23) **w następującym zakresie:**

- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 12 zastępując nową treścią Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 12 jak w załączeniu.

Powyższa modyfikacja SWZ stanowi jej integralną część. Pozostała treść postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) pozostaje bez zmian.





Wykonawca przy składaniu oferty powinien uwzględnić powyższą modyfikację poprzez:

- złożenie wypełnionego dokumentu po modyfikacji

lub

- naniesienie poprawek w ramach powyższej modyfikacji poprzez skreślenie i wpisanie właściwej treści lub dopisanie zmodyfikowanego opisu.

