



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wałczu
78-600 WAŁCZ, ul. Kołobrzeska 44
REGON 570544566, NIP 765-14-95-874



Wałcz, dnia 11.12.2023 r.

DZP.2613.33.2023

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: „Dostawa materiałów do sterylizacji na okres 24 miesięcy z podziałem na 2 zadania”.

Zamawiający na zapisów Rozdziału 8 pkt 2 zaproszenia do złożenia oferty cenowej z dnia 24.11.2023 r., zwanego dalej „zaproszeniem”, informuje o wpłynięciu do zamawiającego w terminie wniosku o wyjaśnienie treści zaproszenia. W związku z powyższym zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

zadanie nr 1: Opakowania do sterylizacji

pytanie nr 1:

dot. poz. nr 1 załącznika nr 1.1 do zaproszenia – formularz asortymentowo – cenowy:
czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowania papieru o następujących parametrach:
wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania na sucho $\geq 2,06$ kN/m i poprzecznie $\geq 1,33$ kN/m wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania $\geq 0,53$ kN/m i w kierunku poprzecznym $\geq 0,4$ kN/m?

odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 2:

dot. poz. nr 1 załącznika nr 1.1 do zaproszenia – formularz asortymentowo – cenowy:
czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie papieru o następujących parametrach: zawartość chlorków 0,028% i siarczanów nie przekracza 0,045%?

odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 3:

dot. poz. nr 2 załącznika nr 1.1 do zaproszenia – formularz asortymentowo – cenowy:
czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie włókniny SMS o następujących parametrach:

- zawartość chlorków nie więcej niż 0,002%,
- zawartość siarczanów nie więcej niż 0,002%,
- wytrzymałość na rozciąganie linowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 1,6 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m,
- wytrzymałość na rozciąganie linowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,85 kN/m w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,69 kN/m,
- gramatura nominalna 55 g/m²?

odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 4:

dot. poz. nr 3 załącznika nr 1.1 do zaproszenia – formularz asortymentowo – cenowy:
czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie specjalnego papieru do wykładania tac narzędziowych i kontenerów w rozmiarze 30cm x 60cm w zamian za 33cm x 58cm, spełniającego pozostałe wymagania zaproszenia?

odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 5:

dot. poz. nr 4 i 5 załącznika nr 1.1 do zaproszenia – formularz asortymentowo – cenowy:
czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy rozmiarze 19mmx50m?

odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę.

dotyczy zapisów zaproszenia**pytanie nr 6:**

dot. Rozdziału 3 zaproszenia, pkt 4:

czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wyrobów niemedyceńskich w zadaniach: zadanie nr 1 poz. 3, 4 i 5, zadanie nr 2 poz. 1? W/w produkty nie zostały sklasyfikowane jako wyroby medyczne przez ich producentów.

odpowiedź: tak, poza zadaniem 2 poz.1; filtr jednorazowy do kontenerów sterylizacyjnych to wyrób medyczny.

pytanie nr 7:

czy zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji?

odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 8:

czy zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji?

odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę.

dotyczy załącznika nr 2 do zaproszenia – projektu umowy**pytanie nr 9:**

dot. §9 ust. 1 pkt 1):

czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy dotyczących kar na:

- § 9 1. 1) zwłoki w dostawie Wyrobów w żądanej ilości, za którą odpowiada Wykonawca – w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak w wysokości nie mniejszej niż 30 zł? W przypadku małych zamówień (małych pakietów), taka kara byłaby rażąco wysoka?

odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 10:

dot. §9 ust. 1 pkt 2):

czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy dotyczących kar na:

- § 9 1. 2) przekroczenia terminu wymiany wadliwego Przedmiotu Umowy na wolny od wad (§ 7 Umowy) - w wysokości 2% wartości Umowy brutto wadliwego towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 50 zł i nie więcej niż 300,00 zł za każdy dzień zwłoki? W przypadku małych zamówień (małych pakietów), taka kara byłaby rażąco wysoka?

odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 11:

dot. §9 ust. 1 pkt 3):

czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy dotyczących kar na:

- § 9 1.3) niedostarczenia na wezwanie zamawiającego dokumentów, o których mowa w §1 ust. 14 Umowy, w

wysokości 30 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?
odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 12:

dot. §9 ust. 1 pkt 5):

czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy dotyczących kar na:

- § 9 1.5) odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy – w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto części Umowy, w której nastąpiło odstąpienie od Umowy?

odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część zaproszenia i są wiążące dla wszystkich wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu. Pozostałe zapisy zaproszenia pozostają niezmienione.

Z poważaniem

/-/ Michał Wawreszuk
Komendant