



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odowiedź na Zapytanie 1

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z / 530 /2021

Data: 08.02.2022r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. Znak Sprawy: 377 / 2022.

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 dot. Pakietu 1 poz. 1 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe teksturowane na palcach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 2 dot. Pakietu 2 poz. 1 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę), ale nie wymaga.

PYTANIE nr 3 dot. Pakietu 2 poz. 2-6 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Prosimy o odstąpienie od dzierżawy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 4 dot. Pakietu 3 poz. 1 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne jałowe o długości minimum 280 mm, na opakowaniu wewnętrznym oznaczenie rozmiaru i prawa/lewa rękawiczka, oznaczenie producenta na opakowaniu wewnętrznym. Grubość rękawic 0,16 +/- 0,02 mm, zawartość protein ≤ 89 ug/gm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 5 dot. Pakietu 3 poz. 2 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki chirurgiczne jałowe z powierzchnią wewnętrzną polimeryzowaną, o długości min 280 mm, proteiny ≤ 79 ug/g, o grubości pojedynczej ścianki na palcu: 0,16 +/- 0,02, na opakowaniu wewnętrznym oznaczenie rozmiaru i prawa/lewa rękawiczka, oznaczenie producenta na opakowaniu wewnętrznym. Pakiet rękawic zewnętrznych składane?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 6 dot. Pakietu 3 poz. 3 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne ginekologiczne o długości 280 +/- 10 mm i w rozmiarach:

- S (6,5),

- M (7,5),

- L (8,5)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



PYTANIE nr 7 dot. Pakietu 3 poz. 4 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne syntetyczne, wykonane z chloroprenu. Rękawiczki cechują się doskonałą chwytnością w warunkach suchych i mokrych – pewny chwyt dzięki specjalnej warstwie antypoślizgowej na całej powierzchni rękawic. AQL = 0,65, długość minimum 280 mm, grubość pojedynczej ściany na palcu 0,20 +/- 0,02 mm, na opakowaniu wewnętrznym oznaczenie rozmiaru i prawa/lewa rękawiczka, oznaczenie producenta na opakowaniu wewnętrznym. Pakiet rękawic zewnętrznych składane?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 8 dot. Pakietu 4 poz. 1 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę), ale nie wymaga.

PYTANIE nr 9 dot. Pakietu 5 poz. 1 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o poniższych parametrach: Rękawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne sterylne, bezpydrowe, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane, kolor brązowy, kształt anatomiczny, warstwie antypoślizgowa na całej powierzchni zewnętrznej rękawicy. Grubość ścianki na palcu 0,33±0,01mm, na dłoni 0,27±0,02mm, na mankiecie 0,22±0,01mm, długość min 278mm, AQL: 0,65, poziom protein lateksowych poniżej 25µg/g, średnia siła zrywu przed starzeniem min 29N, po starzeniu min 27N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, metakrylanu metylu wg EN 374-3 - poziom 2, cytostatyków zgodnie z EN 374-3 (min 5 na min. 3 poziomie odporności). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiar 6,0-9,0?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 10 dot. Pakietu 6 poz. 1 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę), ale nie wymaga

PYTANIE nr 11 dot. Pakietu 6 poz. 2 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Prosimy o odstąpienie od dzierżawy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 12 dot. Pakietu 7 poz. 1 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę), ale nie wymaga.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

