

COZL/DZP/MBK/3412/TP- 101/21

Lublin, dnia 31.08.2021 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na:

„Dzierżawa sekwenatora kapilarnego wraz z nieużywalnymi akcesoriami na potrzeby Centrum Genetyki Klinicznej COZL na okres 24-mcy.”

- I. Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie Nr 1

Czy zamawiający odstąpi od wymogu, aby dla urządzenia była wystawiona deklaracja zgodności CE? Wg wyspecyfikowanych parametrów możliwe jest zaoferowanie aparatury, która nie jest wyrobem medycznym i w związku z tym nie ma CE.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowych i Infrastruktury
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli
mgr Dariusz Cwiński

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. JANA z DUKLI
mgr Marianna Koziej

SPECJALISTA
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. JANA z DUKLI
mgr inż. Monika Karwacka

mgr inż. Monika Karwacka