



wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 07.11.2024
EZ/350/101/2024/...778.....

Wg rozdzielnika

Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne
Dotyczy: 101/2024 **Zakup i dostawa systemu do barwienia preparatów histologicznych i cytologicznych**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605.), udziela odpowiedzi na pytania:

PYTANIE

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne takie jak np. filtry węglowe?

Oczekiwanie gwarancji bez wyłączeń skutkuje brakiem możliwości rzetelnej kalkulacji oferty. Oferent nie jest w stanie określić ewentualnych kosztów dodatkowych, które mogą się pojawić w czasie eksploatacji.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, materiały eksploatacyjne np. filtry węglowe nie podlegają gwarancji

PYTANIE

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 4- załącznik nr 5 do SWZ w taki sposób, aby wysokość kary umownej była naliczana na podstawie wartości netto, a nie brutto?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

PYTANIE

Załącznik nr 2 do SWZ z Formularzem cenowym - Załącznik nr 3 do SWZ.

Pakiet nr 1, pozycja 13

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia umożliwiającego barwienie 360 szkiełek w tym samym czasie.

ODPOWIEDŹ

Z uwagi na doświadczenie na danym stanowisku pracy i zapewnienie maksymalnego komfortu pracy zamawiający nie zgadza się na sugerowane zmiany.

PYTANIE

Załącznik nr 2 do SWZ z Formularzem cenowym - Załącznik nr 3 do SWZ.

Pakiet nr 1, pozycja 14

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia umożliwiającego umieszczenie w stacji 30 szkiełek w tym samym czasie.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższa zmianę.

PYTANIE

Załącznik nr 2 do SWZ z Formularzem cenowym - Załącznik nr 3 do SWZ.

Pakiet nr 1, pozycja 15

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o odstąpienie od wymogu, I wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o parametrze równoważnym – możliwości stosowania koszyków do barwień specjalnych bez wkładek zmniejszających pojemność stacji.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższa zmianę.

PYTANIE

Załącznik nr 2 do SWZ z Formularzem cenowym - Załącznik nr 3 do SWZ.

Pakiet nr 1, pozycja 19

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w 22 stacje odczynnikowe (w trybie pracy z zaklejarką) o pojemności 480 ml.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższa zmianę.

Z poważaniem,

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Marek Schneider

04413 | Kierownik Pracowni Histopatologii
dr n. med. Ewa Laskowska
DIAGNOSTA LABORATORYJNY