



Wrocław, 22 listopada 2022r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych, znaczników, drutów,
znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.83.2022

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 3:

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny nie pakowany na mokro?

Odpowiedź na pytanie nr 1: Nie, SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 3 poz. 6, 8, 9, 13, 16:

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Odpowiedź na pytanie nr 2: Nie, SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 3 poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą szpatałką, bez określenia „wklęsła”?

Odpowiedź na pytanie nr 3: Nie, SWZ bez zmian.

Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 3 poz. 17:

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą szpatałką, bez rurki winylowej?

Odpowiedź na pytanie nr 4: Nie, SWZ bez zmian.

Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 4:

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, plecione, wchłaniające, powlekane, o okresie wchłaniania do 70 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25%, bez substancji antybakteryjnej?

Odpowiedź na pytanie nr 5: Nie, SWZ bez zmian.

Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 4, 5, 7, 14, 18:

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm dopuści również długość 75 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry SWZ bez zmian.

Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 5:

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez substancji antybakteryjnej?

Odpowiedź na pytanie nr 7: Nie, SWZ bez zmian.

Pytanie nr 8 dotyczy pakietu nr 5 poz. 1, 11:

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrótnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Odpowiedź na pytanie nr 8: Nie, SWZ bez zmian.

Pytanie nr 9 dotyczy pakietu nr 5 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca”?

Odpowiedź na pytanie nr 9: Nie, SWZ bez zmian.

Pytanie nr 10 dotyczy pakietu nr 6:

Czy Zamawiający dopuści szew bez kontrolowanego rozciągania?

Odpowiedź na pytanie nr 10: Nie, SWZ bez zmian.

Pytanie nr 11 dotyczy pakietu nr 6 poz. 1, 2, 9, 10:

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrótnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Odpowiedź na pytanie nr 11: Nie, SWZ bez zmian.

Pytanie nr 12 dotyczy pakietu nr 6 poz. 15:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z mikroostrzem bez określenia „Multipass”?

Odpowiedź na pytanie nr 12: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez zmian.

Pytanie nr 13 dotyczy pakietu nr 6 poz. 30:

Czy Zamawiający dopuści igłę z najwyższej jakości stali typu 300, bez określenia „everpoint”?

Odpowiedź na pytanie nr 13: Nie, SWZ bez zmian.

Pytanie nr 14 dotyczy pakietu nr 7:

Czy Zamawiający dopuści szwy wchłaniające, syntetyczne, monofilamentowe z polidoksanonu o gwarantowanym okresie podtrzymywania 75% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach, 55-60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach i wchłaniające się w 180-210 dni, bez substancji antybakteryjnej?

Odpowiedź na pytanie nr 14: Nie, SWZ bez zmian.

Pytanie nr 15 dotyczy pakietu nr 11 poz. 1-21:

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, plecione, wchłaniające, z glikolidu i laktydu powlekane kopolimerem glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia, o okresie wchłaniania do 70dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25%?

Odpowiedź na pytanie nr 15: Nie, SWZ bez zmian.

Pytanie nr 16 dotyczy pakietu nr 11:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 11 bez pozycji 5?

Odpowiedź na pytanie nr 16: Nie, SWZ bez zmian.

Pytanie nr 17 dotyczy pakietu nr 11 poz. 22:

Czy Zamawiający dopuści szwy wchłaniające, syntetyczne, monofilamentowe z polidoksanonu o gwarantowanym okresie podtrzymywania 75% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach, 55-60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach i wchłaniające się w 180-210 dni?

Odpowiedź na pytanie nr 17: Nie, SWZ bez zmian.

Pytanie nr 18 dotyczy pakietu nr 14 poz. 1-9:

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, plecione, wchłaniające, z glikolidu i laktydu powlekane kopolimerem glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia, o okresie wchłaniania do ok. 42 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 5 dniach 50%, po 10-14 dniach 0%?

Odpowiedź na pytanie nr 18: Nie, SWZ bez zmian.

Pytanie nr 19 dotyczy pakietu nr 14 poz. 10-26:

Czy Zamawiający dopuści szwy wchłaniające, syntetyczne, monofilamentowe z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o okresie podtrzymywania tkankowego 70% po 7 dniach, 40% po 14 dniach, 15% po 21 dniach, 5% po 28 dniach i wchłaniające się w 90-120 dni?

Odpowiedź na pytanie nr 19: Nie, SWZ bez zmian.

Pytanie nr 20 dotyczy pakietu nr 14 poz. 23, 25:

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem?

Odpowiedź na pytanie nr 20: Zamawiający dopuszczają, pozostałe parametry SWZ bez zmian.

Pytanie nr 21 dotyczy pakietu nr 14 poz. 27-29:

Czy Zamawiający dopuści szwy wchłaniające, syntetyczne, monofilamentowe z polidoksanonu o gwarantowanym okresie podtrzymywania 75% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach, 55-60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach i wchłaniające się w 180-210 dni?

Odpowiedź na pytanie nr 21: Nie, SWZ bez zmian.

Pytanie nr 22 dotyczy pakietu nr 15 poz. 1-21:

Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez polietylenu?

Odpowiedź na pytanie nr 22: Nie, SWZ bez zmian.

Pytanie nr 23 dotyczy pakietu nr 18 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Odpowiedź na pytanie nr 23: Nie, SWZ bez zmian.

Pytanie nr 24 dotyczy pakietu nr 18 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem 30 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 24: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez zmian.

Pytanie nr 25 dotyczy projektowanych postanowień umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy wyrażenie „*ceny brutto gwarantowanej części pakietu*” zostało zastąpione wyrażeniem „*wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie*”?

§ 8 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy jest niejasny i wymaga doprecyzowania. Uzasadnione jest przy tym, aby kara umowna za brak terminowej dostawy była naliczana od wartości towaru niedostarczonego w terminie, nie zaś od wartości całego pakietu. W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towaru niedostarczonego w terminie, a nawet mogłaby znacznie przewyższać tę wartość..

Odpowiedź na pytanie nr 25: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 26 dotyczy projektowanych postanowień umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy wyrażenie „*5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu*” zostało zastąpione wyrażeniem „*5% niezrealizowanej wartości brutto pakietu*”?

§ 8 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy jest niejasny i wymaga doprecyzowania. Uzasadnione jest przy tym, aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części pakietu, nie zaś od wartości całego pakietu. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od realizacji umowy po zrealizowaniu znaczącej części pakietu, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części pakietu, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części pakietu.

Odpowiedź na pytanie nr 26: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 27 dotyczy pakietu nr 3 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 45 cm, pozostałe warunki bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 27: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapis Formularza cenowego (Załącznik nr 2 do SWZ) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 3 poz. 6. Zapis otrzymuje brzmienie:

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Parametry dodatkowe	Jednostka miary	Wartość jednostkowa netto (zł)	% Vat	Ilość	Wartość netto (zł)	Cena brutto (zł)	Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
6	Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłaniające, poliamidowe, pakowane na mokro	4/0; 45 cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwkłęsła, 19 mm	saszetka			24			
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

Pytanie nr 28 dotyczy pakietu nr 18 poz. 8:

Czy zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe warunki bez zmian

Odpowiedź na pytanie nr 28: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry SWZ bez zmian.

Pytanie nr 29 dotyczy projektowanych postanowień umowy:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 1 ust. 4 Załącznika nr 3 do SWZ („Umowa”) poprzez odstąpienie od wymogu wysyłania faktury w wersji elektronicznej lub w wersji pisemnej na faks w przypadku, gdy Wykonawca przekaże fakturę za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

Odpowiedź na pytanie nr 29: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 30 dotyczy projektowanych postanowień umowy:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 1 ust. 12 Umowy poprzez wydłużenie wskazanego tam terminu z 3 dni roboczych na 7 dni roboczych.

Odpowiedź na pytanie nr 30: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 31 dotyczy pakietu nr 2 poz. 33:

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy wymaga zaoferowania nici o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Uzasadnienie: Zamawiający w opisie wskazał zakres długości nici 70-90 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 31: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapis Formularza cenowego (Załącznik nr 2 do SWZ) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 2 poz. 33. Zapis otrzymuje brzmienie:

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Parametry dodatkowe	Jednostka miary	Wartość jednostkowa netto (zł)	% Vat	Ilość	Wartość netto (zł)	Cena brutto (zł)	Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
33	Szwy syntetyczne, plecione, niewchłaniające, powleczone polibutylenem, poliestrowe, zbudowane z rdzenia oplecionego 16 mirowłóknami	0; 75 cm, 1/2 koła, igła okrągła, 26 mm	saszetka			1080			
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

Pytanie nr 32 dotyczy pakietu nr 2 poz. 34:

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy wymaga zaoferowania nici o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Uzasadnienie: Zamawiający w opisie wskazał zakres długości nici 70-90 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 32: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapis Formularza cenowego (Załącznik nr 2 do SWZ) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 2 poz. 34. Zapis otrzymuje brzmienie:

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Parametry dodatkowe	Jednostka miary	Wartość jednostkowa netto (zł)	% Vat	Ilość	Wartość netto (zł)	Cena brutto (zł)	Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
34	Szwy syntetyczne, plecione, niewchłaniające, powleczone polibutylenem, poliestrowe, zbudowane z rdzenia oplecionego 16 mirowłóknami	0; 75 cm, 1/2 koła, igła okrągła wzmocniona, 36 mm	saszetka			36			
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

Pytanie nr 33 dotyczy pakietu nr 2 poz. 35:

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy wymaga zaoferowania nici o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Uzasadnienie: Zamawiający w opisie wskazał zakres długości nici 70-90 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 33: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapis Formularza cenowego (Załącznik nr 2 do SWZ) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 2 poz. 35. Zapis otrzymuje brzmienie:

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Parametry dodatkowe	Jednostka miary	Wartość jednostkowa netto (zł)	% Vat	Ilość	Wartość netto (zł)	Cena brutto (zł)	Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
35	Szwy syntetyczne, plecione, niewchłaniające, powleczone polibutylenem, poliestrowe, zbudowane z rdzenia oplecionego 16 mirowłóknami	0; 75 cm , 1/2 koła, igła okrągła, 36 mm	saszetka			36			
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

Pytanie nr 34 dotyczy pakietu nr 12 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 12 pozycja 1 Szew monofilamentowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktanu. System składający się z igły chirurgicznej oraz regulowanej pętli na drugim końcu oraz haczyków ułożonych spiralnie na nici (min. 16 haczyków na cm nitki). O sile podtrzymania tkankowego od 42% do 62% po 7 dniach i od 27% do 47% po 14 dniach; wchłaniający się między 90 a 120 dniem; Długość igły 26 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 34: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 35 dotyczy pakietu nr 12 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 12 pozycja 2 Szew monofilamentowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktanu. System składający się z igły chirurgicznej oraz regulowanej pętli na drugim końcu oraz haczyków ułożonych spiralnie na nici (min. 16 haczyków na cm nitki). O sile podtrzymania tkankowego od 42% do 62% po 7 dniach i od 27% do 47% po 14 dniach; wchłaniający się między 90 a 120 dniem; Długość nitki 20 cm, 3/8 koła, długość igły 24 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 35: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 36 dotyczy pakietu nr 12 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 12 pozycja 2 Szew monofilamentowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktanu. System składający się z igły chirurgicznej oraz regulowanej pętli na drugim końcu oraz haczyków ułożonych spiralnie na nici (min. 16 haczyków na cm nitki). O sile podtrzymania tkankowego od 42% do 62% po 7 dniach i od 27% do 47% po 14 dniach; wchłaniający się między 90 a 120 dniem; rozmiar 2/0, igła okrągła 5/8 koła, długość igły 26 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 36: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 37 dotyczy pakietu nr 12 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 12 pozycja 3 Szew monofilamentowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktanu. System składający się z igły chirurgicznej oraz regulowanej pętli na drugim końcu oraz haczyków ułożonych spiralnie na nici (min. 16 haczyków na cm nitki). O sile podtrzymania tkankowego od 42% do 62% po 7 dniach i od 27% do 47% po 14 dniach; wchłaniający się między 90 a 120 dniem; Długość nitki 20 cm, długość igły 26 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 37: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 38 dotyczy pakietu nr 12 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 12 pozycja 3 Szew monofilamentowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktanu. System składający się z igły chirurgicznej oraz regulowanej pętli na drugim końcu oraz haczyków ułożonych spiralnie na nici (min. 16 haczyków na cm nitki). O sile podtrzymania tkankowego od 42% do 62% po 7 dniach i od 27% do 47% po 14 dniach; wchłaniający się między 90 a 120 dniem; Długość nitki 30 cm, długość igły 26 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 38: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 39 dotyczy pakietu nr 12 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 12 pozycja 4 Monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z poliestru p-dioksanonu. Zaopatrzony w igłę chirurgiczną z regulowaną pętlą eliminującą konieczność zakładania węzłów chirurgicznych, oraz nić z haczykami ułożonymi spiralnie. Siła podtrzymania tkankowego min 80% po 4 tygodniach dla rozmiaru 3/0 i większych oraz ok 50% dla rozmiaru 4/0; Wchłaniający się między 120 a 180 dniem?

Odpowiedź na pytanie nr 39: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 40 dotyczy pakietu nr 12 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 12 pozycja 5 Monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z poliestru p-dioksanonu. Zaopatrzony w igłę chirurgiczną z regulowaną pętlę eliminującą konieczność zakładania węzłów chirurgicznych, oraz nić z haczykami ułożonymi spiralnie. Siła podtrzymania tkankowego min 80% po 4 tygodniach dla rozmiaru 3/0 i większych oraz ok 50% dla rozmiaru 4/0; Wchłaniający się między 120 a 180 dniem?

Odpowiedź na pytanie nr 40: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 41 dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ – pakiet 12:

Czy Zamawiający dopuści modyfikację zapisów w Oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia w Rozdziale V pkt 1 ppkt 1, w poniższej postaci: „Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (jeśli dotyczy)”

Odpowiedź na pytanie nr 41: Nie, zgodnie z SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ lub modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data wyjaśnień lub modyfikacji i nr pytania).

Z upoważnienia KOMENDANTA
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SP ZOZ we Wrocławiu
mgr Piotr STRĄK
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych