



LZ.261.25.2022.DJ

Warszawa, dn. 13.12.2022 r.

Dotyczy: odpowiedź na zapytanie nr 1 w postępowaniu na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku - nr sprawy:25 /D/2022

Działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn.zm.) udzielamy odpowiedzi na pytania.

Zapytanie nr 1

1. Pozycja 28 Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,4x19mm lub 0,45x22mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
2. Pozycja 30 Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,45x22mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
3. Pozycja 43 Czy Zamawiający dopuści kaniulę z 6 paskami RTG?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
4. Pozycja 44 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kaniuli z 4 paskami rtg tylko w rozmiarze 20G 1,1x32mm, spełniająca pozostałe wymagania swz?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
5. Pozycja 45-46 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kaniuli z 4 paskami rtg, spełniająca pozostałe wymagania swz?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
6. Pozycja 47 Czy Zamawiający dopuści kaniule z filtrem hydrofobowym w rozmiarze 20G 1,1 x 32mm i przepływie 56ml/min?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
7. Pozycja 49 Czy Zamawiający dopuści kaniule z filtrem hydrofobowym w rozmiarze 18G, 1,3 x 45mm i przepływie 90 ml/min?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
8. Pozycja 51 Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a'90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
9. Pozycja 55 Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z poszwą w rozmiarze 160cm x 210cm i prześcieradłem 150cm x 210cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komplet pościeli z poszwą w rozmiarze 160cm x 210cm i prześcieradłem 150cm x 210cm, pozostałe wymagania pozostają bez zmian.
10. Pozycja 78 Czy Zamawiający dopuści pałeczki o długości 150mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.





11. Pozycja 86 Czy Zamawiający dopuści papier 210x150x333 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

12. Pozycja 87 Czy Zamawiający dopuści papier 112x100x100 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

13. Pozycja 96-97 Czy Zamawiający dopuści pesetę 13cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w poz. 96, natomiast w poz. 97 dopuszcza.

14. Pozycja 100 Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm $\pm 2,5$ cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ± 5 g, chłonność 3820,18 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

15. Pozycja 101 Czy Zamawiający dopuści podkład perforowany co 38cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

16. Pozycja 105 Czy Zamawiający dopuści pojemnik 1L lub 2l?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

17. Pozycja 108 Czy Zamawiający dopuści pojemniki 20ml z formaliną?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

18. Pozycja 119-126 Czy Zamawiający dopuści rurki w rozmiarach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ
000	40 mm
00	50 mm
0	60 mm
1	70 mm
2	80 mm
3	90 mm
4	100 mm
5	110 mm
6	120 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

19. Pozycja 128 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x60cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

20. Pozycja 129 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 80x90cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

21. Pozycja 132 Czy Zamawiający dopuści spódnicę do badań ginekologicznych o gramaturze 20g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

22. Pozycja 132 Czy Zamawiający dopuści spódnicę do badań ginekologicznych o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



23. Pozycja 136-137 Czy Zamawiający dopuści żele bez dokładnego składu bezpośrednio na ampułkostrzykawce? Informacje te podano na opakowaniu jednostkowym.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

24. Pozycja 141 Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

25. Pozycja 140-143 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z przedłużoną skalą uwzględniającą 10% rozszerzenie pojemności nominalnej?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

26. Pozycja 140-143 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z białym, kontrastującym tłokiem?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

27. Pozycja 145 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z dopakowaną igłą 0,45 x 13 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

28. Pozycja 146 Czy Zamawiający dopuści szczoteczki z końcówką:



Zarejestrowane jako wyrób medyczny?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

29. Pozycja 152 Czy Zamawiający ma na myśli szynę 230x20?
Odpowiedź: Zgodnie z poz.152 – szyna o wymiarach 230X13. Zamawiając nie dopuszcza szyny o wymiarach. 230X20.

30. Pozycja 157 Czy Zamawiający dopuści ustnik z otworem 20x26mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

31. Pozycja 157 Czy Zamawiający dopuści ustnik z otworem 20x27mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 2

Pytanie nr 1 - Załącznik nr 1 poz. 108

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie poz. asortymentowej nr 108 i utworzenie odrębnego pakietu. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych ofert cenowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 2 - Załącznik nr 1 poz. 108

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie pojemników o pojemności 60 ml wypełnionych 10% buforowaną formaliną w ilości 40 ml zapakowanych w wygodne tace. Dodatkowo pojemniki pakowane są w folię termokurczliwą dla dodatkowego zabezpieczenia. Pojemnik wykonany z polipropylenu zawierający innowacyjny mechanizm uszczelniający, który eliminuje możliwość wycieku formaliny podczas transportu, zapewniając bezpieczny i prawidłowy transport materiału tkankowego. Opakowanie zbiorcze 25 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 3

Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na koldrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m², wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 4

Dotyczy zał. 1, poz. 26

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'10 sztuk z przeliczeniem wymaganej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2) Dotyczy zał. 1, poz. 111

Czy Zamawiający ma na myśli elektrody Przeznaczenie: dorośli, Holter, EKG wysiłkowe i spoczynkowe, monitoring. Pianka PE, żel stały, snap stal nierdzewna, sensor Ag/AgCl. Specjalne wycięcie z otworkiem na mocowanie kabla pacjenta. Rozmiar: 55 x 41 mm. Ilość w opak.: 50 szt.?

Odpowiedź: Tak, są to elektrody.

ZATWIERDZAM:

z up. DYREKTORA SPZZLO WARSZAWA-ŻOLIBORZ
Z-CA DYREKTORA DS. LOGISTYKI

Jacek Derek

/podpisano elektronicznie/

