



Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Wyroby medyczne do zbiórki płynów ustrojowych** Nr sprawy: ZP-24-083BN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Pakiet 15

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Linii infuzyjna bursztynowa, matowa, z wyczuwalną teksturą antypoślizgową, ułatwiającą uchwyt, do podawania cytostatyków z 4 portami dostępowymi ułożonymi naprzemiennie jeden pod drugim, w dystalnej części dodatkowy zawór do dostrzyknięć, nad zaworem zastawka antyzwrotną uniemożliwiająca cofanie się leku w górę drenu o długości maksymalnie 190 cm.

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu „Linia infuzyjna bursztynowa, matowa, z wyczuwalną teksturą antypoślizgową, ułatwiającą uchwyt, do podawania cytostatyków z 4 portami dostępowymi ułożonymi naprzemiennie jeden pod drugim, w dystalnej części dodatkowy zawór do dostrzyknięć, nad zaworem zastawka antyzwrotną uniemożliwiająca cofanie się leku w górę drenu o długości maksymalnie 190 cm”

Pytanie 2:

Pakiet 15

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy 4 boczne bezigłowe porty powinny posiadać płaską i gładką membranę łatwą do dezynfekcji?

Odpowiedź 2:

Zamawiający wyjaśnia, że 4 boczne bezigłowe porty powinny posiadać płaską i gładką membranę łatwą do dezynfekcji.

Pytanie 3:

Pakiet 15

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zestawy infuzyjne mają być wyposażone w automatyczne zabezpieczenie przeciwko mieszaniu się leków w trakcie podaży leków w bolusie, zwłaszcza leków forsownych.

Odpowiedź 3:

Zamawiający wyjaśnia, że zestawy infuzyjne mają być wyposażone w automatyczne zabezpieczenie przeciwko mieszaniu się leków w trakcie podaży leków w bolusie, zwłaszcza leków forsownych.