



Olsztyn, 31.08.2023 r.

L.dz. W/1337/2023

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

Dotyczy: postępowania nr 271/2023/PN/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „Dostawa:

- 1. Zestawu do bronchoskopii i gastrokopii dla koni**
- 2. Stacjonarnego aparatu ultrasonograficznego**
- 3. Termocyklera do badań techniką RT-PCR**
- 4. Kolumny artroskopowej**
- 5. Automatycznego ekstraktora służącego do wykonywania szybkiej ekstrakcji pod ciśnieniem i w zwiększonej temperaturze**
- 6. Spektrofotometru do pomiaru mikroobjętości na potrzeby jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie”**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1

1. Dotyczy załącznika nr 1_4 – opz formularz cenowy - część 4

Prosimy o wyjaśnienia czy w punkcie 1 OPZ nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający przez pomyłkę pozostawił puste pole?

<ul style="list-style-type: none">• 2x displayport 1.1/1.2(MST)	
Wejścia video, min: <ul style="list-style-type: none">• 1 x DVI_I• 2x USB2.0• 2x USB3.0	
Min 2 gniazda USB z przodu konsoli do podłączenia dysku zewnętrznego oraz ipada	
Częstotliwość odświeżania min 59,94Hz	
Stosunek sygnału do szumu: <ul style="list-style-type: none">• > min 52db dla 4K	

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską i dopisuje brakującą treść w Załączniku nr 1_4 do SWZ w kolumnie „Parametry wymagane” o poniższej treści:

Gniazda komunikacyjne:

- min 1xrs-232
- min 1x audio IN, 1x audio OUT,

- min 2x mini-jack (gniazda sterujące pozwalające na sterowanie konsolą za pomocą przełącznika nożnego lub urządzenia zewnętrznego, oraz sterowanie przez zespół sterujący kamery urządzeniami zewnętrznymi za pomocą przycisków na głowicy kamery)
 - złącze tabletu sterującego
 - złącze Ethernet – izolowane min 10/100 MB/s,
 - złącze wyrównywania potencjałów POAG,
 - gniazdo zasilania
- min 2x opcjonalne gniazdo światłowodowe Matrix

W związku z dokonaną zmianą Zamawiający dokona stosownej zmiany ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/S 154-488138 z dnia 2023-08-07.

Pytanie nr 2

Dotyczy załącznika 6 do SWZ – projektowane postanowienia umowne §4 ust. 5- część 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §4 ust. 5:

„Wykonawca w przypadku wystąpienia usterki zapewnia jej usunięcie w ciągu 7 dni, liczonych od daty zgłoszenia usterki przez Zamawiającego lub wstawi sprzęt zastępczy na czas naprawy”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść §4 ust. 5 załącznika nr 6 do SWZ (wszystkie części), nadając mu następujące brzmienie:

„Wykonawca w przypadku wystąpienia usterki zapewnia jej usunięcie w ciągu 10 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza granic Polski do 20 dni roboczych, liczonych od daty zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.”

Pytanie nr 3

Dotyczy załącznika 6 do SWZ – projektowane postanowienia umowne- część 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §4 ust. 6:

„W przypadku niewykonania naprawy w terminie w skazanym w ust. 5 Wykonawca zobowiązany jest do wymiany przedmiot umowy na nowy, wolny od wad w terminie 30 dni od upływu ostatniego dnia przewidzianego na naprawę”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść §4 ust. 6 załącznika nr 6 do SWZ (wszystkie części), nadając mu następujące brzmienie:

„W przypadku niewykonania naprawy w terminie w skazanym w ust. 5 Wykonawca zobowiązany jest do wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad w terminie 30 dni od upływu ostatniego dnia przewidzianego na naprawę, Wykonawca na czas przedłużającej się naprawy dostarczy sprzęt zastępczy o takiej samej funkcjonalności.“

Z poważaniem

KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec
/podpisano elektronicznie/