



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 4, 34-100 Wadowice
NIP: 551-21-24-676, REGON: 000306466

Załącznik nr 1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Rozbudowa Systemu ultrasonograficznego LUMIFY o głowicę liniową L12-4 – 1 szt.

1. Szerokopasmowa elektroniczna głowica liniowa do badań naczyniowych, mięśniowo-szkieletowych, płucnych, tkanek miękkich, narządów położonych powierzchniowo z wymiennym kablem USB.
2. Rok produkcji 2019, głowica fabrycznie nowa
3. Częstotliwość pracy głowicy w zakresie min. od 4.0 MHz do 12.0 MHz.
4. Liczba elementów w głowicy min. 128
5. Szerokość pola obrazowego głowicy maks. 38 mm.
6. Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej.
7. Min. 2D, Kolor Doppler, M-Mode.
8. Zamawiający wymaga udzielenia min 12 miesięcznej gwarancji na zaoferowany sprzęt.

Niespełnienie jakiegokolwiek warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.