



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice
www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania asortymentu w sztukach, a nie w opakowaniach zbiorczych – *jeśli dotyczy*
2. Gwarancja: minimum 12 miesięcy
3. Podany asortyment oraz jego ilości są danymi planowanymi przez Zamawiającego, w związku z czym nie są wiążące podczas realizacji umowy dotyczącej w/w zamówienia, a mają na celu jedynie zobrazowanie wielkości zamówienia, która może być pomocna podczas ustalenia cen za wykonanie dostaw objętych zamówieniem.
4. Bezpłatne przeszkolenie pracowników w terminie uzgodnionym wcześniej z osobą realizującą umowę.

Lp.	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Cement kostny z antybiotykiem – gentamycyną. Pakowany 1x40g, kontrastowany dwutlenkiem cyrkonii, barwiony chlorofilem, sterylizowany tlenkiem etylenu.	op.	160
2	Cement kostny z antybiotykiem – gentamycyną. Pakowany 2x40g, kontrastowany dwutlenkiem cyrkonii, barwiony chlorofilem, sterylizowany tlenkiem etylenu.	op.	5
3	1 x system do próżniowego mieszania i ciśnieniowego podawania cementu kostnego dostosowany do opakowania 1x40g i 2x 40g. Zestaw pojedynczy do jednego zabiegu powinien zawierać : jeden pojemnik do mieszania próżniowego i podawania cementu do kanału szpikowego wraz z długą dyszą podającą I do panewki wraz z krótką dyszą, dociskacz krętarzowy do sprężania cementu w kanale szpikowym, filtr ochronny do pochłaniania szkodliwych gazów polimeryzacyjnych.	szt.	60

Wymagania dodatkowe:

Zamawiający wymaga nieodpłatnego użyczenia kompletu wszystkich urządzeń umożliwiających uruchomienie i odpowiednie wykorzystanie całego systemu zawierającego: 2 x pistolet do podawania cementu z mieszalnikami w miejsce implantacji, pompę próżniową, rękojeść pistoletową do ciśnieniowego płukania wraz z przeszkoleniem w zakresie obsługi.

Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.