



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 114/03/2022

Chrzanów, 09.03.2022 r.

## Wykonawcy

### Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nr 21/2022 na „Dostawa łóżek elektrycznych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie”.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym leże ma szerokość 840mm?  
**Odp.: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów swz-AIT.**
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym leże ma szerokość 860mm?  
**Odp.: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów swz-AIT.**
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 410-810mm?  
**Odp.: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów swz-AIT.**
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 430-830mm?  
**Odp.: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów swz-AIT.**
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym czas zmiany wysokości z pozycji minimalnej do maksymalnej wynosi 33sek.?  
**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
6. Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym leże wypełnione jest metalową odejmowaną siatką?  
**Odp.: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów swz-AIT.**
7. Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym leże wypełnione jest odejmowanymi płytami hpl?  
**Odp.: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów swz-AIT.**
8. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w koła o średnicy 120mm z centralną blokadą kół?  
**Odp.: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów swz-AIT.**
9. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania certyfikatu ISO 13485:2016? Oferowane wyroby medyczne łóżka szpitalne, stoliki i materace posiadają deklarację zgodności CE oraz zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, co potwierdza spełnianie europejskich norm zharmonizowanych dotyczących



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

wyrobów medycznych. Obowiązująca Ustawa o Wyrobach Medycznych oraz związane z nią Rozporządzenia nie nakładają na Wytwórców produkujących wyroby medyczne klasy I obowiązku posiadania przez wytwórców w/w certyfikatu.

**Odp.: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu w AIT.**

10. Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, czego oczekuje w pkt. 28 tabeli z parametrami technicznymi poprzez zapis "stolik przyłóżkowy"? Czy ma to być mobilny stolik przyłóżkowy, czy szafka przyłóżkowa oraz czy ma spełniać jakieś parametry techniczne?

**Odp.: Stolik ma spełniać poniższe wymagania:**

1.	Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz <b>boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Błat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm).</b>
2.	Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling posiadający tworzywowy haczyk na ręcznik oraz tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości.  Boczne krawędzie blatu szafki zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery „C”.
3.	Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 160 mm. – dostęp do półki od frontu szafki.
4.	Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiających ciche i łatwe wysuwanie i domykanie.
5.	Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na 2 części. Wysokość szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie.
6.	Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 890 mm (± 40mm) - szerokość szafki - 450 mm (± 40mm) - szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm (± 40mm) - szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm (± 40mm) - głębokość - 470 mm (± 20mm)
7.	Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym.
8.	Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej. Sprężyna gazowa osłonięta w aluminiowej, prostokątnej obudowie.  Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego.  Nie dopuszcza się dodatkowych wsporników blatu bocznego powodujących skupisko bakterii i zarazków.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

9.	Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (± 20mm)
10.	Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm), wspornik blatu osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium, min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C.
11.	Blat Boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładanie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz (górna krawędź wyposażona w tworzywowy uchwył wystający poza obrys blatu) nie dopuszcza się rozwiązania odwrotnego polegającego na odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łóżka.
12.	Łatwo odemowowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi)
13.	Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej.
14.	Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach
15.	Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary.

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie do 56 dni (8 tygodni) od daty zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

**Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów swz.**

12. Prosimy (w pkt. 1) o możliwość zaoferowania łóżek wyprodukowanych w 2022 roku.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

13. Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego podstawę pantograf podpierającą leże w 4 punktach, gwarantującą stabilność leża?


**Odp.: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów swz-AIT.**

14. Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego długość całkowitą 2230 mm (+/- 10 mm)?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów swz-AIT.**

15. Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac o wymiarach 1980 x 860 mm, co będzie traktowane jako wymiary leża?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

16. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, którego konstrukcja nie wymaga stosowania gniazda wyrównania potencjału?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

17. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację segmentu oparcia pleców  $0^{\circ} - 65^{\circ}$  (+/-  $5^{\circ}$ ) bez optycznego wskaźnika kąta przechyłu?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów swz-AIT.**

18. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację kąta przechyłu Trendelenburga  $0^{\circ} - 13^{\circ}$  (+/-  $2^{\circ}$ )?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów swz-AIT.**

19. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację kąta przechyłu anty-Trendelenburga  $0^{\circ} - 15^{\circ}$  (+/-  $2^{\circ}$ )?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów swz-AIT.**

20. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację segmentu podudzia ręczną, sprężyną gazową?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów swz-AIT.**

21. Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację wysokości w zakresie od 410 mm do 815 mm (+/- 10 mm)?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów swz-AIT.**

22. Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej w czasie zaprojektowanym przez danego producenta, bez podawania konkretnej wartości w sekundach?


**Odp.: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów swz-AIT.**

23. Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka sterowanego przewodowym pilotem z regulacją wysokości leża, segmentu oparcia pleców, uda, funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, w celu bezpieczeństwa pacjenta możliwość blokady funkcji przez personel medyczny?

**Odp.: Zgodnie z zapisami swz – AIT.**

24. Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR), dźwignia umieszczona pod segmentem oparcia pleców oznaczona kolorem pomarańczowym?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**





# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

25. Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego funkcji autokontur segmentu oparcia pleców i uda?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody – zgodnie z swz-AIT.**

26. Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione płytami HPL odpornymi na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV, płyty odedjmowane bez użycia narzędzi (segment miednicy stały, stalowy lakierowany proszkowo)?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody – zgodnie z swz-AIT.**

27. Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego bariereki lakierowane proszkowo, wykonane z 4 profili stalowych okrągłych, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

28. Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w haczyki na worki urologiczne po dwóch stronach leża?

**Odp.: Tak.**

29. Czy (w pkt. 24) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego podstawę jezdną, wyposażoną w koła o średnicy 150 mm, w tym jedno antystatyczne (kierunkowe), z centralną blokadą oraz blokadą kierunkową?

**Odp.: Tak.**

30. Czy (w pkt. 28) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego wyposażone w wysięgnik z uchwytem ręki oraz wieszak z 2 haczykami na płyny infuzyjne?

**Odp.: Tak.**

31. Prosimy (w pkt. 8) o doprecyzowanie parametrów stolika przyłóżkowego.



(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

**Odp.: Stolik ma spełniać poniższe wymagania:**

1.	Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Błat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm).
----	--



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

2.	Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling posiadający tworzywowo haczyk na ręcznik oraz tworzywowo uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości.  Boczne krawędzie blatu szafki zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery „C”.
3.	Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 160 mm. – dostęp do półki od frontu szafki.
4.	Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowo (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie.
5.	Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowo (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na 2 części. Wysokość szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie.
6.	Wymiary zewnętrzne:  - wysokość - 890 mm (± 40mm)  - szerokość szafki - 450 mm (± 40mm)  - szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm (± 40mm)  - szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm (± 40mm)  - głębokość - 470 mm (± 20mm)
7.	Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym.
8.	Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej.  Sprężyna gazowa osłonięta w aluminiowej, prostokątnej obudowie.  Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego.  Nie dopuszcza się dodatkowych wsporników blatu bocznego powodujących skupisko bakterii i zarazków.
9.	Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (± 20mm)
10.	Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm), wspornik blatu osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium, min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C.
11.	Blat Boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładanie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz (górną krawędź wyposażoną w tworzywowo uchwyt wystający poza obrys blatu) nie dopuszcza się rozwiązania odwrotnego polegającego na odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łóżka.
12.	Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi)
13.	Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ [sekretariat@szpital-chrzanow.pl](mailto:sekretariat@szpital-chrzanow.pl)

14.	Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach
15.	Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary.

**Z poważaniem**

**Dyrektor**

**Szpitala Powiatowego w Chrzanowie  
mgr Artur Baranowski**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892