



Ad. 1 L.P. 14. Czy zamawiający dopuści przesyłanie alarmów przekroczenia w postaci SMS dla wprowadzonych numerów telefonicznych?

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 2 L.P. 22. Czy zamawiający dopuści urządzenie oferujące: *dokładność pomiaru 0,5 stopnia Celsjusza dla zakresu -10 do + 85 oraz 2 stopnie dla zakresu -55 do -10 oraz + 85 do + 125 stopni?

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 3 L.P. 23. Czy zamawiający dopuści urządzenie oferujące: *dokładność pomiaru 4% dla zakresu 0% do 80% oraz 7% dla zakresu 81% do 99%?

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 4 L.P. 36. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji w razie awarii do 72h?

Zamawiający nie dopuszcza.

