



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 03.10.2024 r.

DZP-39/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Pakiet nr 21

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dodatkowej weryfikacji płytek metodą hybrydową na analizatorze zapasowym, co pozwoli na dokładniejszą diagnostykę pacjentów. Metoda hybrydowa łączy ze sobą dwie metody: metodę optyczną i impedancję, co pozwala na uzyskanie najbardziej wiarygodnego wyniku. Zapobiega interferencji ze strony fragmentocytów, mikrocytów oraz płytek olbrzymich. Bez konieczności użycia dodatkowego odczynnika.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 2 – dot. Pakiet nr 10 poz. 7

Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie testu na dwóch płytkach testowych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 – dot. Pakiet nr 18

Czy Zamawiający wymaga, aby nakłuwacz posiadał 8 górnych przegródek wspomagających dokładne prowadzenie drenu do igły, co ułatwia także odczytanie kodu z drenu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 4 – dot. Pakiet nr 18

Czy nakłuwacz ma posiadać częściowo gładkie powierzchnie zewnętrzne umożliwiające podpisanie nakłuwacza np. numerem badania lub jednostki?

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 5 – dot. Pakiet nr 18

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga nakłuwacza wyposażonego w kołnierz nakładany zewnętrznie na probówkę (do min. 1/3 wysokości nakłuwacza).

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 6 – dot. Pakiet nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści test do wykrywania antygenu H. pylori o czułości 98,8% i swoistości 98,4% ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 – dot. Pakiet nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści test do wykrywania antygenu Giardia lamblia o czułości 95,1% swoistości 97,7 %, oraz antygenu Cryptosporidium o czułości 95,5 % swoistości 97,7%?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 – dot. Pakiet nr 6, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści testy w wymazach z nosa?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Podpisał:
Dyrektor
Wojciech Michalik