



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku**



Płock, dnia 11.08.2022 r.

TZPiZI.261.1782.2022

WYKONAWCY
uczestniczący w postępowaniu

nr ref. postępowania: **TZPiZI.261/02/D/22**

**Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej
oraz unieważnieniu postępowania**
w części 1 zamówienia „Zakup sprzętu jednorazowego użytku”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019r. – PZP (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) prowadzonego na platformie zakupowej Open Nexus pod nr ID 636789 na dostawę pn.: **„Sukcesywny zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ WSPRiT S w Płocku w okresie 12 miesięcy”**.

Zamawiający informuje, że unieważnia przeprowadzoną czynność wyboru oferty najkorzystniejszej dokonanej w dniu 05.08.2022r. dla części 1 zamówienia „Zakup sprzętu jednorazowego użytku” oraz **unieważnia postępowanie w części 1 zamówienia.**

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

W dniu 08.08.2022 roku Zamawiający otrzymał informację od uczestnika postępowania firmy Bialmed Sp. z o.o., że wybrana oferta firmy Sinmed Sp. z o.o ul. Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice jest niezgodna z zapisami SWZ w pakiecie nr 1 poz. 96. Zamawiający wymagał „Kaniuła dożylna wykonana z poliuretanu, posiada min 4 paski kontrastujące w RTG, dodatkowy port do wstrzyknięć oraz hydrofobową membranę zapobiegającą cofaniu się krwi, nie posiada bocznych przewodnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia, przepływ 22ml/min, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli (opis pozycja 96), rozmiar 24G (0,7x19mm, przepływ 22ml/min)”. Wybrany Wykonawca zaproponował kaniule „BD/ kaniuła dożylna neoflon, nr katalogowy BD-391350”.

W dniu 08.08.2022 roku Zamawiający wezwał Wykonawcę firmę Sinmed Sp. z o.o. do wyjaśnień w przedmiotowym zakresie i ustosunkowanie się do przedstawionych w piśmie rozbieżności.

W dniu 09.08.2022r. firma Sinmed Sp. z o.o. w odpowiedzi na pismo Zamawiającego oświadczyła, że w części 1 poz. 96 „będziemy dostarczać produkt zgodny z oczekiwaniami

Mazowsze.
serce Polski

KRS: 0000029842 NIP: 774-10-02-289 REGON: 610317845

Telefon: 24 267-84-00; fax: 24 267-84-15

e-mail: sekretariat@wspritsplock.pl <http://wspritsplock.pl>

Administratorem Państwa danych osobowych jest SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku 09-400 Płock ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie: <http://wspritsplock.pl> w zakładce ochrona danych.

Zamawiającego” oraz, że „Wykonawca Bialmed nie jest już uczestnikiem postępowania, gdyż jego oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10), w związku z powyższym nie posiada interesu prawnego w prowadzonym postępowaniu”.

Po otrzymaniu wyjaśnienia, Zamawiający stwierdził, że firma Sinmed Sp. z o.o., nie ustosunkowała się do przedstawionych zarzutów i ponownie została wezwana do złożenia stosownych wyjaśnień oraz przedstawienia próbek, opisów lub fotografii potwierdzających autentyczność zaoferowanego asortymentu z wymaganiami Zamawiającego.

W otrzymanej odpowiedzi firma Sinmed Sp. z o.o. wyjaśniła, że „na podstawie rozdziału IV, pkt 13 SWZ zaoferowano produkt równoważny w zakresie pozycji 96 pakietu 1. Kaniula w rozmiarze 24G przeznaczona jest dla pediatrii i neonatologii. Zaoferowana kaniula wykonana jest z PTFE, który jest również biokompatybilnym materiałem co poliuretan, posiada przepływ adekwatny do rozmiaru kaniuli, tj. 13 ml/min., w miejsce hydrofobowej membrany zastosowana jest zastawka, która pełni tę samą funkcję. Sam produkt jest rekomendowanym produktem wśród kaniul noworodkowych, dzięki swojej unikatowej konstrukcji ułatwia wprowadzanie kaniuli do naczyń i minimalizuje ryzyko wystąpień powikłań. Ponadto sam Zamawiający w pozycji 95 przedstawił opis produktu oferowanego przez naszą firmę, tyle że w innym rozmiarze, również przeznaczonym dla noworodków. W związku z powyższym Wykonawca podtrzymuje, że pomimo różniących się wyżej wymienionych parametrów zaoferował produkt lepszy niż oczekiwał Zamawiający”.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określił szczegółowo asortyment, zgodnie ze swoimi potrzebami. Zamawiający dopuszczał także produkt równoważny, o którym mowa w Rozdz. IV pkt. 12 i 13 SWZ. Zgodnie z Rozdz. IV pkt 12 „Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego należy zwrócić się z zapytaniem i uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego”.

Wybrana oferta firmy Sinmed Sp. z o.o. ul. Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice jest niezgodna z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w treści SWZ w pozycji 96 ponieważ Wykonawca zaoferował produkt (kaniula), który m.in. nie posiada portu bocznego (Zamawiający wymagał dodatkowy port) i przepływ 13 ml/min (Zamawiający wymagał 22 ml/min) nie zwracając się zapytaniem do Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5), odrzuca ofertę wybranego Wykonawcy firmy Sinmed Sp. z o.o. **i tym samym unieważnia postępowanie w części 1 zamówienia – „Zakup sprzętu jednorazowego użytku”.**

UZASADNIENIE PRAWNE:

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5) – *Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.*

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom oraz innym podmiotom wskazanym w art. 505 PZP, środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX PZP.

DYREKTOR

SP ZOZ

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku
mgr Lucyna Kęsicka

(podpis kierownika Zamawiającego)