



Dyrektor

dr n. med.

Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

Fax: (32) 370 45 22

sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA

tel.: (32) 370 45 31

tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl

Znak sprawy: ZP/24/PN/2023

Zabrze, 29.06.2023 r.

ODPOWIEDŹ nr 2 na zapytania w sprawie SWZ

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710) w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH II”

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710).

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu w zadaniu nr 15:

Poz.1.

Materiał hemostatyczny wykonany ze 100% oksydowanej regenerowanej lun nieregenerowanej celulozy. Luźno dziana siatka wspomagająca adhezję i agregację płytek krwi w celu zatrzymania krwawienia, o właściwościach bakteriobójczych hamujących rozwój MRSA, MRSE, PERSP. I VRE. Zawartość grupy karboksylowej 18-24%. Czas wchłaniania: 7-14 dni* lub tkanina dziana o pH 2.2 -4.5 i zawartości grupy karboksylowej 16-24%. Właściwości bakteriobójcze materiału hamujące wzrost i namnażanie się bakterii gram dodatnich i gram ujemnych, w tym bakterii tlenowych i beztlenowych. Czas homeostazy; 3-4 min., czas wchłaniania około 3 tygodnie. Może być przycinany lub fałdowany oraz owijany wokół zespolenia. Materiał hemostatyczny dostępny w 2 rozmiarach: 35 cm x 5 cm, lub 8 cm x 10 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 2

PAKIET nr 18 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów, których czas hemostazy wynosi około 3-6 min?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 3

PAKIET nr 18 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów, które są w stanie wchłoniąć około 35 - krotność masy własnej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 4

PAKIET nr 18 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów, których opakowanie handlowe liczy 10 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ogólnej wymaganej ilości w formularzu asortymentowym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację w kolumnie „nazwa proponowana” lub pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.



Pytanie nr 5

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 17 w związku z pakietem nr 15 (gaza hemostatyczna):

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów oznakowanych w języku angielskim z dołączeniem instrukcji użytkownika w języku polskim?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 6

Dotyczy wzoru umowy §5 ust. 5 - Czy wobec pakietów nr 15 i 18 (wyroby medyczne), nieuwzględniającego w swoim zakresie produktów leczniczych, Zamawiający wyrazi zgodę na realizację trybu „na ratunek” w ciągu 24h w dni robocze?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 (Deferasiroxum 90 mg) wycenę preparatu w postaci tabletek powlekanych, ponieważ taki jest dostępny? Podany przez Zamawiającego preparat nie występuje w postaci tabletek do sporządzania zawiesiny doustnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 8

Dotyczy terminu dostaw „na ratunek”

Zamawiający w paragrafie 5 ust. 5 wzoru umowy zastrzegł prawo do składania zamówień na „RATUNEK” zdrowia i życia ludzkiego, gdzie realizacja zamówienia winna nastąpić do 8 godzin od złożenia zamówienia.

Zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami u Wykonawcy, dostawy odbywają się w dni robocze, w związku z tym, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy na „RATUNEK” w dni robocze, w ciągu 8 h od momentu złożenia zamówienia dla zadania nr 22?

Przez dni robocze Wykonawca ma na myśli dni od poniedziałku do piątku (włącznie), nie obejmujące weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 9

Dotyczy zapisów umowy

Zamawiający w par 4 ust. 4 i 5 wzoru umowy zastrzegł, iż telefoniczne lub e-mailowe zawiadomienie o terminie dostawy przez Wykonawcę winno nastąpić w dniu poprzedzającym dostawę oraz w par 7 ust 2 pkt d) wskazał iż:

„Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

d)w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy przypadek nie wywiązania się z obowiązku określonego w § 4 ust. 5 tj.za brak powiadomienia o terminie dostawy w dniu ją poprzedzającym”

Obowiązek określony w § 4 ust. 4, 5 polega na konieczności informowania Zamawiającego o dostawie danego zamówienia w dniu poprzedzającym dostawę. Wykonawca podnosi, że wymóg ten wydaje się być niecelowy oraz nadmiernie uciążliwy z logistycznego punktu widzenia zarówno dla Wykonawcy jak i dla Zamawiającego. W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca zamierza zaoferować Zamawiającemu termin dostawy w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia. W takim wypadku, konieczność informowania Zamawiającego jest celowa w przypadku, w którym Wykonawca nie będzie w stanie wykonać dostawy na czas, nie zaś każdorazowego informowania Zamawiającego o dostawie w dniu ją poprzedzającym.

Wobec powyższego prosimy o wskazanie czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu, o którym mowa w §4 ust. 4, 5 Projektu Umowy poprzez nałożenie obowiązku informowania Zamawiającego o braku możliwości dostawy danego zamówienia w terminie w dniu poprzedzającym dostawę.

Jeśli Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania ww. zmiany, to prosimy o jej uwzględnienie w Projekcie Umowy.

W przypadku, gdy Zamawiający udzieli negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści postanowienia §7 ust. 2 list. d) Projektu Umowy poprzez zmianę naliczania kar umownych od wartości określonej w § 3 ust. 2, naliczając kary umowne od wartości brutto danej dostawy częściowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 10

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji par. 7 ust. 2 pkt e) w ten sposób, że:

„2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

e) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej umowy brutto w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym na dane zadania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”?

Uzasadnienie:

Zdaniem Wykonawcy niewłaściwym są postanowienia Umowy, w których kara umowna naliczana jest od kwoty zamówienia stanowiący przedmiot niniejszej umowy co może skutkować obciążeniem Wykonawcy nadmiernym i niewspółmiernie wysokim ryzykiem gospodarczym w stosunku do naruszonych postanowień Umowy. Kara umowna ma pełnić funkcję mobilizującą wykonawcę do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz funkcję odszkodowawczą, jeżeli wykonawca wykona przedmiot umowy nieterminowo lub w sposób nieprawidłowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 11

Dot. Zadania nr 10, 17

Czy Zamawiający dopuści nici pakowane w opakowania zbiorcze po 12 saszetek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 12

Dot. Zadania nr 10, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści Szew syntetyczny pleciony z kwasu poliglikolowego i polimlekowego o podtrzymywaniu tkankowym 50% po 5 dniach, 0% po 10-14 dniach i okresie wchłonięcia masy szwu do ok. 42 dni, niebarwiony?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 13

Dot. Zadania nr 10, poz. 10

Czy Zamawiający wykreśli pozycji 10 z zadania 10?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 14

Dot. Zadania nr 10, poz. 11-13

Czy Zamawiający dopuści Szew syntetyczny, wchłaniający, monofilament z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktanu o średnim okresie podtrzymywania (40% do 14 dni) oraz wchłaniania do 90-120 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 15

Dot. Zadania nr 17, poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny syntetyczny, niewchłaniający, pleciony, poliestrowy, powlekany silikonem, zielony?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 16

Dot. Zadania nr 17, poz. 11-12

Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez dodatku polietylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 17

Dot. Zadania nr 17, poz. 13

Czy Zamawiający wykreśli pozycji 10 z zadania 10?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 18

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 7 ust. 2:

2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

- a) w wysokości 50,00 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 3, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej w dostawie części przedmiotu umowy;
- b) w wysokości 50,00 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) z każdy dzień zwłoki w realizacji któregośkolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 12, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto reklamowanej części przedmiotu umowy;
- c) w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 4,
- d) w wysokości 0,05% wartości brutto planowanej dostawy za każdy przypadek niewywiązania się z obowiązku określonego w § 4 ust. 5, tj. za brak powiadomienia o terminie dostawy w dniu ją poprzedzającym,
- e) w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym na dane zadania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 19

Do §3 ust. 5 wzoru umowy: Prosimy o rezygnację z opisanego w §3 ust. 5 wzoru umowy sposobu ustalania zmiany wynagrodzenia oraz zastąpienie go automatyczną indeksacją wynagrodzenia opartą o skumulowane miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszane przez Prezesa GUS (potocznie inflacja) z 6 miesięcy poprzedzających moment dokonania waloryzacji (tabela: Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1982 roku, poprzedni miesiąc = 100). W związku z tym wnosimy o określenie:

- a. sposobu ustalania zmiany wynagrodzenia: w oparciu o skumulowane miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszane przez Prezesa GUS (potocznie inflacja) z 6 miesięcy poprzedzających moment dokonania waloryzacji;
- b. poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniającego do dokonania waloryzacji: kiedy wyżej opisane obliczenie (suma miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszane przez Prezesa GUS) wyniesie 5% lub więcej;
- c. okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy: pierwsza zmiana po upływie 6 miesięcy, każda kolejna po 3 miesiącach;
- d. maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o ww. zasadach wprowadzania zmian: 15% wysokości pierwotnego wynagrodzenia umownego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 20

Do §3 ust. 5 wzoru umowy: Jednocześnie prosimy o dodanie zastrzeżenia – w ślad za uprzednio złożonym zapytaniem - że w przypadku gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o §3 ust. 5 wzoru umowy, zarówno Wykonawca jaki i Zamawiający nabędą uprawnienie do rozwiązania w tej części umowy, za porozumieniem stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kar umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 21

Do §5 ust. 1 i ust. 2 wzoru umowy: Wnosimy o zmianę zapisu w §5 ust. 1 i ust. 2 umowy poprzez zwiększenie minimalnego zakresu zrealizowania umowy do wartości minimum 70%. Wskazujemy, że wskazany próg realizacji minimum 1%, wypacza ekonomiczny sens zawarcia umowy oraz jest niezgodny z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) ponieważ może doprowadzić do istotnej zmiany umowy i jej charakteru, co stoi w sprzeczności z zapisami art. 454 ust.1, ust.2 pkt 1) i 3) oraz art.455 ust.1 pkt 1) ww. ustawy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 22

Do §5 ust. 3 wzoru umowy: Prosimy o modyfikację treści §5 ust. 3 wzoru umowy, poprzez skonkretyzowanie granicznych wartości dla poszczególnych pozycji asortymentowych, jakie Zamawiający zamierza zrealizować, np. poprzez podanie, że zmiany ilości produktów określonych w formularzu

asortymentowo – cenowym mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach +/- 20%, przy czym przez takie sformułowanie Zamawiający będzie rozumiał możliwość zamówienia o 20% mniejszych lub o 20% większych ilości, każdego z zamówionych asortymentów. Aktualna treść §5 ust. 3 wzoru umowy jest na tyle ogólna i nieprecyzyjna, że na jej podstawie wykonawcy nie są w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych pozycji asortymentowych oraz nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty. Po pierwsze, wyjaśnić należy, że na podstawie art. 433 pkt 4 w zw. art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. PZP, powyższe zapisy należy uznać za postanowienia abuzywne, w sposób rażąco naruszające równowagę stron, dające Zamawiającemu uprawnienie do jednostronnego kształtowania zasad realizacji zamówienia, w szczególności poprzez każdorazowe dowolne ograniczenia wielkości zamówienia w zakresie poszczególnych pozycji asortymentowych. Skoro bowiem, treść art. 433 pkt 4 mówi wprost, że „projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron”, to Zamawiający jest zobowiązany do określenia tych minimalnych wartości w sporządzonym przez siebie opisie przedmiotu zamówienia. Po drugie, zamawiający przyznając sobie uprawnienie do zamawiania ilości większych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, zastrzega sobie de facto prawo opcji. Zgodnie z art. 441 ust. 1 oraz ust. 2 PZP, aby skutecznie zastrzec prawo opcji, Zamawiający bezwzględnie zobowiązany jest opisać je w postaci zrozumiałych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień, a tym samym spełnić łącznie trzy przesłanki: określić rodzaj i maksymalną wielkość opcji oraz określić okoliczności skorzystania z niej, a przy tym nie może za pomocą opcji doprowadzić do modyfikacji ogólnego charakteru umowy. Spośród tych warunków, Zamawiający zaniedbał obowiązek ustalenia górnej granicy wprowadzonego prawa opcji, pozostawiając sobie w tym zakresie zupełną dowolność. Biorąc więc pod uwagę brzmienie art. 441 ust. 2 PZP, nawet jeśli Zamawiający, w trakcie realizacji umowy przetargowej, podejmie próbę skorzystania z tak dalece niedookreślonego i nieprawidłowo skonstruowanego prawa opcji, to taka czynność, jako dokonana z naruszeniem art. 441 ust. 1, podlegała będzie unieważnieniu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 23

Do §7 ust. 2 lit. a), b) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowień §7 ust. 2 lit. a), b) wzoru umowy w taki sposób, aby kary umowne zastrzeżone na wypadek opóźnienia w realizacji zamówienia i załatwienia reklamacji były wyłącznie proporcjonalne do wartości części zamówienia zrealizowanej z opóźnieniem - bez sztywnej kary, tj. 100 zł - i wynosiły 0,5% od wartości tej części, za każdy dzień opóźnienia? Wskazujemy przy tym, że wysokość ww. kara umownych możliwych do naliczenia przez Zamawiającego (zawsze minimum 100 zł) nie zostaje uzależniona ani od realnej wartości niezrealizowanej terminowo pozycji zamówienia, czy od poniesionej przez Zamawiającego szkody, ani też od żadnych innych obiektywnych czynników. W konsekwencji, taki sposób naliczania budzi zastrzeżenia Wykonawcy z uwagi na fakt, iż może być on dotknięty sankcją nieważności na podstawie art. 353¹ Kodeksu cywilnego - ze względu na sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego. Reasumując, ww. sankcje wynikające z proponowanej treści umowy nie spełniają zasadniczego celu, dla którego są wprowadzane i uwzględniają jedynie represyjną funkcję kary umownej. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o zmianę wspomnianych zapisów, aby były one zgodne z reżimem prawa cywilnego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 24

Do §7 ust. 2 lit. d) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §7 ust. 2 lit. i) wzoru umowy poprzez wprowadzenie kary umownej za brak powiadomienia o terminie dostawy w dniu ją poprzedzającym w wysokości 0,05% wartości danej dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 25

Do §7 ust. 2 lit. e) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §7 ust. 2 lit. j) wzoru umowy poprzez wprowadzenie kary umownej za rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 26

Do §10 ust. 7 wzoru umowy: Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca będzie przekazywał faktury VAT za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, co będzie równoznaczne z realizacją przez Wykonawcę wszystkich wskazanych w projekcie umowy obowiązków w zakresie przekazania faktury VAT (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym)?

Powyższe postulaty zgodne są z art. 4 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy, na jego podstawie Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przestanych za pośrednictwem platformy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowień projektu umowy („Umowa”) poprzez modyfikację § 7 ust. 2 lit. a) Umowy i obniżenie wskazanej tam kary umownej z 500 zł do 250 zł. Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: *„Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”*. W ocenie Wykonawcy, tak wysoka kara umowna stanowi karę rażąco wygórowaną, wobec czego powinna zostać obniżona.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowień Umowy poprzez modyfikację § 7 ust. 2 lit. b) Umowy i obniżenie wskazanej tam kary umownej z 500 zł do 250 zł. Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: *„Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”*. W ocenie Wykonawcy, tak wysoka kara umowna stanowi karę rażąco wygórowaną, wobec czego powinna zostać obniżona.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowień Umowy poprzez modyfikację § 7 ust. 2 lit. c) Umowy i obniżenie wskazanej tam kary umownej z 1000 zł do 350 zł. Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: *„Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”*. W ocenie Wykonawcy, tak wysoka kara umowna (zastrzeżona jako sankcja na naruszenie zobowiązań, które nie prowadzi do powstania wysokiej szkody po stronie Zamawiającego) stanowi karę rażąco wygórowaną, wobec czego powinna zostać obniżona.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowień Umowy poprzez modyfikację § 7 ust. 2 lit. e) Umowy i obniżenie wskazanej tam kary umownej z 20 % zł do 10 %. Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: *„Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”*. W ocenie Wykonawcy, tak wysoka kara umowna stanowi karę rażąco wygórowaną, wobec czego powinna zostać obniżona – w szczególności uwzględniając, że standardem rynkowym w podobnych zamówieniach jest kara w wysokości 10 %.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 32

Dotyczy Zadanie 12, poz. 1

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli produkt pakowany po 12 szt, a ilość wymaganych opakowań to 60?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż doszło do omyłki pisarskiej, tym samym Zamawiający wymaga produktu pakowanego po 12 szt w ilości 60 opakowań. Patrz modyfikacja nr 2 SWZ.

Pytanie nr 33

Dotyczy Zadanie 12, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną Taper Point, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 34

Zadanie 8, poz. 1 i 2 - Czy Zamawiający dopuści opaski kohezyjne w 14 wzorach i kolorach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 35

Zadanie 8, poz. 1 i 2 - Czy Zamawiający dopuści opaski kohezyjne o składzie 40%-50% włókna poliestrowa, 30%-40% klej wykonany z syntetycznego kauczuku (poliizopren), 5%-10% spandex?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 36

Zadanie 11, poz. 4-9 - Czy Zamawiający dopuści gramatury kompresów oraz wykroje $\pm 10\%$ od podanych w opisie przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 37

Zadanie 11, poz. 4-9 - Czy Zamawiający dopuści chłonność kompresów $\pm 10\%$ od podanych w opisie przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 38

Zadanie 26, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego z serwetą 75 x 90 cm, o gramaturze 60g/m², zamiast 43g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 39

Zadanie 26, poz. 1 – 5, 11- Czy Zamawiający dopuści zestawy zapakowane w rękaw papierowo-foliowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 40

Zadanie 26, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego z serwetą o wymiarze 50cm x 60cm z otworem o średnicy 7cm i rozcięciem? (w miejsce serwety 50x60 cm z otworem o śr. 5 cm i rozcięciem).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 41

Zadanie 26, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego z pojemnikiem plastikowym 120 ml (zamiast 125 ml)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 42

Zadanie 26, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego z żelem znieczulającym w ampułkostrzykawce?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 43

Zadanie 26, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego z wodą destylowaną z gliceryną w ampułkostrzykawce?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 44

Zadanie 26, poz. 6, 7 - Czy Zamawiający dopuści zestawy zapakowane w rękaw papierowo-foliowy, w proponowanym zestawie znajdują się pojemnik 3 komorowy? (w ramach blistra).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 45

Zadanie 26, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów z serwetą w rozmiarze 50cm x 70cm? (owinięcie zestawu).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 46

Zadanie 26, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów w rozmiarze 50cm x 75cm z centralnym otworem o średnicy 7cm? (zamiast 8 cm).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 47

Zadanie 26, poz. 7, 8 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do dializy w opakowaniu typu podwójny rękaw papierowo-foliowy z możliwością otwarcia jednej części bez ryzyka rozjałowienia drugiej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 48

Zadanie 26, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do dializy o poniższym składzie:

START

- 1 x Serweta chirurgiczna 45cm x 45cm 2-warstwowa
- 2 x Rękawice diagn. lateksowe bezpudrowe rozm. M
- 6 x Kompres z włókniny 30G 4W 7,5cm x 7,5cm
- 2 x Opatrunek do mocowania kaniul 6cm x 8cm
- 4 x Taśma opatrunkowa, włókninowa, samoprzylepna 2,5cm x 15cm

ZAKONCZENIE

- 2 x Rękawice diagn. lateksowe bezpudrowe rozm. M
- 1 x Rękawice diagn. winylowe bezpudrowe rozm. L
- 4 x Kompres z włókniny 30G 4W 7,5cm x 7,5cm
- 2 x Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 5cm x 7,2cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 49

Zadanie 26, poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do dializy o poniższym składzie:

START

- 2 x Rękawice diagn. nitrylowe bezpudrowe rozm. M
- 4 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm
- 1 x Serweta chirurgiczna 45cm x 45cm 2-warstwowa z rozcięciem o gramaturze 60g/m2

ZAKONCZENIE

- 2 x Rękawice diagn. nitrylowe bezpudrowe rozm. M
- 4 x Kompres z włókniny 30G 4W 7,5cm x 7,5cm
- 1 x Opatrunek z kieszenią zabezpieczającą zakończenia cewników dializacyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 50

Zadanie 26, poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do dezynfekcji o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo foliowy:

5 x Tupfer z gazy z nitką RTG 17N 50cm x 50cm
1 x Chwytnak plastikowy 23cm
1 x Pojemnik okrągły poj. 250ml, niebieski, z podziałką?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 51

Zadanie 29, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:
4 x Serweta operacyjna z gazy 17N 8W 45cm x 45cm z nitką RTG i tasiemką
5 x Tupfer z gazy z nitką RTG 17N 15cm x 15cm
50 x Kompres z gazy 17N 16W 10cm x 10cm z nitką RTG?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 52

Zadanie 29, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z kompresem z gazy owiniętym w banderolę papierową?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 53

Zadanie 29, poz. 1, 5, 6, 7 - Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 54

Zadanie 29, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 60g/m², o odporności na przenikanie cieczy 196 cm H₂O?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 55

Zadanie 29, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu 3 warstwowego (włóknina + folia + włóknina) o gramaturze 75g/m², odporność na przenikanie cieczy 102cm H₂O, zgodne z aktualną normą PN-EN 13795-1:2019?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 56

Zadanie 29, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

1 x Podkład chłonny 60cm x 90cm
4 x Serweta chłonna 60cm x 80cm
1 x Czapeczka dla noworodka?


Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 57

Zadanie 29, poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści poniższą jednorazową, sterylną osłonkę na uchwyty lamp chirurgicznych z kołnierzem ochronnym zapobiegającym przypadkowemu dotknięciu części niesterylnych lampy, przy kołnierzu znajdują się specjalne wypustki, które zapobiegają zsuwaniu się osłonki z uchwytu, nie wymagają zastosowania adaptera.

Średnica kołnierza 12,7 cm, uchwyt 3,1 cm, wysokość produktu 10,2 cm?



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 58

Zadanie 29, poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści trzyczęściowy zestaw na ramię C zawierający:

- osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm
- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm
- 2 szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 59

Zadanie nr 29 – Wyroby medyczne

Poz. 7: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do porodu dla noworodka o składzie:

- Serweta w rozmiarze 130x90cm gramatura 56g/m², wykonana z włókniny polipropylenowej oraz folii polietylenowo-polipropylenowej - 1 sztuka
- Serwetka włókninowa o gramaturze 40g w rozmiarze 80x60cm – 2 sztuki
- Serweta w rozmiarze 150x90cm gramatura 56g/m², wykonana z włókniny polipropylenowej oraz folii polietylenowo-polipropylenowej - 1 sztuka
- Serwetka włókninowa o gramaturze 40g w rozmiarze 25x20cm – 4 sztuki
- Podkład chłonny Seni Soft Super wykonany z pulpy celulozowej, miękkiej włókniny i nieprzepuszczalnej folii rozmiar 90x60cm – 1 sztuka

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 60

Zadanie 11, poz. 1-9 Czy zamawiający odstąpi od wymogu etykiety TAG? Czy zamawiający dopuści sterylizację dopuszczoną metodą EO?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 61

Zadanie 11, poz.4-9 Czy zamawiający dopuści kompresy o wykroju 19 cm x 38 cm dla rozmiaru 10 cm x 10 cm ; o wykroju 14,5 cm x 28,5 cm dla rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm, o wykroju 9,5 cm x 18,5 cm; dla rozmiaru 5 cm x 5 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 62

Zadanie 11, poz.7-8 Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze nominalnej –dla wyrobów z gazy 17 nitkowych, 8 warstwowych : dla rozmiaru 5 cm x 5cm – 0,46 g (+/-5%); dla 7,5 cm x 7,5 cm – 0,985 g; dla 10 cm x 10 cm - 1,65 g?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 63

Zadanie 11, poz.7-8 Czy zamawiający wydzieli poz. 7-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 64

Dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji par. 7 ust. 2 podpunkt a), b), c), d), e), wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

-§ 7 ust. 2 podpunkt:

- a a) w wysokości 100,00 złotych brutto (słownie: 100 złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 3;
- b b) w wysokości 100,00 złotych brutto (słownie: 100 złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki w realizacji któregokolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 12.
- c c) w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 4,
- d d) w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy przypadek niewywiązania się z obowiązku określonego w § 4 ust. 5, tj. za brak powiadomienia o terminie dostawy w dniu ją poprzedzającym,

e e) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Uzasadnienie

Pierwotne zapisy umowy dotyczące kar są zbyt restrykcyjne i mogą skutkować obciążeniem Wykonawcy nadmiernym i niewspółmiernie wysokim ryzykiem gospodarczym w stosunku do naruszonych postanowień umowy.

Mając powyższe na uwadze, zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych oraz modyfikację zasad ich naliczania, jak na wstępie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 65

Dotyczy Zadanie 12, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 12 sztuk w opakowaniu? Jeśli tak to czy należy zaokrąglić ilość zaoferowanych opakowań w górę do pełnych opakowań, czy zaoferować zgodnie z wyliczeniem matematycznym do dwóch miejsc po przecinku?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację w kolumnie „nazwa proponowana” lub pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 66

Dotyczy: Szczegółowy formularz ofertowy – Załącznik 1a do SWZ – Zadanie nr 1

Dotyczy Zadanie nr 1 pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści do postępowania monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z poliestru p-dioksanonu, wchłaniający się między 120 a 180 dniem, o sile podtrzymania tkankowego min 80% po 4 tygodniach dla rozmiaru 3/0 i większych; zaopatrzony w igłę, min. 16 haczyków na cm nitki ułożonych spiralnie oraz regulowaną pętlę eliminującą konieczność zakładania węzłów chirurgicznych. Grubość szwu 0, długość szwu 30 cm, długość igły 26 mm, krzywizna igły 3/8 koła, igła precyzyjna odwrotnie tnąca ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 67

Dotyczy: Wzór umowy

Czy dla Zadania nr 1 Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar, o których mowa w §7 ust 2 pkt. a) i b), z poziomu 500 zł na 50 zł za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 68

Dotyczy: Wzór umowy

Czy dla Zadania nr 1 Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar, o których mowa w §7 ust 2 pkt. c), z poziomu 1000 zł na 100 zł za każdy przypadek?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 69

Dotyczy: Wzór umowy

Czy dla Zadania nr 1 Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia NA RATUNEK do 24 godzin, o którym mowa w §5 ust 5?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 70

Dot. pakietu 18 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści gąbkę hemostatyczną o wymiarach 80x50x10 mm? Reszta właściwości zgodnie z opisem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 71

Dot. pakietu 18 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści gąbkę hemostatyczną o wymiarach 80x50x1 mm?
Reszta właściwości zgodnie z opisem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Zamawiający
z up. **DYREKTORA**
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski