

Konin, 05.08.2022 r.

WSZ-EP-24/1172/2022**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania****Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych”, nr sprawy WSZ-EP-24/2022****Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 38**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 63 poz. 1 zestawu pediatrycznego do nebulizacji z drenem i maską z elastomerowym, beciśnieniowym mankietem uszczelniającym twarz łącznie z brodą w uniwersalnym rozmiarze dla dzieci, bez lateksu, bez szkodliwych ftalanów, BPA, pakowana pojedynczo, z datą ważności na każdym opakowaniu, zestaw mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 63 poz. 2 zestawu do nebulizacji dla dorosłych z drenem i maską z elastomerowym, beciśnieniowym przedłużonym mankietem uszczelniającym twarz łącznie z brodą, z podwójnym podbródkiem, w uniwersalnym rozmiarze dla dorosłych, bez lateksu, bez szkodliwych ftalanów, BPA, pakowana pojedynczo, z datą ważności na każdym opakowaniu, zestaw mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 67 poz. 1 sterylnego filtra oddechowego antybakteryjno-antywirusowego dla dorosłych, o minimalnej objętości oddechowej >150 ml, skuteczności filtracji względem wirusów i bakterii >99.998%, waga 23 g, przestrzeń martwa 42 ml, jednorazowego użytku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 67 poz. 2 sterylnego filtra oddechowego mechanicznego, z harmonijkową celulozową membrana filtrującą, waga 36 g, przestrzeń martwa 63ml, skuteczność filtracji względem wirusów i bakterii >99,999%, o minimalnej objętości oddechowej >200 ml, jednorazowego użytku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 67 poz. 3 sterylnego filtra oddechowego dla dzieci z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o minimalnej objętości oddechowej >90 ml, skuteczności filtracji względem wirusów i bakterii >99,99%, skuteczności nawilżania 30,2 mg H₂O/l przy VT 500 ml, przestrzeń martwa 28 ml, waga 20 g?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 67 poz. 4 filtra oddechowego antybakteryjno-antywirusowego, elektrostatycznego, mikrobiologicznie czystego, o skuteczności filtracji >99,9%, waga 19 g, przestrzeń martwa 34 ml, złącza 22F-22M/15F?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 67 poz. 4 sterylnego filtra oddechowego antybakteryjno-antywirusowego, elektrostatycznego o skuteczności filtracji >99,998%, waga 23 g, przestrzeń martwa 42 ml, złącza 22F/15M-22M/15F?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 68 poz. 1 wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 26 mg H₂O/L, przestrzeni martwej 19 ml, waga 8 g, z zatraskowym portem do odsysania z zamykaną klapką umiejscowionym centralnie, oraz z wbudowanym obrotowym łącznikiem tlenowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 68 poz. 2 łącznika kąтового – martwej przestrzeni sterylnej, o długości 17cm, podwójnie obrotowej, z podwójnym portem do odsysania i bronchoskopii z kapturkiem podwójnie zatraskowym z uszczelnieniem, złącza 22F-22M/15F?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 68 poz. 3 łącznika kąтового podwójnie obrotowego z portem do odsysania, z kapturkiem zatraskowym z uszczelnieniem, sterylny, złącza 15M-22M/15F?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 68 poz. 3 łącznika kąтового nieruchomego, z portem 7,6 mm z zatyczką na lince, mikrobiologicznie czysty, złącza 22M-22M/15F?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania. Zamawiający nie określa, czy łącznik kątowy ma być z portem 7,6 mm oraz zatyczką na lince.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 69 poz. 1 obwodu oddechowego karbowanego z polietylenu o dł. 160 cm, z łącznikiem Y z dwoma portami 7,6 mm z zatyczkami, złącza 22F sztywne, z potwierdzonym maksymalnym czasem użycia do 7 dni, dodatkowo jedna rura o długości 0,8 m i dwa proste łącznik 22M-22M oraz kapturek zabezpieczający układ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 69 poz. 1 obwodu oddechowego karbowanego o gładkim świetle wewnątrz, z PCV, o długości 1,6 m, z łącznikiem Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami, złącza 22F miękkie typu Flex, z koreczkiem zabezpieczającym, z maksymalnym czasem użycia do 7 dni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 70 poz. 1.1-1.4 zamkniętego systemu do odsysania do rurek intubacyjnych długości 54 cm w rozmiarze Fr 10, 12, 14, 16, w którym cewnik składający się z ergonomicznej zastawki do odsysania umożliwi precyzyjną kontrolę siły ssania wraz z pewnym zatraskowym systemem blokowania, z mocnym transparentnym rękawem, z markerami długości skalowanymi co 2, ułatwiającymi prawidłowe umieszczenie cewnika, z linią do płukania zakończoną kapturkiem zintegrowanym z portem zapobiegającym utracie kapturka, z obrotową zastawką separującą izolującą cewnik do płukania, z zamknięciem 45 stopni zapobiegającym przesuwaniu cewnika? W zestawie widełki do odłączenia systemu, ograniczające dyskomfort pacjenta, naklejki oraz martwa przestrzeń. Zestaw sterylny, jednorazowy. Na każdym zestawie nadruk nr serii i daty ważności, nazwa i opis w języku polskim?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 70 poz. 2.1-2.2 zamkniętego systemu do odsysania do rurek tracheotomijnych długości 30,5 cm w rozmiarze Fr 12, 14, w którym cewnik składający się z ergonomicznej zastawki do odsysania umożliwiał precyzyjną kontrolę siły ssania wraz z pewnym zatraskowym systemem blokowania, z mocnym transparentnym rękawem, z markerami długości skalowanymi co 2, ułatwiającymi prawidłowe umieszczenie cewnika, z linią do płukania zakończoną kapturkiem zintegrowanym z portem zapobiegającym utracie kapturka, z obrotową zastawką separującą izolującą cewnik do płukania, z zamknięciem 45 stopni zapobiegającym przesuwaniu cewnika? W zestawie widełki do odłączenia systemu, ograniczające dyskomfort pacjenta, naklejki oraz martwa przestrzeń. Zestaw sterylny, jednorazowy. Na każdym zestawie nadruk nr serii i daty ważności, nazwa i opis w języku polskim?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 91 poz. 1 układu oddechowego do aparatu do znieczulenia, z polipropylenu, składającego się z dwóch rur o średnicy 15 mm i długości w zakresie 40-200, jednej dodatkowej rury rozciągliwej o długości do 150 cm długości, z łącznikiem Y, łącznikiem kolankowym z portem luer, z bezlateksowym workiem oddechowym o pojemności 1L, w opakowaniu foliowym, z możliwością zastosowania do 7 dni, mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 95 poz. 1 sterylnych masek nadkrtaniowych wykonanych z termoplastycznego, medycznego elastomeru SEBS bez DEHP, bezlateksowych, sterylnych, z nienadmuchiwanym mankietem żelowym, w rozmiarach 1 (2-5kg), 1,5 (5-12kg), 2 (20-25kg), 2,5 (25-35kg), 3 (30-60kg), 4 (50-90kg), 5 (90+kg), z kanałem gastrycznym umożliwiającym wprowadzenie sondy żołądkowej – wyjątek stanowi rozmiar 1 – z integralnym blokerem zgryzu, i stabilizatorem położenia, ułatwiającym wprowadzenie i zapobiegającym rotacji, podporą nagłośni, z wyraźnie wyeksponowanymi informacjami na masce w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru maski oraz dedykowanej masce pacjenta, złącze standardowe 15 mm, pakowaną pojedynczo?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 95 poz. 2 masek krtaniowych jednorazowych, sterylnych, z mankietem i rurką uformowaną jako jedną całość, wygiętą pod kątek ok. 70 stopni, z mankietem pozbawionym nierówności i ostrych krawędzi, z koniuszkiem mankieta nie podwijającym się podczas zakładania, w siedmiu rozmiarach : 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, z informacjami

dotyczącymi rozmiaru, wagi pacjenta, rekomendowanej objętości wypełniającej mankiet, maksymalnej objętości wypełnienia mankietu na rurce oraz na opakowaniu, z instrukcją użycia umieszczoną na opakowaniu, z identyfikacją rozmiaru na baloniku kontrolnym, ze znacznikiem prawidłowego usytuowania maski, bez szkodliwych dla zdrowia ftalanów DEHP, bez lateksu, w opakowaniu folia-papier?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 95 poz. 3 układu oddechowego dla dorosłych do aparatu do znieczulenia, składającego się z dwóch rozciągliwych rur o długości do 200 cm po rozciągnięciu, łącznika Y z łącznikiem kolankowym z portem Luer, z dodatkową rurą do worka o regulowanej długości do 150 cm, łącznika prostego 22M-22M, bezlateksowego worka oddechowego o pojemności 2L, mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 95 poz. 4 układu oddechowego jednorurowego, dwukanałowego, o śr. 22 mm i dł. 1,8 m, z łącznikiem kolankowym z portem Luer Lock i kapturkiem zabezpieczającym; z rurą wydechową do podłączenia do respiratora 50 cm, bezlateksowym workiem oddechowym o poj. 2L z oznaczeniem kołnierza 22F; z rurą do worka o regulowanej długości do 1,5 m; z testerem szczelności pozwalającym zweryfikować integralność wewnętrznej przegrody i zapobiegający mieszaniu się gazów wdechowych i wydechowych; układ jednorazowego użytku bez PVC i DEHP, pakowany pojedynczo, opakowanie foliowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 100 poz. 1 filtra mechanicznego z harmonijkową membraną o skuteczności filtracji >99,999% , przestrzeni martwej 63 ml, waga 30 g, opór przepływu 1,3 cm H₂O przy 30L/min oraz 2,9 cm H₂O przy 60L/min, złącza 22F/15M-22M/15F?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 100 poz. 2 łącznika martwa przestrzeń, rozciągliwą z PP o regulacji długości 70-150 mm, regulacji martwej przestrzeni 27-47 ml, złącza 22F-22M/15F, z podwójnie obrotowym łącznikiem kolankowym, mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 100 poz. 3 martwą przestrzeń z rury o gładkim ścianie wewnątrz, z podwójnie obrotowym kolankiem z podwójnym portem do odsysania i bronchoskopii (7,6 i 9,5 mm), z kapturkiem podwójnie zatraskowym z uszczelnieniem, o długości 250 mm, mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 109 poz. 1 filtra oddechowego mechanicznego mikrobiologicznie czystego o skuteczności filtracji >99,999% względem wirusów i bakterii, przestrzeń martwa 63 ml, minimalna objętość oddechowa >200 ml, waga 30 g, opór przepływu 1,3 cm H₂O przy 30L/min, bez PCV, z portem luer-lock zabezpieczony integralnym korkiem, o kształcie kwadratu, z możliwością stosowania po stronie pacjenta lub aparatu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 123 poz. 1 resuscytatora niemowlęcego pozbawionego szkodliwych ftalanów, z workiem rozprężalnym o poj. 280 ml z zaworem nadciśnieniowym 40 cm H₂O, z maską twarzą w rozmiarze 1, zapakowany z opakowanie foliowe kodowane kolorystycznie z uchwytem do powieszenia przy łóżku pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określa szczegółowo parametrów, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 123 poz. 2 resuscytatora pediatrycznego pozbawionego szkodliwych ftalanów, z workiem rozprężalnym o poj. 550 ml z zaworem nadciśnieniowym 40 cm H₂O, z maską twarzą w rozmiarze 3, zapakowany z opakowanie foliowe kodowane kolorystycznie z uchwytem do powieszenia przy łóżku pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określa szczegółowo parametrów, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 123 poz. 3 resuscytatora pediatrycznego pozbawionego szkodliwych ftalanów, z workiem rozprężalnym o poj. 1000 ml z zaworem nadciśnieniowym 40 cm H₂O, z maską twarzą w rozmiarze 4, zapakowany z opakowanie foliowe kodowane kolorystycznie z uchwytem do powieszenia przy łóżku pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określa szczegółowo parametrów, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 28, dotyczy załącznika nr 5 do SWZ

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisów §6 ust. 1 tak, aby otrzymał następujące brzmienie:

1. *Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:*

- 1) *za zwłokę w realizacji dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto Towaru, którego dotyczy zwłoka – za każdy dzień zwłoki,*
- 2) *za zwłokę w wymianie reklamowanego Towaru na nowy, wolny od wad w wysokości 0,5% wartości brutto danego Towaru objętego reklamacją – za każdy dzień zwłoki,*
- 3) *w przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 15% wartości niezrealizowanej wartości Umowy brutto.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje i nie wyraża zgody na wprowadzenie do projektowanych postanowień umowy jakichkolwiek zmian w zakresie wysokości kar umownych. W ocenie Zamawiającego, z uwagi na przedmiot umowy, zostały one zastrzeżone w należytej wysokości.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.