



# SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Sekretariat 67 210 62 05  
Centrala 67 210 66 66  
Fax 67 212 40 85  
e-mail: kancelaria@szpital.pila.pl  
www.szpitalpila.pl



Piła, dn. 21.12.2022 roku

FZP.III-241/82/22

## Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „STAPLERY”

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

### Pytanie nr 1.

Zadanie nr 1 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny, zagięty, jednorazowego użytku, z uchyloną główką, rozmiary:

21mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,4-2,2 mm, zszywki o wysokości 4,5 mm

24 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,4-2,2 mm, zszywki o wysokości 4,5 mm

26 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,6-2,4 mm, zszywki o wysokości 4,8 mm

29 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,6-2,4 mm, zszywki o wysokości 4,8 mm

32 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,8-2,6 mm, zszywki o wysokości 5,0 mm

Ergonomiczna, konstrukcja „pokrętła skrzydłowego”, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału, długość trzonu 18 cm. Rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową. Zamawiający określi rozmiar staplera podczas składania zamówienia?

**Odpowiedź: Nie dopuszcza**

### Pytanie nr 2.

Zadanie nr 1 Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler liniowy jednorazowego użytku zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, 60 lub 80 mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, do tkanki normalnej zszywki o wysokości 3,8 mm lub do tkanki grubej 4,8 mm przed zamknięciem; stapler posiada ruchomą dźwignię umożliwiającą odpalenie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Rozmiar zszywek do wyboru przez zamawiającego?

**Odpowiedź: Nie dopuszcza**

### Pytanie nr 3.

Zadanie nr 1 Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera liniowego jednorazowego użytku, zamykająco-tnącego z wbudowanym nożem 60 lub 80 mm, kompatybilny ze staplerem opisanym w pytaniu do pozycji 1. Rozmiar zszywek do wyboru przez zamawiającego?

**Odpowiedź: Nie dopuszcza**

**Pytanie nr 4.**

Pakiet 3 pozycja 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie retraktorów bez zintegrowanego sznurka o rozmiarach linii cięcia:

- 1- 2-4 cm
- 2- 2,5-6 cm
- 3- 5-9 cm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**