



WOJSKOWE CENTRUM  
KRWIODAWSTWA i KRWIOLECZNICTWA  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
00-671 Warszawa 1, ul. Koszykowa 78



Warszawa, dnia 21 lutego 2023 r.

## Uczestnicy postępowania publicznego Nr 3/D/2023

WCKiK – SZP.2612.1.3/D/2023

**Dotyczy:** *pytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu publicznym Sprawa Nr 3/D/2023.*

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ w postępowaniu publicznym prowadzonym w przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa odczynników oraz krwi kontrolnej wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych niezbędnych do wykonywania morfologii krwi Sprawa 3/D/2023

### **Pytanie nr 1:**

I. Dotyczy Umowy:

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

### **Odpowiedź**

**Tak Zamawiający dopuszcza**

### **Pytanie nr 2**

II. Dotyczy Załącznika nr 2:

Prosimy Zamawiającego o podanie rozkładu wykonywania podanej ilości badań – tj. ile ze 160 000 badań wykonywać będzie każdy z oddziałów.

### **Odpowiedź**

Zamawiający posiada 8 Terenowych Stacji WCKiK

### **Pytanie nr 3**

2. Dotyczy Załącznika nr 2, I. Odczynniki hematologiczne i krew kontrolna niezbędna do wykonania morfologii krwi, pkt. 9:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na skalkulowanie materiału kontrolnego zgodnie z terminem, w którym parametry oznaczeń nie przekraczają wyznaczonych przez producenta i określonych w arkuszu oznaczeń dopuszczalnych zakresów gwarantujących prawidłową pracę analizatorów. Dystrybucja materiału kontrolnego odbywa się wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnego na stronie internetowej Wykonawcy. Z uwagi na swoją specyfikę wewnętrzną, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważny materiał kontrolny.

Przystępując do zamówienia publicznego, na Wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedniego skalkulowania oferty, dlatego prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie krwi kontrolnej skalkulowanej w ilości uwzględniającej datę przydatności na opakowaniu i w

ilości gwarantującej codzienne wykonanie kontroli.

**Odpowiedź**

**Tak Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 4**

3. Dotyczy Załącznika nr 2, II. Dzierżawa analizatorów hematologicznych, pkt. 4:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który pomiar PLT dokonuje metodą konduktometryczną (impedancyjną), czyli metodą referencyjną używaną w większości analizatorów hematologicznych typu 3 DIFF, dostępnych na rynku, w której mogą wystąpić interferencje ze strony RBC? Analizator natomiast wszelkie nieprawidłowości wskazuje szeregiem oflagowań.

**Odpowiedź**

**Tak Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 5**

4. Dotyczy Załącznika nr 2, II. Dzierżawa analizatorów hematologicznych, pkt. 5:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który wskaźnik anizocytozy oznacza jako wartość RDW-CV oraz RDW-SD?

**Odpowiedź**

**Tak Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 6**

5. Dotyczy Załącznika nr 2, II. Dzierżawa analizatorów hematologicznych, pkt. 7:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który dokonuje pomiaru z 50 µl, natomiast w torze rozcieńczającym próbkę pobiera tylko 20 µl materiału do badań?

**Odpowiedź**

**Tak Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 7**

6. Dotyczy Załącznika nr 2, II. Dzierżawa analizatorów hematologicznych, pkt. 8:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym należy wykonać manualnie rozcieńczenie próbki?

**Odpowiedź**

**Tak Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 8**

7. Dotyczy Załącznika nr 2, II. Dzierżawa analizatorów hematologicznych, pkt. 9:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który nie posiada możliwości zdefiniowania min. 12 zakresów referencyjnych?

**Odpowiedź**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ**

**Pytanie nr 9**

8. Dotyczy Załącznika nr 2, II. Dzierżawa analizatorów hematologicznych, pkt. 10:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który nie posiada możliwości nadawania indywidualnych opisów dla badanych próbek?

**Odpowiedź**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ**

**Pytanie nr 10**

9. Dotyczy Załącznika nr 2, II. Dzierżawa analizatorów hematologicznych, pkt. 17:  
Mając do czynienia z różnym materiałem do badań oraz z różnym składem odczynników, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym jedyną metodą konserwacji jest podstawienie odczynnika odbiałczającego?

**Odpowiedź**

**Tak Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 11**

10. Dotyczy Załącznika nr 2, II. Dzierżawa analizatorów hematologicznych, pkt. 18: Prosimy o sprecyzowanie zapisu dotyczącego materiału kontrolnego „Wbudowany system kontroli jakości z zastosowaniem analizy Levy-Jennings’a oraz możliwość kontroli dla 6 różnych materiałów kontrolnych” – jakie 6 różnych materiałów kontrolnych Zamawiający ma na myśli?

**Odpowiedź**

**Dotyczy trzech różnych materiałów kontrolnych**

**Pytanie nr 12**

11. Dotyczy Załącznika nr 2, II. Dzierżawa analizatorów hematologicznych, pkt. 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który nie posiada możliwości drukowania raportów zbiorczych?

**Odpowiedź**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ**

**Pytanie nr 13**

12. Dotyczy Załącznika nr 2, II. Dzierżawa analizatorów hematologicznych, pkt. 24: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który posiada możliwość odczytywania kodów typu ISBT 128, ale nie ma możliwości drukowania raportów zbiorczych?

**Odpowiedź**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie nr 14**

13. Dotyczy Załącznika nr 2, II. Dzierżawa analizatorów hematologicznych, pkt. 29: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który posiada menu w języku angielskim, z dołączoną instrukcją w języku polskim?

**Odpowiedź**

**Tak Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 15**

14. Dotyczy Załącznika nr 2, II. Dzierżawa analizatorów hematologicznych, pkt. 31: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy analizatorów wynosił do 30 dni roboczych od daty podpisania umowy?

**Odpowiedź**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie nr 16**

I. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - wymagania dla odczynników:

Czy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający dopuści możliwość dostępu online 24h na dobę do aktualnych kart charakterystyk na stronie internetowej Wykonawcy?

Jeżeli tak proponujemy uzupełnienie zapisu dot. wymogu dostarczenia kart charakterystyki: „lub zapewni całodobowy dostęp online do karty charakterystyki na stronie internetowej pod adresem: .....”

**Odpowiedź**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie nr 17**

II. Dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ – projekt umowy:  
§3 ust. 9 lit. d):

Czy Zamawiający dopuści dosłanie wymaganych dokumentów wraz z biura Wykonawcy? Wykonawca kieruje swoją prośbę z powodów technicznych.

**Odpowiedź**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

### **Pytanie nr 18**

§3 ust. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności wynosił 30 dni i był liczony od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę?

Warto pamiętać, że nadmierne wydłużanie terminów płatności jest kosztowne, a koszty te muszą być przerzucane na klientów przedsiębiorcy, wśród których jest i Zamawiający. Jako że przyjętą praktyką jest regulowanie faktur w terminie 2 tygodni, odstępować od tej zasady winno się tylko z ważnych powodów.

### **Odpowiedź**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ**

### **Pytanie nr 19**

§ 4 ust. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii poprzez dodanie zapisu „w dni robocze”?

### **Odpowiedź**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ**

### **Pytanie nr 20**

§6 ust. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności odczynników do badań hematologicznych wynosił co najmniej 6 miesięcy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostępnym na stronie internetowej Wykonawcy? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia umowy o treść:

„z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnym na stronie www.....pl”.

### **Odpowiedź**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ**

### **Pytanie nr 21**

§6 ust. 3 w związku z §6 ust. 8:

Prosimy o ujednoczenie zapisu zgodnie z §6 ust. 8, tj. poprzez zastąpienie wyrażenia „od daty pisemnego zawiadomienia” na „od daty uznania reklamacji”.

§7 ust. 1 pkt 3:

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od kwoty brutto określonej w §3 ust.1 pkt 2

W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych i będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, naruszenie umowy do umowy może dotyczyć niewielkiej jej części, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia brutto umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony.

W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Prosimy również o tożsamą modyfikację w §7 ust. 1 pkt 4.

### **Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

Wskazać należy, że **kara umowna**, w świetle postanowień art. 483 Kodeksu cywilnego, jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wprowadzonym do umowy w ramach swobody kontraktowania, mającym na celu **wzmocnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w wyniku zawartej przez nie umowy i służy realnemu wykonaniu zobowiązań** (*vide*: wyrok SN z dnia 8 sierpnia 2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785; wyrok SA we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2013 r., I ACa 99/13, LEX nr 1313465; wyrok SA w Gdańsku z dnia 14 maja 2013 r., I ACa 174/13, LEX nr

1375649; wyrok SA w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2013 r., I ACa 365/13, LEX nr 1345561). Skłania ona tym samym stronę zobowiązaną do ścisłego wypełnienia zobowiązania. Treścią zastrzeżenia kary umownej jest zobowiązanie się dłużnika do zapłaty wierzycielowi określonej kwoty pieniężnej w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Zapłata kary umownej stanowi niejako automatyczną sankcję przysługującą wierzycielowi w stosunku do dłużnika w wypadku niewykonania przez niego lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn, za które dłużnik odpowiada. Zaznaczyć należy, że wysokość kary umownej zasadniczo jest dowolna. Kodeks cywilny nie określa granic kary umownej. W świetle postanowień art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego, kara umowna powinna być wyrażona w pieniądzu albo przez wskazanie parametrów odnoszących się do zabezpieczonego świadczenia, które umożliwiają ustalenie jej wysokości. W związku z tym, w umowie stanowiącej załącznik do SWZ wskazano określony procent wartości wynagrodzenia brutto należnego za przedmiot umowy, jako wysokość kary umownej za odstąpienie od umowy lub nienależyte jej wykonania. Zauważenia wymaga, iż ustalono jej wysokość na takim poziomie, aby nie stanowiła ona źródła wzbogacenia się poszkodowanego ani nie przewyższała wielkości świadczenia, którego wykonanie ma zabezpieczać (vide: wyrok SA w Katowicach z dnia 17 grudnia 2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna w wysokości określonej w umowie, ma realnie zabezpieczyć wykonanie umowy i została skalkulowana w taki sposób aby jej wysokość w minimalnym zakresie ma zrekompensować zamawiającemu koszty poniesione w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

#### **Pytanie nr 22**

§11 ust. 16:

Proponujemy dodanie dodatkowego wyjątku nie powodującego konieczności zmian aneksem, tj.

„Strony dopuszczają dokonanie zmian numerów katalogowych lub nazwy z zachowaniem cen jednostkowych bez konieczności wprowadzenia ww. zmian aneksem do umowy.

Jednocześnie Wykonawca poinformuje Zamawiającego o każdej ww. zmianie na adres e-mail: ..... Zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.”

W przypadku zgody, prosimy o dodanie tego wyjątku do §14 ust. 1.

#### **Odpowiedź**

#### **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

#### **Pytanie nr 23**

Dot. Pkt. 3

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu technologii trwałego zaworu obrotowego? Wymóg jednoznacznie wskazuje na jednego dostawcę sprzętu i uniemożliwia przystąpienie do przetargu dla innych producentów

#### **Odpowiedź**

#### **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

#### **Pytanie nr 24**

Dot. Pkt. 4

2. Prosimy o interpretację zapisu; „eliminujący możliwość interferencji PLT z RBC”, biorąc pod uwagę zasadę wymaganą przez Zamawiającego metody impedancji i jej wpływu na pomiar.

#### **Odpowiedź**

#### **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

#### **Pytanie nr 25**

Dot. Pkt. 7

3. Czy Zamawiający dopuści analizator, który aspiruje próbkę podawaną ręcznie, gdzie objętość aspirowanej krwi jest <20ul?

#### **Odpowiedź**

#### **Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie nr 26**

Dot. Pkt. 8

4. Prosimy o doprecyzowanie jaki % oznaczeń w skali roku jest wykonywany metodą rozcieńczenia próbki.

**Odpowiedź**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**W imieniu Zamawiającego**

M. Luciak 261 845 557