

Konin, dnia 31.05.2023 r.

WSZ-EP-7/612/2023

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/  
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „**Dostawę soczewek wewnątrzgałkowych, wyrobów medycznych wraz z dzierżawą sprzętu dla potrzeb zabiegów okulistycznych.**”, nr sprawy WSZ-EP-7/2023.

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust.6 ustawy z dnia 11września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 2 dopuści system implantacyjny rozdzielny (injector+ kartridż) pakowany oddzielnie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 soczewkę spełniającą wszystkie kryteria techniczne z systemem implantacyjnym rozdzielnym (injector + kartridż) i soczewką pakowanych osobno. W związku z tym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do SWZ 7/2023 – Formularz asortymentowo cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.