

L.dz. W/1902.../2021
Nr postępowania: 309/2021/PN/DZP

Olsztyn dn. 16.11.2021r.

*Do wiadomości
wszystkich uczestników postępowania*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. **Dostawa wraz z instalacją i szkoleniem fabrycznie nowego Ośrodka Badań Patomorfologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPO WiM 2014-2020. Nr sprawy: 309/2021/PN/DZP.**

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j. ze zm.) przedstawia wyjaśnienia dotyczące postawionych przez wykonawców pytań w ww. postępowaniu:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytania do części 3: Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania oprogramowania bez integracji z generatorem tj. bez ustawień kV i mAs generatora z poziomu oprogramowania ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, zgadza się na dopuszczenie do postępowania oprogramowania bez integracji z generatorem tj. bez ustawień kV i mAs generatora z poziomu oprogramowani.

Z poważaniem

KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec

Sporządzili: Anna Zalewska, Michał Gesek

SPECJALISTA
Anna Zalewska

mgr Anna Zalewska
ramach projektu nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPO WiM 2014-2020