



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kanclerz

Szczecin, dnia 10.01.2019 r.

sygn. DZP-262-18/2019

bip.pum.edu.pl

Dotyczy: „Dostawa trenażerów, fantomów i modeli na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” – DZ-262-48/2018.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 6, dotyczy Zadania 1, załącznika III A do SIWZ – „Zestawienie parametrów technicznych, poz. nr 24 – „Model do zakładania zgłębnika”

Czy Zamawiający wymaga, aby płukanie żołądka i odżywianie przez zgłębnik odbywało się z użyciem płynów? Według parametrów ogólnych opisanych przez Zamawiającego Model jest wykonany w formie przekroju co uniemożliwia wykorzystanie płynów podczas ćwiczeń.

Odpowiedź:

Czekamy na opisy

Zamawiający wymaga, aby płukanie żołądka i odżywianie przez zgłębnik odbywało się z użyciem płynów.

Ponadto zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji SIWZ:

- zmianie ulegają zapisy zawarte w Załączniku nr III A do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych w zakresie Zadania 1 w pkt 24 – „Model do zakładania zgłębnika u dorosłego i dziecka 6 szt” otrzymują nowe następujące brzmienie:

Poz. 24a	MODEL DO ZAKŁADANIA ZGŁĘBNIKA U DOROSŁEGO I DZIECKA– 6 4 szt.
PARAMETRY OGÓLNE	
Nazwa i typ urządzenia.....**	
Producent i kraj pochodzenia.....	
Rok produkcji 2018, urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe.	

123	Model do instruktażowy do demonstracji nauki zakładania zgłębnikowania zgłębnika żołądka i rurki tracheotomijnej u dziecka i dorosłego	TAK	
124	Wykonany w formie przekroju środkowego przez nos, usta, gardło, tchawicę, przełyk i żołądek torsu i głowy z min. anatomicznymi punktami orientacyjnymi, przełykiem, płucami i żołądkiem	TAK, podać	
125	Umożliwia demonstrację przeprowadzania zgłębnika lub sondy przez nos lub usta a następnie przełyk i do żołądka <i>Możliwość zastosowania do nauki procedur dostępu żołądkowo-jelitowego przez nos i usta</i>	TAK, podać	
126	Wyposażony w otwór tracheotomijny do celów demonstracji aspiracji wewnętrztrachealnej przy użyciu rurki dotchawiczej (<i>rurka i płyn smarujący w zestawie</i>)	TAK	
127	Symulator umożliwiający wykonanie następujących ćwiczeń: – Zmiana opatrunku, – Pielęgnacja, wprowadzanie i usuwanie zgłębnika żołądkowego, – Płukanie żołądka i odżywianie przez zgłębnik, – Wprowadzanie i usuwanie rurki pokarmowej, – Wprowadzanie, pielęgnacja i usuwanie rurki nosowo-jelitowej oraz przełykowej, – Wprowadzanie, zabezpieczanie i pielęgnacja rurki tracheotomijnej.	TAK	

- zostaje dodany punkt 24 b – „Model do zakładania zgłębnika u dziecka 2 szt”

Poz. 24b	MODEL DO ZAKŁADANIA ZGŁĘBNIKA U DZIECKA – 2 szt.		
PARAMETRY OGÓLNE			
Nazwa i typ urządzenia.....**			
Producent i kraj pochodzenia.....			
Rok produkcji 2018, urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe.			
123a	<i>Trenażer dziecka do pielęgnacji i wykonywania procedur medycznych w tym do nauki zakładania i pielęgnacji zgłębnika żołądka u dziecka i karmienia przez sondę</i>	TAK	
124a	<i>Model w formie pełnej postaci z anatomiczną prawidłową budową, ciała. Odzwierciedlający prawidłową fizjonomię dziecka.</i>	TAK	
125a	<i>Dodatkowo trenażer posiada możliwość nauki reanimacji i pielęgnacji, cewnikowania oraz pobierania krwi przez pępowinę</i>	TAK,	
126a	<i>Symulator umożliwiający wykonanie podstawowych ćwiczeń min: – pielęgnacja, wprowadzanie i usuwanie zgłębnika żołądkowego przez usta lub nos, -potwierdzenie prawidłowego umieszczenia sondy za pomocą osłuchiwania, - karmienie przez sondę (ustne i nosowe), - odsysanie ustne i nosowe,</i>	TAK, podać	
127a	<i>W zestawie sonda i płyn-lubrykant</i>	TAK	

- zmianie ulega Załącznik III B do SIWZ – „Szczegółowa oferta cenowa” w zakresie Zadania nr 1, poz. nr 24, która otrzymuje nowe następujące brzmienie:

24.	MODEL DO ZAKŁADANIA ZGŁĘBNIKA U DOROSŁEGO † DZIECKA	zgodnie z Załącznikiem nr III A do SIWZ -Zadanie 1	64
------------	--	--	-----------

- w Załączniku III B do SIWZ – „Szczegółowa oferta cenowa” zostaje dodana poz, nr 24a, która otrzymuje nowe następujące brzmienie:

24a.	MODEL DO ZAKŁADANIA ZGŁĘBNIKA U DZIECKA	zgodnie z Załącznikiem nr III A do SIWZ -Zadanie 1	2
-------------	--	--	----------

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W imieniu Zamawiającego:

KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Krzysztof Goralski

Załączniki:

- 1) Załącznik III A do SIWZ – Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, Zadanie 1 po zmianach z dnia 10.01.2019 r.
- 1) Załącznik III B do SIWZ – „Szczegółowa oferta cenowa” po zmianach z dnia 10.01.2019 r.