

Znak: ZOZ.V.010/DZP/16/21

Sucha Beskidzka dnia 17.03.2021r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu 1x użytku -uzupełnienie I.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchoj Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

**Pakiet 9**

**Pozycja 1-4**

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki z rozszerzeniem skali do 10%?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 9**

**Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki skalowana co 0,2ml?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 9**

**Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki w opakowaniu a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości do 1920 opak?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 17**

**Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki z igłą wymienną 045x13 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 17**

**Pozycja 5-7**

Czy Zamawiający ma na myśli sztuki czy opakowania?

**Odp. Sztuki.**

**Pakiet 17**

**Pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki w opakowaniu a'50 sztuk ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 17**

**Pozycja 8-10**

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki z zielonym tłokiem?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 17**

**Pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści wycenę igły w rozmiarze 07x30 lub 07x40 w miejsce rozmiaru 07x32?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 17**

**Pozycja 15-18**

Czy Zamawiający dopuści wycenę kranika tylko z optycznym indykatorem pozycji otwarty-zamknięty?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 17**

**Pozycja 18**

Czy Zamawiający dopuści wycenę igły w opakowaniu a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 17**

**Pozycja 20**

Czy Zamawiający dopuści wycenę igły w opakowaniu a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości do 100 opakowań?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 17**

**Pozycja 21**

Czy Zamawiający dopuści wycenę igły o specjalnej konstrukcji i szlifie ołówkowym z otworem bocznym, nasadka w kolorze różowym , rozmiar 1,2x30mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Z poważaniem:

