

L.dz.90-0902/1110/AO/2020

Olsztyn dn. 02.07.2020r.

Nr postępowania: 213/2020/PN/DZP

*Do wiadomości
wszystkich uczestników
postępowania*

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej dla Wydziału Nauk o Żywności w ramach projektu pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania.

Część nr 1 – Spektrofotometr

Pytanie nr 1:

Czy zakres spektralny 190-1100 nm jest dla Zamawiającego wystarczający?

Odpowiedź:

Tak, zakres spektralny 190-1100 nm jest dla Zamawiającego wystarczający.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie spektrometru UV-VIS wyposażonego w dwa detektory silikonowe detektory diodowe służące do pomiaru wiązki próbki i wiązki referencyjnej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie spektrometru UV-VIS wyposażonego w dwa detektory silikonowe detektory diodowe służące do pomiaru wiązki próbki i wiązki referencyjnej.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane oprogramowanie było zainstalowane na jednostce komputerowej posiadanej przez Zamawiającego? Jeśli tak, to prosimy o podanie parametrów komputera w celu sprawdzenia czy oprogramowanie będzie kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego komputerem. Jeśli nie, to czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę wraz z aparatem stacji roboczej na której będzie zainstalowane oprogramowanie?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie stacji roboczej.

Z poważaniem

p.o. KANCELARZA

mgr Andrzej Godziński

Sporządziła: Anna Opalach, Hanna Nowak