

ZP.26.2.59.2022.2

***Informacja o wpłynięciu pytań do zaproszenia do złożenia oferty cenowej pn „Dostawa specjalistycznej aparatury dla ZZOZ w Wadowicach.”***

Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach przekazuje zapytania od Wykonawców i udziela wyjaśnień dotyczących zaproszenia pn „Dostawa specjalistycznej aparatury dla ZZOZ w Wadowicach”.

**Pytanie nr 1:** Pakiet nr 2 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści energię wstrząsu 1-200J ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 2:** Pakiet nr 2 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści 20 poziomów energii wyładowania ?

**Odpowiedź:** NIE. Zamawiający ze względu na bezpieczeństwo pacjenta wymaga precyzyjnego doboru energii.

**Pytanie nr 3:** Pakiet nr 2 poz. 10 Czy Zamawiający dopuści zakres wzmocnienia sygnału EKG. Regulacja ręczna: 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x i automatyczna?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 4:** Czy Zamawiający dopuści monitorowanie EKG pacjenta za pomocą 3 lub 7 odprowadzeń oraz obserwację 1 krzywej ( I,II lub III) z kabla 3 żyłowego oraz 7 krzywych z kabla 5 żyłowego ?

**Odpowiedź:** NIE, Zamawiający wymaga więcej informacji o stanie zdrowia pacjenta jednocześnie, poprzez możliwość obserwacji jednocześnie min. 3 odprowadzeń.

**Pytanie nr 5:** Pakiet nr 2 poz. 11 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru HR 16-350 u./min.?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 6:** Pakiet nr 2 poz. 12 Czy Zamawiający dopuści pomiar oddechu w module Kapnometrii ? Moduł Kapnometrii jest opcją dodatkową.

**Odpowiedź:** NIE, Zamawiający wymaga pomiaru oddechu w aparacie, gdyż w chwili obecnej nie ma konieczności dokupienia modułu kapnometrii, który jest opcją dodatkową.

**Pytanie nr 7:** Pakiet nr 2 poz. 13 Czy Zamawiający dopuści pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną w zakresie min. 30 – 255 mmHg?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 8:** Pakiet nr 2 poz. 14 Czy Zamawiający dopuści pomiar saturacji metodą odporną na niską perfuzję i artefakty ruchowe Philips FAST ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 9:** Pakiet nr 2 poz. 15 Czy Zamawiający dopuści Podsumowanie zdarzeń w pamięci wewnętrznej: Defibrylator może rzechowywać maksymalnie 8-godzinny zapis 2 ciągłych krzywych EKG, 1 krzywej lityzmograficznej, 1 krzywej kapnogramu, krzywych badawczych (tylko tryb AED), zdarzeń i danych trendów dla każdego podsumowania zdarzeń. Maksymalna pojemność wynosi około 50 podsumowań zdarzeń o długości około 30 minut?



**Odpowiedź:** NIE, Zamawiający wymaga większej ilości danych oraz dłuższego czasu monitorowania (tj. min. 12 godzin), co daje możliwość uzyskania wcześniejszych informacji w celu pozyskania szerszego zakresu danych niejednokrotnie koniecznych do bardziej wnikliwej analizy stanu zdrowia pacjenta.

**Pytanie nr 10:** Pakiet nr 2 poz. 20 Czy Zamawiający dopuści oryginalny stojak producenta wykonany ze stali malowanej proszkowo i uchwytem z zabezpieczeniem ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 11:** Pakiet nr 2 poz. 21 Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez możliwości rozbudowy o pomiar temperatury oraz inwazyjnego ciśnienia ?

**Odpowiedź:** NIE, Zamawiający wymaga możliwości rozbudowy sprzętu o dodatkowe pomiary, w przypadku zaistnienia okoliczności, w których posiadanie tych modułów będzie np. warunkiem koniecznym przy świadczeniu usług medycznych. Modernizacja aparatu jest zdecydowanie bardziej ekonomicznym rozwiązaniem zakup nowego aparatu z dodatkowymi opcjami.

**Pytanie nr 12:** Pakiet nr 2 poz. 22 Czy Zamawiający dopuści funkcję auto-testu w której urządzenie samoczynnie wykonuje test samoczynnie bez uruchamiania się, drukowania raportu bez możliwości ustawienia pory auto-testu?

**Odpowiedź:** NIE, Zamawiający wymaga drukowania autotestu w celu udokumentowania sprawności urządzenia, zgodnie z przyjętą procedurą szpitala parametr oceniane

**Pytanie nr 13:** Pakiet nr 3 Czy Zamawiający dopuści cięższy ssak? ssak o wadze 9,06kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 14:** Pakiet nr 3 Czy Zamawiający dopuści inne wymiary oraz całość umieszczona na wózku jezdnym z 5 kołami (każde blokowane)? ssak na wózku o całkowitych wymiarach 32 x 30 x 99 [cm]?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 15:** Pakiet nr 3 Czy Zamawiający dopuści mniejsze podciśnienie i większy przepływ? ssak o przepływie 40l/min oraz podciśnieniu -80kPa?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 16:** Pakiet nr 3 Czy Zamawiający dopuści ssak bez szyny instrumentalnej?

**Odpowiedź:** NIE, Zamawiający wymaga szyny instrumentalnej pozwalającej na montaż różnego typu akcesoriów, np. w praktyczny kosz czy uchwyt itp.

Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice> do dnia **21.12.2022r. godz. 10:00**. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w **dniu 21.12.2022r. godz. 10:30**.

*Pełnomocnik Dyrektora  
ds. Infrastruktury i Logistyki*

**mgr inż. Tomasz Matera**