



## **Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie**

Kraków, dnia 14 Czerwca 2022r.

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-korekta DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wyposażenia dla RCKiK w Krakowie”, numer sprawy ZP-10/22.

Stosując się do dyspozycji przepisu art. 135, ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021, poz.1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zawiadamia, że w prowadzonym w trybie podstawowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę wyposażenia dla RCKiK w Krakowie” (znak sprawy j.w.), wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

#### **Pytania do OPZ załącznik 3E część C**

Chłodziarka ‘Bank Krwi’ – 1 sztuka

1. Czy, ze względu na przeznaczenie urządzenia do przechowywania KKCz w ilości 600-700 jednostek

Zamawiający wymaga by chłodziarka miała pojemności nie mniejszą niż 1365 litrów?

**Odpowiedź:**

*Tak, chłodziarka ma mieć co najmniej 1365l pojemności*

2. Czy, ze względu na przeznaczenie urządzenia do przechowywania KKCz w ilości 600-700 jednostek Zamawiający wymaga, by chłodziarka wyposażona była w co najmniej 14 szuflad wykonanych ze stali nierdzewnej 18/10 AISI 304., podzielonych wewnętrznie na 4 kolumny do przechowywania i wyposażonych w 8 regulowanych plastikowych przegródek, aby oddzielić worki od siebie, z możliwością wyjęcia i regulacji wysokości bez użycia jakichkolwiek narzędzi?

**Odpowiedź:**

*Tak*

**Poz.C:**

16. Czy Zamawiający dopuści urządzenie dwukomorowe przeznaczone do przechowywania koncentratów krwinek czerwonych, o pojemności jednej komory 330 litrów, czyli łącznie 660 litrów?

**Odpowiedź:**

*Tak, zamawiający dopuszcza w/w urządzenie*

W wyniku powyższego powstała sprzeczność co do żądanej przez Zamawiającego minimalnej pojemności urządzenia. W związku z tym odpowiedź na zapytanie:

**„Poz. C:**

16. Czy Zamawiający dopuści urządzenie dwukomorowe przeznaczone do przechowywania koncentratów krwinek czerwonych, o pojemności jednej komory 330 litrów, czyli łącznie 660 litrów?”

**Odpowiedź:**

*Chłodziarka ma mieć co najmniej 1365l pojemności, dopuszcza się urządzenia dwukomorowe.*