



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu  
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448  
tel. 571 334 858  
www.spzoz.zgorzelec.pl  
*Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”*

Numer sprawy 2/ZP/2021  
DZP/ 116 /2021

Zgorzelec, dnia 29.04.2021r.

### Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na: dostawy sprzętu jednorazowego do badań koronarograficznych i zabiegów angioplastyki - zakup oraz depozyt (z opcją kupna na potrzeby własne)**

#### ZAPYTANIE NR 1

W związku z zapytaniem od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2009r. (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) odpowiada na następujące pytania:

##### PYTANIE 1

1. Czy Zamawiający w pakiecie 3 oczekuje zaofiarowania cewnika przedłużającego z silikonową końcówką?

**Odp. Zamawiający dopuszcza cewnik przedłużający z miękką atraumatyczną silikonową końcówką, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ.**

##### PYTANIE 2

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 1: Cewniki prowadzące o średnicy od 5F do 8F. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ.**

##### PYTANIE 3

1) PAKIET NR 3 - CEWNIKI SPECJALISTYCZNE (DEPOZYT) CEWNIKI przedłużające cewnik prowadzący – 40 sztuk. Pytanie do pakietu nr. 3 1. Czy zamawiający potwierdza, że zgodnie z treścią punktu 2. dotyczącego pakietu nr 3. kryteriów oceny ofert wymaga od oferentów zaofiarowania takich czterech rozmiarów tego samego cewnika, żeby oferowany cewnik był "Dostępny w średnicach umożliwiających zastosowanie odpowiednio z cewnikami prowadzącymi 5F, 6F, 7F, 8F"?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje, iż wymaga zaofiarowania cewnika przedłużającego dla cewnika prowadzącego, dostępnego w średnicach umożliwiających zastosowanie odpowiednio z cewnikami prowadzącymi 5F, 6F, 7F, 8F.**

2) Czy w związku z faktem że zamawiający zgodnie z treścią punktu 6. dotyczącego pakietu nr 3. kryteriów oceny ofert wymaga, żeby oferowany cewnik posiadał parametry do oceny: "Średnica wewnętrzna minimum 0,045" dla 5F; 0,050" dla 5,5F; 0,055" dla 6F; 0,060" dla 7F i 0,070" dla 8F (1pkt. dla każdej wartości 0,001" powyżej podanych)" Zamawiający potwierdza, że punkty będą liczone oddzielnie dla każdej średnicy cewników: po jednym gdy średnica jest równa wymaganemu minimum, po jednym za każdy 0,001" więcej wewnętrznej średnicy od wymaganego minimum i zero jeśli średnica jest poniżej minimum?

**Odp. Zamawiający informuje, iż punkty liczone dla każdej średnicy osobno - będą podsumowane jako całość punktacji w tym pakiecie. Nadto podnosi, iż zgodnie z określonym kryterium „1pkt. dla każdej wartości 0,001" powyżej podanych" - oznacza 0 pkt. za zaofiarowanie średnicy równej wymaganemu minimum, zaś zaofiarowanie średnicy poniżej wymaganego minimum - jest niezgodne z wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego i będzie powodem odrzucenia oferty.**

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora

Radosław Jabłoński  
Z-ca Kierownika Działu  
Zamówień Publicznych  
i Zaopatrzenia

Aneta Mrygoń  
St. specjalista  
ds. zamówień publicznych

Otrzymują:

- 1) Dedykowana Platforma Zakupowa [https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz\\_zgorzelec](https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec)
- 2) A/a

Sprawę prowadzi: Aneta Mrygoń

e-mail:

zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl