

Znak: EZP.270.67.2022

Otwock-Świerk, dnia 04.11.2022r.

Zamawiający

**Narodowe Centrum Badań Jądrowych  
05-400 Otwock-Świerk  
ul. Andrzeja Sołtana 7**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na  
**„Dostawę przyrządów do badań lub testowania”.**

I. Na podstawie art. 284 ust. 1 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień na złożone pytania:

**Pytanie 1:**

Część nr 3.1.

Czy zamawiający dopuszcza złożenie Oferty, zgodnie z którą oferowane urządzenia nie będą spełniały warunku wymagań:

Najniższy mierzony sygnał: 0.5nJ/piksel, 8uJ/cm<sup>2</sup>

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza złożenie takiej oferty, jeśli spełnia pozostałe wymagania.

**Pytanie 2:**

Część nr 3.2.

Czy zamawiający dopuszcza złożenie Oferty, zgodnie z którą oferowane urządzenia nie będą spełniały warunku wymagań:

Najniższy mierzony sygnał: 0.5nJ/piksel, 8uJ/cm<sup>2</sup>

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza złożenie takiej oferty, jeśli spełnia pozostałe wymagania.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część dokumentacji postępowania (SWZ) i należy ją uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego  
lub osoby przez niego upoważnionej)