

Łódź, 19 kwietnia 2021 r.

Sygnatura ZP/24/2021

Sprawa: **Dostawa wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem drukarek do szkiełek mikroskopowych i drukarki do kasetek dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.**

- I. Działając w oparciu o art. 284 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019), Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje modyfikacji w zakresie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:

„Dotyczy pozycji nr 1 – Drukarka do szkiełek mikroskopowych
Pozycja 19

Prosimy o dopuszczenie drukarki o wymiarach 140 x 200 x 295 mm.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza większy zakres tolerancji niż wskazany w Przedmiocie zamówienia – zał. nr 2 do SWZ – poz. 1 pkt 19.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje Przedmiot zamówienia – zał. nr 2 do SWZ, poz. 1 - Drukarka do szkiełek mikroskopowych, pkt 19 poprzez zwiększenie zakresu tolerancji wymiarów z: +/- 10 mm do: +/- 30 mm, co powoduje, że pkt 19 otrzymuje brzmienie: „Wymiary: 140 x 230 x 300 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Tolerancja wymiarów: +/- 30 mm.”

Pytanie nr 2:

„Prosimy o modyfikację zapisów § 9 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, aby kary umowne były naliczane od wartości wynagrodzenia netto, a nie brutto. W związku z tym Zamawiający modyfikuje Wzór umowy – zał. nr 4 do SWZ:

- 1) § 9 ust. 1 poprzez wykreślenie: „brutto” i dopisanie: „netto”, co powoduje, że zapis ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Za zwłokę w dostawie, montażu, instalacji i uruchomieniu towaru Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1, liczoną za każdy dzień zwłoki.”*
- 2) § 9 ust. 2 poprzez wykreślenie: „brutto” i dopisanie: „netto”, co powoduje, że zapis ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Za naruszenie obowiązku określonego w § 10 ust. 3 i 4 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1, liczoną za każdy dzień braku możliwości pełnego wykorzystywania urządzenia we wszystkich jego funkcjach.”*
- 3) § 9 ust. 3 poprzez wykreślenie: „brutto” i dopisanie: „netto”, co powoduje, że zapis ust. 3 otrzymuje brzmienie: „W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1.”*
- 4) § 9 ust. 4 poprzez wykreślenie: „brutto” i dopisanie: „netto”, co powoduje, że zapis ust. 4 otrzymuje brzmienie: „W przypadku niewykonania przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy, montażu, instalacji i uruchomienia towaru lub nienależytego wykonania innego niż wskazane powyżej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1.”*
- 5) § 9 ust. 6 poprzez wykreślenie: „brutto” i dopisanie: „netto”, co powoduje, że zapis ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Wszystkie kary umowne zastrzeżone w niniejszym paragrafie są niezależne*

od siebie, aczkolwiek suma wszystkich kar poniesionych przez Wykonawcę nie będzie przekraczała 20% wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w § 8 ust. 1."

Pytanie nr 3:

„Dotyczy wzoru umowy:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w § 6, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą.

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 8 ust. 1.

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą."

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ i Wzorem umowy – zał. nr 4 do SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje terminy wskazane w SWZ poprzez:

- 1) zmianę w SWZ w rozdz. 11 ust. 11.1., terminu związania ofertą z 20.05.2021 r. na 21.05.2021 r.
- 2) zmianę w SWZ w rozdz. 13 ust. 13.1., ostatecznego terminu składania ofert z 21.04.2021 r. godz. 09:30 na 22.04.2021 r. godz. 09:30
- 3) zmianę w SWZ w rozdz. 13 ust. 13.7., terminu otwarcia ofert z 21.04.2021 r. godz. 10:00 na 22.04.2021 r. godz. 10:00.

Wszelkie zmiany wprowadzone do SWZ, Przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 do SWZ oraz Wzoru umowy – zał. nr 4 do SWZ – jako obligatoryjne muszą być podstawą do przygotowania oferty przez Wykonawców.

W związku z powyższym termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie:

Składanie ofert:	22.04.2021 r. do godz. 09:30.
Otwarcie ofert:	22.04.2021 r. o godz. 10:00.

Z-ca Dyrektora
Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi