

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
podinsp. Andrzej BORYCKI  
.....  
Zatwierdzam

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Alkomat bezustnikowy – 50 sztuk

1. Urządzenie musi umożliwiać bezkontaktowy pomiar obecności lub nieobecności alkoholu w wydychanym powietrzu tj. bez użycia ustnika.
2. Pomiar musi nastąpić poprzez pobranie próbki wydychanego powietrza w pojeździe, pomieszczeniu lub na wolnym powietrzu.
3. Urządzenie musi dokonywać pomiaru za pomocą czujnika elektrochemicznego.
4. Urządzenie powinien gwarantować dokonanie minimum 4000 pomiarów bez wymiany jednostki zasilającej tj. kompletu baterii lub ładowania akumulatorów.
5. Zasilanie: ogólnie dostępne w handlu baterie tj. LR 3, LR6, 6LR61 lub ich akumulatorowe zamienniki.
6. Urządzenie musi być fabrycznie nowe.
7. Czas pomiaru nie może być dłuższy niż 5 sekund.
8. Czas przygotowania urządzenia do pomiaru nie może być dłuższy niż 8 sekund.
9. Pomiar stężenia alkoholu w próbce powietrza musi być dokonywany zarówno w sposób automatyczny, jak i manualny.
10. Urządzenie musi posiadać dwa tryby pobierania powietrza – aktywny oraz pasywny. Tryb aktywny ma umożliwiać badanie za pomocą silnego wydechu, natomiast pasywny ( gdy Urządzenie samo pobiera próbkę ), uruchamiany za pomocą odpowiedniego przycisku, w sytuacji kiedy osoba badana nie może dostarczyć odpowiedniej próbki powietrza np. osoba nieprzytomna.
11. Urządzenie musi być wyposażone we wskaźnik, który będzie sygnalizował wyniki pomiaru ( np. typu LED za pomocą kolorów ), tj. określał w sposób jednoznaczny w jakim stanie znajduje się osoba badana, jak również granicę zmierzonego stężenia alkoholu.
12. W przypadku zastosowania w urządzeniu wyświetlacza – menu i bieżące informacje o pracy urządzenia muszą być w języku polskim.
13. Możliwość pracy urządzenia w temperaturach min. od -5°C do + 40°C.
14. Urządzenie musi znajdować się w walcowatej obudowie, która będzie pełnić funkcję ochronną; obudowa winna być ergonomiczna i zwarta pozbawiona jakichkolwiek dołączanych elementów wyposażenia typu lejki czy ustniki, wyposażona w opaskę na rękę zapobiegającą upuszczeniu urządzenia.
15. Maksymalna waga urządzenia nie może przekraczać 400 g wraz z bateriami
16. Urządzenie musi posiadać oznaczenie CE.
17. Urządzenie musi posiadać co najmniej 24 – miesięczną gwarancję.
18. Serwis urządzenia musi znajdować się w Polsce.
19. Do dostarczonych urządzeń muszą być dołączone:
  - a) karty gwarancyjne, zawierające numer seryjny, termin i warunki ważności gwarancji, adresy i numery telefonów punktów serwisowych świadczących usługi gwarancyjne i pogwarancyjne.
  - b) Instrukcje użytkownika w języku polskim.
  - c) Pokrowiec do przechowywania urządzenia.

KIEROWNIK  
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
.....  
mł. asp. Marek LEWIŃSKI