



Znak: AE/ZP-27-60/23

Tarnów, 2023-09-04

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 215.000EURO) na dostawę łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych**

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy pkt 22 Załącznika Nr 4 dla poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści barierki boczne : po dwie tworzywowe barierki z każdej strony łóżka zabezpieczające pacjenta na całej długości z wolną przestrzenią pomiędzy barierką a szczytem zgodnie z normą EN 60601-2-52 o wysokości 330 mm nad leżem?
2. **Dotyczy pkt 22 Załącznika Nr 4 dla poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści barierki boczne : po dwie barierki z każdej strony łóżka zabezpieczające pacjenta na całej długości z wolną przestrzenią pomiędzy barierką a szczytem zgodnie z normą EN 60601-2-52, barierki tworzą listwy równoległe do leża?
3. **Dotyczy pkt 22 Załącznika Nr 4 dla poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści barierki boczne : po jednej barierce z każdej strony łóżka zabezpieczające pacjenta na całej długości z wolną przestrzenią pomiędzy barierką a szczytem zgodnie z normą EN 60601-2-52?
4. **Dotyczy pkt 33 Załącznika Nr 4 dla poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe z frontami szuflad i drzwiczek wykonanymi z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorach szczytów łóżek (dostępnych 8 kolorów)
5. **Dotyczy pkt 5 Załącznika Nr 4 dla poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne bez możliwości przedłużenia leża?
6. **Dotyczy pkt 11 Załącznika Nr 4 dla poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko posiadające elektryczną regulację wysokości w zakresie 385-835mm?
7. **Dotyczy pkt 11 Załącznika Nr 4 dla poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko posiadające elektryczną regulację wysokości w zakresie 375-835mm?
8. **Dotyczy pkt 17 Załącznika Nr 4 dla poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko posiadające indywidualną blokadę kół?
9. **Dotyczy pkt 22 Załącznika Nr 4 dla poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko posiadające poręcze na całej długości?
10. **Dotyczy pkt 22 Załącznika Nr 4 dla poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko posiadające poręcze na całej długości z wolną przestrzenią wynoszącą około 5 mm pomiędzy szczytami a barierką?
11. **Dotyczy pkt 25 Załącznika Nr 4 dla poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko posiadające wieszak kroplówki z haczykami wykonanymi z tworzywa?
12. **Dotyczy pkt 28 Załącznika Nr 4 dla poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wyposażenia łóżka w wysuwaną półkę na pościel.
13. **Dotyczy pkt 33 Załącznika Nr 4 dla poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaferowania szafki przyłóżkowej, która nie jest obrotowa.
14. **Dotyczy pkt 33 Załącznika Nr 4 dla poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową, której szkielet wykonany jest z blachy?
15. **Dotyczy pkt 35 Załącznika Nr 4 dla poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 740-1040 mm?
16. **Dotyczy pkt 39 Załącznika Nr 4 dla poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach 340x590 mm?
17. **Dotyczy pkt 12.11.2 SWZ.** Prosimy Zamawiającego o umożliwienie dołączenia do oferty materiałów informacyjnych autoryzowanego dystrybutora. Umożliwi to złożenie większej ilości

konkurencyjnych ofert przez Wykonawców w tym postępowaniu, gdyż nie każdy z Wykonawców jest producentem sprzętu, który oferuje.

18. **Dotyczy pkt 12.11.3 SWZ.** Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty fotografii oferowanego przedmiotu.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 -2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **poz. 1** łóżek posiadających po dwie barierki z każdej strony łóżka.

Ad 3 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 22 Załącznika Nr 4 dla łóżek szpitalnych oferowanych w **poz. 1**

Ad 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **poz. 2** szafek przyłóżkowych z frontami szuflad i drzwiczek wykonanymi z blachy stalowej malowanej proszkowo.

Ad 5 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 5 Załącznika Nr 4 dla łóżek szpitalnych oferowanych w **poz. 1**

Ad 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 1** łóżek szpitalnych z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 385-835 mm, pod warunkiem elektrycznej regulacji wysokości minimum w zakresie 430 mm - 760 mm (w odniesieniu od podłogi do górnej krawędzi leża) i spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 1** łóżek szpitalnych z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 375-835 mm, pod warunkiem elektrycznej regulacji wysokości minimum w zakresie 430 mm - 760 mm (w odniesieniu od podłogi do górnej krawędzi leża) i spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 8 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 17 Załącznika Nr 4 dla łóżek szpitalnych oferowanych w **poz. 1**

Ad 9-10 Zamawiający oczekuje zaoferowania w **poz. 1** Formularza Cenowego łóżek szpitalnych posiadających po jednej barierce bocznej z każdej strony łóżka, przy czym poręcze muszą być na całej długości łóżka, bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytami a barierką. Barierkę mają tworzyć listwy równoległe do leża

Ad 11 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 25 Załącznika Nr 4 dla łóżek szpitalnych oferowanych w **poz. 1.**

Ad 12 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 28 Załącznika Nr 4 dla łóżek szpitalnych oferowanych w **poz. 1.**

Ad 13 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 2** szafek przyłóżkowych nie posiadających korpusu obrotowego względem podstawy, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 14 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 33 Załącznika Nr 4 dla szafek przyłóżkowych oferowanych w **poz. 2.**

Ad 15 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 2** szafek przyłóżkowych z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 740-1040 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 16 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 39 Załącznika Nr 4 dla szafek przyłóżkowych oferowanych w **poz. 2.**

Ad 17 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 12.11.2 SWZ.

Ad 18 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 12.11.3 SWZ.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie

Marcin Kuta

