

Wrocław, dnia 08.11.2023 r.

### **Uczestnicy postępowania**

Dotyczy: PN 85/23-Zakup, dostawa, montaż, uruchomienie aparatu do znieczulenia ze stanowiskiem monitorowania oraz monitora do pomiarów hemodynamicznych.

I.Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 - Monitor do pomiarów hemodynamicznych w miejsce dotychczasowych wymagań podstawowych dopuści monitor do pomiarów hemodynamicznych z wyposażeniem o następujących parametrach:

#### **Odpowiedź :**

Zamawiający oczekuje spełnienia wszystkich funkcji opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia i nie dopuszcza Monitora do pomiarów hemodynamicznych w wymienionych parametrach gdyż nie reprezentują one wszystkich wymagań klinicznych.

#### **Pytanie nr 2**

Dotyczy umowy § 9 OBSŁUGA SERWISOWA I GWARANCJA ust. 9 prosimy o zmianę zapisu na : "W przypadku 3 - krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu/modułu, Wykonawca obowiązany jest wymienić ten element (podzespół) na nowy, wolny od wad.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapis we wzorze umowy bez zmian.

Sporządziła: Elwira Stołba