



深圳脉动医学技术有限公司  
Shenzhen Medoo Medical Tech. Co., Ltd

### Specyfikacja Techniczna cewnika balonowego MeCross CTO (semi-compliant)

Średnica balonu	Ø 1,0 – 4,0 mm (1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 4,0)
Długość balonu	mm 10-30 (10,15, 20, 30)
Średnica zewnętrzna proksymalnego szafu	2,0 F
Średnica zewnętrzna dystalnego szafu	2,55F dla 1,0-1,75mm oraz 2,6F dla 2,0-4,0mm
Długość robocza	140 cm
Zgodność z przewodnikiem	0,014 cala
Materiał balonu	Pebax
Zakładki balonu	Trzykrotna (3 zakładki); Dwukrotna (2 zakładki)
Podatność	półpodatny
Profil końcówki	0,016 cala
Długość końcówki	2,0mm
Profil przejścia	0.0186 inch (1.0mm) 0.0190 inch (1.25mm) 0.0193 inch (1.5mm) 0.0196 inch (1.75mm) 0.0199 inch (2.0mm) 0.0202 inch (2.25mm) 0.0205 inch (2.5mm) 0.0208 inch (2.75mm) 0.0210 inch (3.0mm) 0.0214 inch (3.25mm) 0.0217 inch (3.5mm) 0.0220 inch (3.75mm) 0.0223 inch (4.0mm)6
Wskaźniki	2 platynowo-irydowe wskaźniki
Powłoka	Hydrofilne pokrycie balonu, shaftu i końcówki balonu
Ciśnienie nominalne	6 atm
Nominalne ciśnienie rozrywające	16 atm
Średnie ciśnienie rozrywające	18 atm
Typ	Szybka wymiana (Rx)
Wskaźnik wyjścia	Dwa wskaźniki umiejscowione na 90 cm i 100 cm