Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wielkość depozytu
1	1	Pakiety sterylnych obłożeń do angiografii wraz z zestawem jałowego sprzętu jednorazowego	Specyfikacja zawartości (skład zestawu): - 1 x serweta angiograficzna o wymiarach min. 330 x 210 cm z dwoma otworami na wysokości tętnic udowych i warstwą chłonną oraz folią na bokach dostosowana do stołu zabiegowego Philips - 2 x fartuchy rozmiar XL, włókninа przepuszczająca powietrze w przedniej części impregnowana nieprzemakalna - 8 x ręcznik biały wymiar min 50 cm x 80 cm nie pozostawiający włókien - 1 x igła 0,8 x 40mm - 1 x igła 1,2 x 50mm - 1 x skalpel – ostrze chirurgiczne nr 11, na uchwycie, z bezpiecznym zamknięciem redukującym ryzyko zakłucia i infekcji, obsługiwanym 1 ręką, pozwalające na zabezpieczenie ostrza do utylizacji, zgodne z dyrektywą 2010/32/UE - 3 x strzykawka luer 10 ml (3 różne kolory lub 1 kolor plus 3 jałowe naklejki, w kolorach żółtym niebieskim i czerwonym) - 1 x strzykawka angiograficzna o pojemności 10 ml z przezroczystym cylindrem z polikarbonatu, wkręcana z gumowym tłokiem i ergonomicznym trzonem tłoka o przekątnej min 4 cm - 2 x zestaw do przetaczania płynów 150 cm - 1 x miska okrągła, przezroczysta - min 250 ml - 1 x miska okrągła, niebieska – min 250 ml - 50 x gaziki min 10x 10 cm - 1 x serweta przykrycie na stolik min100x120cm - 2 x serweta min 75 x75 cm - 2 x osłona foliowa ochronna z gumką o wym.75x80cm - 2 x osłona foliowa ochronna z gumką o wym.85x90cm - 1 x miska okrągła na prowadnik - 1x szpatułka do dezynfekcji pola operacyjnego - 1 x przedłużacz niskociśnieniowy 150-180 cm luer male-female - 1 x sterylny opatrunek samoprzylepny do ufiksowania koszulki naczyniowej (jak do wenflonu) - 1 x rampa trójkranikowa przezroczysta z adaptorem rotacyjnym umożliwiającym obracanie cewnika przy zachowaniu szczelności , umożliwiająca wstrzykiwanie kontrastu pod ciśnieniem 1000 psi (70 bar) mozliwa do obsługiwania 1 ręką - 1 przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną z zestawem infuzyjnym i systemem płuczącym. Połączenie z kablem interfejsowym wodoszczelne. Przetwornik musi być kompatybilny z posiadanym w pracowni sprzętem lub dostawca musi dostarczyć w ramach ceny pakietu na czas trwania umowy minimum 4 kable umożliwiające podłączenie czujników do angiografu (2 szt), IABP (1 szt) i systemu monitorującego (1 szt) a także minimum 4 płytki i 4 uchwyty do mocowania przetworników Około połowy zestawów – typ P (dokładna liczba ustalana na bieżąco zależnie od potrzeb zamawiającego) ma zawierać dodatkowo – zestaw do angioplastyki pakowany osobno składający się z o 1 przedłużacz ciśnieniowy do 1000psi 50cm luer male-female o 1 x torquer do prowadników 0,014” o 1 x Y-connector z polikarbonatu, przezroczysty, o średnicy wewnętrznej minimum 9F, z adapterem rotacyjnym, z zastawką skręcaną ręcznie o jakości umożliwiającej wielokrotne wprowadzanie prowadników, balonów i stentów bez utraty szczelności. o 1 x igła tępa 20G x7,5 cm o jakości umożliwiającej wprowadzanie prowadników bez uszkodzenia ich powłoki Pozostałe zestawy – typ K (dokładna | liczba ustalana na bieżąco zależnie od potrzeb zamawiającego) mają dodatkowo zawierać – serwetę absorpcyjną o dużej zdolności wchłaniania płynów z paskiem klejącym o wymiarach minimum 45x40 cm pakowaną jałowo osobno – serwetę do nakłucia ok. 75 x 75 cm z otworem samoprzylepnym o wym. 3 x 5 cm i z warstwą wysokochłonną wokół otworu pakowaną jałowo osobno – dodatkowy fartuch rozmiar XL z włókniny przepuszczającej powietrze zapakowany jałowo osobno. Na życzenie zamawiającego możliwość zamawiania zestawów zmontowanych bez dodatkowej opłaty – umożliwiających bardzo szybkie przygotowanie do zabiegu np. w ostrych zespołach wieńcowych i innych stanach zagrożenia życia Montaż polegający na przykręceniu do płytki następujących elementów: - linia ciśnieniowa przez przedłużacz niskociśnieniowy do 1 portu rampy licząc od adaptera rotacyjnego - zestaw do przetaczania płynów do 3 portu rampy licząc od adaptera rotacyjnego - zestaw do przetaczania płynów do portu służącego do płukania przy przetworniku	szt	2200	217,00	8%	234,36	477 400,00	515 592,00	60
34	34	Balony uwalniające lek do leczenia restenozy w stencie	Warunki: - balony zarejestrowane (certyfikat CE) do leczenia restenozy w stentach w tętnicach wieńcowych i do leczenia małych naczyń - uwalniające w sposób kontrolowany Paklitaksel lub Sirolimus - dawka leku co najmniej 3,0µg na mm² powierzchni balonu uwalniana w czasie nie przekraczającym 60s - dobra wprowadzalność: profil przejścia (crossing profile) dla balonu o średnicy 2.0mm nie większy niż 0.033”; profil wejścia (entry profile) nie większy niż 0,016” - dostępne średnice od 2,0 do 4.00 mm lub szerszy zakres - dostępne długości od 10 do 30 mm lub szerszy zakres - długość szaftu co najmniej 142cm - po zastosowaniu balonu możliwość stosowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej nie dłużej niż 4 tygodnie - balon typu Rx kompatybilny z prowadnikami 0,014” - hydrofilne pokrycie szaftu - skuteczność zastosowania balonów udokumentowana wieloośrodkowymi badaniami z co najmniej 18 miesięcznym okresem obserwacji	szt	40	1 450,00	8%	1 566,00	58 000,00	62 640,00	8

Sporządziła: Paulina Plucińska

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Natalia Szutta, Aesculap Chifa
Sp.z o.o.
Data: 2022.10.19 09:30:13 CEST