

### Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w elektroterapii kardiologicznej BZP.38.382-25.21**

### WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ Z DNIA 04.10.2021r.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Warunków Zamówienia, na podstawie art. 135 ust. 2, 6 i art. 137 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje:

#### **Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 4 pozycja nr 4 Tabeli Parametrów Techniczno-Funkcjonalnych:**

Czy Zamawiający dopuści ICD DF-1 o grubości 11mm? Puszka DF4 spełnia wymaganie o maksymalnej grubości 10mm. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ.

#### Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, w Pakiecie nr 4 - Defibrylator jednojamowy VVIR MRI z bezpośrednią detekcją przedsionkową, w poz. nr 4 Tabeli Parametrów Techniczno-Funkcjonalnych, zmienia zapisy z:

4.	Grubość kardiowertera defibrylatora max 10 mm
----	---

#### Który otrzymuje brzmienie:

4.	Grubość kardiowertera defibrylatora <b>max 11 mm</b>
----	--

#### **Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 7:**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie koszulek typu peel away od  **europejskiego producenta** o parametrach opisanych poniżej:

- Rozmiary koszulki 6 -10F; długość koszulki 13,5cm
- Introduktor z rozszerzaczem
- Prowadnik  $\varnothing$  0,38", długość 50 cm, zakończony z jednej strony końcówką prostą, z drugiej strony końcówką „J” (promień 3 mm), wykonany ze stali nierdzewnej, z umieszczonym w środku drutem zabezpieczającym.
- Igła introduktora, rozmiar 18 G, długość 7 cm.
- Strzykawka, pojemność 10 ml

#### Odpowiedź:

Zamawiający **podtrzymuje** zapisy SWZ.

#### **Pytanie nr 3 dot. Wzoru umowy:**

Dot. Wzoru Umowy Zał. 4 do SWZ parag.2 ust.8 - Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis i zwiększy minimalną wartość realizacji przedmiotu umowy do 60% dla każdego pakietu oddzielnie, co wiąże się z zasadą równego traktowania Stron przy realizacji przedmiotu umowy. Uregulowanie tego zapisu wynika z potrzeby ochrony również wykonawcy, dla którego już na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest to istotna informacja, która wpływa na decyzję o starcie w postępowaniu, a także w dużej mierze o cenie oferty.

#### Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP w zmienia treść SWZ w następujący sposób :

1) we Wzorzec umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ, § 2 ust. 8 zmienia zapisy z :

„8. Ustalone ilości asortymentu określone w Formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym **Załącznik nr 1 do umowy** stanowią wielkości szacunkowe, które mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. **Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania na poziomie minimum 10 %** wartości przedmiotu umowy wyszczególnionego w załączniku nr 1 do umowy dla każdego pakietu odrębnie.”

Który otrzymuje brzmienie:

„8. Ustalone ilości asortymentu określone w Formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym **Załącznik nr 1 do umowy** stanowią wielkości szacunkowe, które mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. **Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania:**

- 1) w zakresie Pakietu nr 1 - 4 i 7 na poziomie **minimum 60 %** wartości przedmiotu umowy wyszczególnionego w załączniku nr 1 do umowy dla każdego pakietu odrębnie;
- 2) w zakresie Pakietu nr 5 - 6 na poziomie **minimum 10 %** wartości przedmiotu umowy wyszczególnionego w załączniku nr 1 do umowy dla każdego pakietu odrębnie.”

2) w SWZ w Rozdziale nr 4 „Opis przedmiotu zamówienia” ust. 8 zmienia zapisy z:

„8. Ustalone ilości przedmiotu zamówienia określone w Formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym **Załącznik nr 1 do SWZ** stanowią jedynie wielkość szacunkową, która może ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie minimum 10% w stosunku do każdego pakietu odrębnie.”

Który otrzymuje brzmienie:

„8. Ustalone ilości asortymentu określone w Formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym **Załącznik nr 1 do SWZ** stanowią wielkości szacunkowe, które mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. **Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania:**

- 1) w zakresie Pakietu nr 1 - 4 i 7 na poziomie **minimum 60 %** wartości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w załączniku nr 1 do SWZ dla każdego pakietu odrębnie;
- 2) w zakresie Pakietu nr 5 - 6 na poziomie **minimum 10 %** wartości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w załączniku nr 1 do SWZ dla każdego pakietu odrębnie.”

Załącznikiem do niniejszego pisma jest:

- Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 04.10.2021r - Pakiet nr 4 - Defibrylator jednojamowy VVIR MRI z bezpośrednią detekcją przedsionkową
- Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór umowy po zmianach z dnia 04.10.2021r.
- SWZ po zmianach z dnia 04.10.2021r.

Pozostała treść SWZ oraz załączników do SWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ.

**Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.**

Z poważaniem