

Domek osłonny z ołowiu przeznaczony do pracy z detektorem HPGe - 1 szt.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. niskotłowej osłony z ołowiu do detektora germanowego HPGe, wykonanej z najlepszego dostępnego na rynku materiału, która spełni następujące wymagania techniczne:

L.p.	Parametry
1.	<ul style="list-style-type: none">a) Osłona wykonana z ołowiu o możliwie najwyższym stopniu czystościb) Dolny otwór przelotowy o średnicy 8,5 – 13 cmc) Osłona zaprojektowana do systemu z wertykalnym ułożeniem głowicy detektorad) wymiar wnęki pomiarowej osłony co najmniej 25 x 32 cme) Osłona w postaci odlewu z ołowiu zamontowana na ramie ze stali niskowęglowejf) grubość ścianki osłony ołowianej co najmniej 10 cmg) wkładka z blachy cynowej o grubości co najmniej 1,0 mmh) wkładka z blachy miedzianej o grubości co najmniej 1,0 mmi) Wysokość podstawy stojaka co najmniej 75 cm.

Wymagania (inne niż techniczne) dla zamawianego urządzenia laboratoryjnego

L.p.		
1.	Wymagany termin realizacji zamówienia	do 14 tygodni
2.	Wymagany okres gwarancji	Nie mniej niż 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru
3.	Wymagany okres dostępności części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych	Nie mniej niż 5 lat od daty upływu okresu gwarancji
4.	Wymagany termin napraw reklamacyjnych	Maksymalnie 4 tygodnie od daty zgłoszenia
5.	Wymagania dotyczące serwisu gwarancyjnego	-
6.	Wymagania dotyczące serwisu pogwarancyjnego	-
7.	Wymagania dotyczące opisanie procedury wykonywania napraw gwarancyjnych (ew. pogwarancyjnych – jeśli jest wymagany)	-
8.	Wymagania dot. instrukcji obsługi (w jakich językach)	Angielski
9.	Specyfikacja, szczegółowy opis techniczny dostarczanego urządzenia w języku polskim	Wykonawca dostarcza na wezwanie Zamawiającego
10.	Wymagania dot. wykazu zrealizowanych dostaw wraz z potwierdzeniem, że zostały zrealizowane należycie.	-
11.	Wymagania dotyczące dostarczenia – osobista czy przesyłka kurierska.	przesyłka kurierska ubezpieczona (uwaga szkło, ostrożnie)

	Jeśli przesyłka – określić wymagania co do oznakowania paczek, Jeśli w częściach – określić wymagania co do oznakowania paczek,	
12.	Wymagania dotyczące wniesienia urządzenia na miejsce zainstalowania	Zainstalowanie na miejscu użytkowania (parter lub piwnica)
13.	Wymagania dotyczące instalacji urządzenia u Zamawiającego	Instalacja i uruchomienie po stronie Wykonawcy – wliczone w cenę oferty
14.	Wymagania dotyczące szkolenia personelu z obsługi	Szkolenie personelu z obsługi urządzenia i oprogramowania – wliczone w cenę oferty
15.	Wymagania dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji urządzenia, walidacji itp.	-
16.	Dodatkowe informacje	Dopuszczamy możliwość zakupu używanej osłony