

L. dz. DZP- 326 /23

Poznań, dnia 16.05.2023 r.

**Wszyscy Wykonawcy
- platforma zakupowa**

Dotyczy: Tpm-30/23 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na **dostawę 24 sztuk aparatów do ambulatoryjnego 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi akcesoriami.**

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie 1: (dotyczy pkt 6 tabeli OPZ)

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od określenia wymogu klasy szczelności aparatu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstępuje od określenia wymogu klasy szczelności aparatu.

Pytanie 2: (dotyczy pkt 7 tabeli OPZ)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu bez wykrywania niemiarowej pracy serca. Jest to aparat do pomiaru ciśnienia, a nie Holter EKG.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza aparatu bez wykrywania niemiarowej pracy serca.

Pytanie 3: (dotyczy pkt 8 tabeli OPZ)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu o wadze 284 g (z bateriami) o wymiarach 120x70x30 mm (tylko jeden wymiar przekracza wskazany w OPZ i tylko o 20 mm) oraz o sumie 220 mm, a więc niewiele większy od podanej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wskazane przekroczenie kryterium wagi i gabarytów.

Pytanie 4:

Pytanie 1. Dot. OPZ zał. 3A pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat z zakresem pomiaru ciśnienia krwi 30 – 260 mmHg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza mniejszego zakresu pomiaru ciśnienia niż wskazany w OPZ.

Pytanie 5:

Pytanie 2. Dot. OPZ zał. 3A pkt. 8

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat w którym suma trzech wymiarów wynosi 199 milimetrów, tj. 70 x 99 x 30 mm (długość, wysokość, szerokość.)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wskazane gabaryty.

Pytanie 6:

Pytanie 3. Dot. OPZ zał. 3A pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat o wadze maksymalnej 190g (z wyłączeniem baterii/akumulatorów).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza aparat o wskazanej wadze.

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.