



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 11.01.2022 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 37/2021

**Dotyczy: przetargu w trybie podstawowym na dostawę staplerów do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie**

**Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 3**

**Pytanie 1**

Czy zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 1 dopuści worek o długości roboczej 36,2 cm (różnica 2mm od wymaganego 36cm) reszta parametrów bez zmian?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 4 mając na uwadze sterylność ładunku oraz bezpieczeństwo transportu dopuści ładunki pakowane w ilości 6 szt./opakowanie, co w konsekwencji zwiększy ilość wymaganych sztuk do 12?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 5 mając na uwadze sterylność ładunku oraz bezpieczeństwo transportu dopuści ładunki pakowane w ilości 6 szt./opakowanie, co w konsekwencji zwiększy ilość wymaganych sztuk do 12?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.**

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 5 dopuści ładunek o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,5mm, a po zamknięciu 1,5 mm, reszta parametrów bez zmian?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.**

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 7 mając na uwadze sterylność ładunku oraz bezpieczeństwo transportu dopuści ładunki pakowane w ilości 6 szt./opakowanie, co w konsekwencji zwiększy ilość wymaganych sztuk do 12?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.**

**KOMENDANT**

**płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko**

M.J. 91/ 810 59 82