

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Wrocław, dnia 24.07.2023 r.

### **Uczestnicy postępowania**

***Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa 1 szt. defibrylatora- powtórka, w związku z realizacją projektu „Doposażenie poradni w ramach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych na terenie województwa dolnośląskiego” PN 55/23***

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:  
dotyczy punktu nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator na zasadzie równoważności umożliwiający transfer rejestrowanych danych za pomocą nośnika pamięci masowej typu pendrive?

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający dopuszcza defibrylator umożliwiający transfer rejestrowanych danych za pomocą nośnika pamięci masowej typu pendrive.

**Pytanie nr 2:  
dotyczy punktu nr 20**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator z wyposażeniem o masie nie większej niż 6,5 kg? Jest to niewielka różnica względem oczekiwania Zamawiającego.

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający dopuszcza do przetargu defibrylator z wyposażeniem o masie nie większej niż 6,5 kg.

**Pytanie nr 3:  
dotyczy punktu nr 21**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator z akumulatorem podstawowym i rezerwowym, instalowanym w łatwy sposób (bez pomocy serwisu) przez użytkownika w tylnej części defibrylatora za pomocą specjalnego, trwałego dedykowanego złącza?

**Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora z akumulatorem podstawowym i rezerwowym, instalowanym przez użytkownika w tylnej części defibrylatora za pomocą specjalnego dedykowanego złącza.

**Pytanie nr 4:**

**dotyczy punktu 23**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator z całkowitym poborem mocy nieprzekraczającym 200 VA?

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający dopuszcza defibrylator z całkowitym poborem mocy nieprzekraczającym 20% wymienionym w OPZ w pkt. 23.

**W związku z udzielanymi odpowiedziami Zamawiający informuje, że Wykonawcy którzy składają produkt dopuszczony odpowiedziami Zamawiającego – zaznaczą uwagą nr odpowiedzi i datą pisma z odpowiedziami.**

**Miejsce zaznaczenia: Załącznik nr 1 do SWZ.**

**UWAGA**

**PROSZĘ O ZAŁĄCZENIE DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH WSZYSTKIE WYMAGANE ZAPISAMI SWZ CECHY**