



Poznań, dnia 11.08.2023r.

Oznaczenie sprawy: TP-90/23

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie podstawowym
na dostawę urządzeń chłodniczych i mrozących na potrzebę GPSK**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Zestaw nr 1:

Uprzejmie prosimy o urealnienie i wydłużenie terminu realizacji w zakresie zadania nr 1 do min. 6 tygodni.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

Zestaw nr 2:

1. Dotyczy Część nr 2: chłodziarka farmaceutyczna – 2 sztuki, opis wymagań, poz. 11
Czy Zamawiający dopuści pojemność 382 l (netto) ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych parametrów – zgodnie z OPZ.

2. Dotyczy Część nr 2: chłodziarka farmaceutyczna – 2 sztuki, opis wymagań, poz. 13
Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę z 7 półkami drucianymi powlekanymi bez szuflady z przegrodami ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych parametrów – zgodnie z OPZ.

3. Dotyczy Część nr 3: szafa chłodnicza, opis wymagań, poz. 11
Czy Zamawiający dopuści pojemność 550 l netto ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

4. Dotyczy Część nr 3: szafa chłodnicza, opis wymagań, poz. 14
Czy Zamawiający dopuści działanie w zakresie 2-8°C ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

5. Dotyczy Część nr 4: chłodziarka farmaceutyczna mała, opis wymagań, poz. 10
Czy Zamawiający dopuści wysokość: 961 mm ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych parametrów – zgodnie z OPZ.

6. Dotyczy Część nr 4: chłodziarka farmaceutyczna mała, opis wymagań, poz. 12
Czy Zamawiający dopuści drzwi przeszkłone prawe ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych parametrów – zgodnie z OPZ.

7. Dotyczy Część nr 4: chłodziarka farmaceutyczna mała, opis wymagań, poz. 14
Czy Zamawiający dopuści działanie w zakresie 2-8°C ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

8. Dotyczy Część nr 5: chłodziarka farmaceutyczna, opis wymagań, poz. 10
Czy Zamawiający dopuści wysokość: 1860 mm ?





Odp.: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych parametrów – zgodnie z OPZ.

9. Dotyczy Część nr 5: chłodziarka farmaceutyczna, opis wymagań, poz. 11
Czy Zamawiający dopuści pojemność 382 l netto ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych parametrów – zgodnie z OPZ.

10. Dotyczy Część nr 5: chłodziarka farmaceutyczna, opis wymagań, poz. 12
Czy Zamawiający dopuści drzwi szklane prawe ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych parametrów – zgodnie z OPZ.

11. Dotyczy Część nr 5: chłodziarka farmaceutyczna, opis wymagań, poz. 14
Czy Zamawiający dopuści działanie w zakresie 2-8°C ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

12. Dotyczy Część nr 6: szafa chłodnicza jednoskrzydłowa, opis wymagań, poz. 11
Czy Zamawiający dopuści pojemność 550 l netto ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

13. Dotyczy Część nr 7: chłodziarka farmaceutyczna – 2 sztuki, opis wymagań, poz. 11
Czy Zamawiający dopuści pojemność 382 l netto?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych parametrów – zgodnie z OPZ.

14. Dotyczy Część nr 7: chłodziarka farmaceutyczna – 2 sztuki, opis wymagań, poz. 12
Czy Zamawiający dopuści Drzwi przeszklone prawe ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych parametrów – zgodnie z OPZ.

15. Dotyczy Część nr 7: chłodziarka farmaceutyczna – 2 sztuki, opis wymagań, poz. 13
Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę z 7 półkami drucianymi powlekanymi bez szuflady z przegrodami ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych parametrów – zgodnie z OPZ.

